

RE: Pregão Eletrônico nº 0820/2023 | Pedido de esclarecimentos

Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Ter, 21/11/2023 11:02

Para: Rafael Sandi <rsandi@pgsa.com.br>

Bom dia!

Em retorno ao pedido de esclarecimento enviado pela vossa empresa referente ao Pregão Eletrônico nº 0169/2023, informamos que tratando-se de análise técnica os fatos relatados pela empresa, encaminhamos para apreciação da equipe técnica, a qual elaborou o termo de referência e cuja é a competência, considerando que a pregoeira não detém conhecimento técnico específico para julgar os quesitos técnicos exigidos em Edital, daí a necessidade de segregar as competências no processo licitatório resguardando o fiel cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública. Segue retorno da equipe técnica:

"RESPOSTA ESCLARECIMENTO LINET:

(GRIFO LINET) "ITEM – 03, O Edital de Pregão Eletrônico nº 820/2023, no item 3 do Anexo I (cama elétrica hospitalar), solicita grau de inclinação do dorso de até 65 graus. A Linet do Brasil possui em portfólio e pretende ofertar cama com inclinação de dorso máxima de 64 graus. Como a diferença é mínima e, principalmente, não gera impactos clínicos, podemos ofertar um produto com essa característica?

Resposta: (não será alterado/aceito)

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à LINET que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital que solicita requisitos mínimos. (GRIFO LINET) ITEM – 03 No mais, entre os acessórios exigidos, o edital menciona as especificações do colchão em dois tópicos diferentes. Em um deles, determina que o peso máximo do colchão deverá ser de 10kg e no outro tópico não menciona valor máximo para peso do colchão. Gostaríamos de esclarecer se o peso do colchão será um fator determinante na análise do produto ofertado, isso porque, quanto mais avançado o colchão, mais pesado ele poderá ser.

Resposta: Manteremos o descritivo: "não ultrapassando 10kg"

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à LINET que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

Foi realizado uma extensa pesquisa no mercado com tecnologias e modelos recentemente lançados, para atender as necessidades do hospital, frente a alta demanda de atendimentos a serem realizados e não há qualquer direcionamento referente aos equipamentos citados relacionados a qualquer marca.

- Modelos de camas elétricas que atendem ao edital: STRYKER, GM HOSPITALAR, MEDISAUDE, entre outras empresas, que atendem tanto as características físicas, técnicas, quanto de segurança. Tendo conhecimento, portanto, que dentro do portfólio de cada marca existe uma quantidade alta de modelos desses equipamentos citados (até mesmo superiores), que podem se encaixar dentro do termo de referência, bem como, da presença em mercado atual de diversas marcas, como citamos. Não há impedimento de participação de diversas marcas ao processo, não infringindo qualquer parâmetro de legalidade. Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à LINET que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital."

Edson Marcos Gonçalves

Atenciosamente,

Andressa Folchini

Pregoeira

Setor de Licitação

Fones: (45) 3321-5397; 3321-5125; 3321-5237

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP

Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.

CEP: 85.806-470, Cascavel - PR.

De: Rafael Sandi <rsandi@pgsa.com.br>

Enviado: quinta-feira, 16 de novembro de 2023 17:20

Para: Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Cc: Julia Gallico Silva <jsilva@pgsa.com.br>

Assunto: Pregão Eletrônico nº 0820/2023 | Pedido de esclarecimentos

Prezados senhores,

a empresa Linet do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. ("Linet do Brasil"), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.861.009/0001-27, com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 787, conjunto 32, bairro Cerqueira César, CEP: 01419-001, por seu procurador (v. doc. anexos), vem à presença de V. Sas. expor o quanto segue:

De início, ressaltamos que a Linet do Brasil participa com frequência dos processos de licitação promovidos no Estado do Paraná, a fim de colaborar no atendimento às necessidades essenciais de entidades públicas e privadas especificamente no que se refere ao fornecimento de equipamentos e produtos médico-hospitalares.

O Edital de Pregão Eletrônico nº 820/2023, no item 3 do Anexo I (cama elétrica hospitalar), solicita grau de inclinação do dorso de até 65 graus. A Linet do Brasil possui em portfólio e pretende ofertar cama com inclinação de dorso máxima de 64 graus. Como a diferença é mínima e, principalmente, não gera impactos clínicos, podemos ofertar um produto com essa característica?

No mais, entre os acessórios exigidos, o edital menciona as especificações do colchão em dois tópicos diferentes. Em um deles, determina que o peso máximo do colchão deverá ser de 10kg e no outro tópico não menciona valor máximo para peso do colchão. Gostaríamos de esclarecer se o peso do colchão será um fator determinante na análise do produto ofertado, isso porque, quanto mais avançado o colchão, mais pesado ele poderá ser.

Pelo acima exposto, aguardamos o seu aceite desta solicitação de esclarecimento com o fornecimento da respectiva resposta em tempo hábil, conforme a lei, para que as empresas interessadas formulem suas propostas.

Atenciosamente,

Rafael Giglioli Sandi

rsandi@pgsa.com.br

Rua Joaquim Floriano, 72, conj. 175

Itaim Bibi – São Paulo/SP – Brasil

F: (11) 2528-1044 – C: (11) 96067-4443

www.pgsa.com.br



Esta mensagem contém informações confidenciais. Caso não seja o destinatário deste e-mail, informe imediatamente ao remetente e em seguida apague-o.

This message contains confidential information. If you are not the addressee of this e-mail, advise the sender immediately and delete this message afterwards.