

RESPOSTA ESCLARECIMENTO B BRAUN:

(GRIFO B BRAUN) "ITEM – Solicitamos pedido de esclarecimento para o item 4, pois para nós não ficou claro do que se trata o item, gostaríamos de uma especificação para que a gente consiga codificar e participar. Poderiam nos esclarecer?

Resposta: Conforme consta no edital-item 04- trata-se de CONJUNTO INSTRUMENTAL DE VIDEO CIRURGIA CAIXA CONVENCIONAL/OBESO...

- Há inclusive conforme print abaixo, detalhes no edital;



Processo e-protocolo nº 21.024.891-9
Pregão eletrônico 0820/2023

PARANÁ
GOVERNO
DO ESTADO

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Considerando que o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) é referência, porta aberta para emergências/urgências para toda a macrorregião. O HUOP tem em média 298 leitos, destes 85 são leitos de UTI e 213 são leitos de enfermaria, e os serviços hospitalares prestados pelo HUOP atingem uma gama extensa de ações assistenciais na área da saúde.

Considerando que o Hospital do Coração Nossa Senhora da Salette - que era referência em Cardiologia; suspendeu os atendimentos para este diagnóstico e, que conseqüentemente aumentou a demanda (Macrorregião) para o HUOP.

Considerando Memorando nr. 224/2023-DG, com prospecção de aumento do número de leitos, tendo em vista inauguração da obra Materno Infantil, que contará com aproximadamente 168 (cento e sessenta e oito) leitos. Visto que haverá ampliação de mais 10 (dez) leitos de UTI adulto, 44 (quarenta e quatro) leitos de enfermaria, 06 (seis) salas cirúrgicas, 04 (quatro) salas de recuperação pós-anestésica e ampliação da central de materiais estéreis.

É a referência regional em alta complexidade nas áreas de gestação de alto risco, traumatologia, cirurgia vascular e neurologia, realiza cirurgias eletivas e de urgência.

Tendo em vista dois fatores primordiais, o atendimento emergencial a pacientes politraumatizados graves e instáveis, para proporcionar assim condições adequadas de contínuo atendimento, servindo aos pacientes com excelência, abrangendo a 10ª Regional de Saúde/macrorregião Oeste.

Os equipamentos em questão, serão adquiridos para ampliação de salas cirúrgicas/alas e substituição de equipamentos obsoletos e conseqüentemente devido a inservibilidade/economicidade.

O CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR EXTERNO é um dispositivo médico utilizado para administrar choques elétricos controlados ao coração, com o objetivo de restaurar um ritmo cardíaco normal em pacientes que sofrem de arritmias cardíacas graves, como a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular. Ele pode funcionar tanto como um cardioversor (para sincronizar o choque com o ritmo cardíaco) quanto como um desfibrilador (para administrar choques não sincronizados para interromper arritmias caóticas).

FOCO CIRÚRGICO DE TETO DUPLO

Equipamento médico utilizado em salas de cirurgia para fornecer iluminação intensa e direcionada durante procedimentos cirúrgicos. Ele é composto por duas unidades de iluminação montadas no teto, cada uma das quais pode ser ajustada independentemente para fornecer luz onde é necessária. Fornece iluminação precisa, com intensidade ajustável, a iluminação de teto duplo é especialmente útil em procedimentos complexos que exigem uma área ampla de iluminação, minimizando sombras indesejadas e proporcionando uma iluminação mais uniforme. Isso ajuda a reduzir a fadiga ocular e facilita a concentração durante a cirurgia.

CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR

Especificamente para uso em ambientes hospitalares, é equipada com motores elétricos que permitem ajustar várias posições da cama para atender às necessidades dos pacientes, proporcionando conforto, segurança para cuidados médicos. Essas camas são frequentemente utilizadas para pacientes que estão se recuperando de cirurgias, tratamentos médicos ou que precisam de cuidados prolongados.

CONJUNTO INSTRUMENTAL DE VIDEO CIRURGIA CAIXA CONVENCIONAL/OBESO

Um conjunto instrumental de vídeo cirurgia é um conjunto de instrumentos médicos específicos para realizar procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos utilizando tecnologia de vídeo, como a laparoscopia. A caixa convencional/obeso indica que esse conjunto é adaptado para procedimentos em pacientes convencionais (com peso normal) e pacientes obesos. A vídeo cirurgia, também conhecida como cirurgia laparoscópica, envolve a inserção de pequenos instrumentos cirúrgicos e uma câmera de vídeo através de pequenas incisões na pele. Isso permite que o cirurgião visualize o interior do corpo em um monitor e realize procedimentos sem a necessidade de grandes incisões.

FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR SOBRE RODÍZIOS.

Informo ainda que: o descritivo foi adaptado com participação de 03 empresas, e, que a representante (B BARUN) desta região, participou ativamente.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma

análise justa das soluções disponíveis no mercado; à B BRAUN que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital que solicita requisitos mínimos.





ePROTOCOLO



Documento: **Respostaesclarecimento_BBRAUNPE8202023.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Edson Marcos Gonçalves (XXX.116.019-XX)** em 21/11/2023 10:15 Local: UNIOESTE/H20.

Inserido ao protocolo **21.024.891-9** por: **Edson Marcos Gonçalves** em: 21/11/2023 10:15.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
929d6b934927f98d86fd39db0625cd9a.