

Boa tarde

Pregoeiro(a) venho atrás deste solicitar correção do item 23 do seguinte edital, onde o mesmo está com o código errado, conforme manual técnico FANEM e valores expressados erroneamente, assim segue abaixo valor e código correto, caso haja a possibilidade de alteração, para o seguinte item não se encontrar deserto

092.108.321 - PAREDE DUPLA PAINEL DE ACESSO PARA INCUBADORA FANEM,  
MODELO VISION C186-TS R\$1.100,00

AGUARDO RESPOSTA P/ FINALIZAÇÃO DA PROPOSTA.

Grato desde já pela atenção

**Favor confirmar recebimento**

Att,

**Rogério Mariano**

Departamento Licitação | Bidding Department

Boa tarde,

Informo que a solicitação de esclarecimentos foi enviada para a equipe técnica que informou: que revisaremos o item para uma próxima licitação e cancelaremos o mesmo do pregão presencial 010/2020.

Att.,

Karine D. Byhain Souza.  
Pregoeira - HUOP.