



**ATA N.º 039/2015**


Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às onze horas, na Sala de Licitações do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (UNIOESTE/HUOP), situada à Rua Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre – Cascavel, Estado do Paraná, reuniu-se a comissão de licitação instituída pela Portaria n.º 1288/2015, a qual foi designada para a realização da licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço Por item, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais para hemodinâmica para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP**, Pregão n.º 019/2015, Processo n.º 000119/2015 - HUOP. Participaram dessa licitação: Karine D. Byhain Souza, pregoeira, Marcos Aquila Insaualde Rocha, Cristiane Regina dos Santos Silva, Michelle Sauer, equipe de apoio e Priscila Conde Bogo, designada para realizar as avaliações técnicas. A pregoeira informou a todos que o objetivo da reunião é o resultado da análise das amostras que ficaram pendentes na Ata 037/2015 de 16/06/2015. A empresa Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. enviou amostras para os itens 16 a 18 e 33, as quais foram aprovadas pela equipe técnica, conforme laudos anexos a ata. Encerrou a sessão às 11h30min, sem mais nada a tratar, foi lavrada a ata que será assinada por mim, Cristiane Regina dos Santos Silva, e pelos presentes.

  
Karine D. Byhain Souza

Pregoeira

  
Michelle Sauer  
Equipe de Apoio

  
Cristiane Regina dos Santos Silva  
Equipe de Apoio

  
Marcos Aquila Insaualde Rocha  
Equipe de Apoio



35

  
Priscila Conde Bogo  
Equipe Técnica


36

**HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO**  
**Pregão Presencial - Registro de Preços 019/2015 - HUOP**

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço Por Item, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais para hemodinâmica para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Item	Material	Descrição	Quantidade	Unid.	VI. edital
16	58287	Cateter Diagnóstico Head Hunter 1,0 - 5F	100,0000	un	73,2500
<b>1ª Rodada</b>					
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%) Motivo desqualificação
Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.		73,0000	73,2500	73,2500	0,0000
<b>2ª Rodada</b>					
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%) Motivo desqualificação
Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.		0,0000	73,2500	73,0000	0,0000
<b>Classificação Final</b>					
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca	Micro Qualif.
1	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	73,0000		TERUMO	N S



unloeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO

### Pregão Presencial - Registro de Preços 019/2015 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço Por item, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais para hemodinâmica para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Item	Material	Descrição	Quantidade	Unid.	VI. edital
17	58251	Cateter Simmons 2 - 5F	100,0000	un	71,5000
<b>1ª Rodada</b>					
Fornecedor					
	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.				
	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação
	71,0000	71,5000	71,5000	0,0000	
<b>2ª Rodada</b>					
Fornecedor					
	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.				
	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação
	0,0000	71,5000	71,0000	0,0000	
<b>Classificação Final</b>					
Posição Fornecedor					
1	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Valor	Dt. fechamento	Marca	
		71,0000		TERUMO	

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO

### Pregão Presencial - Registro de Preços 019/2015 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço Por Item, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais para hemodinâmica para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Item	Material	Descrição	Quantidade	Unid.	VI. edital
18	58248	Cateter Simmons 1 - 5F	100,0000	un	71,5000
<b>1ª Rodada</b>					
	Fornecedor				
	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.				Micro Qualif. N S
	Valor lance	Proposta inicial	Prego últ. rodada	Diff(%)	Motivo desqualificação
	71,0000	71,5000	71,5000	0,0000	
<b>2ª Rodada</b>					
	Fornecedor				
	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.				Micro Qualif. N S
	Valor lance	Proposta inicial	Prego últ. rodada	Diff(%)	Motivo desqualificação
	0,0000	71,5000	71,0000	0,0000	
<b>Classificação Final</b>					
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca	
1	Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	71,0000		TERUMO	



unioeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO

### Pregão Presencial - Registro de Preços 019/2015 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço Por item, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais para hemodinâmica para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Item	Material	Descrição	Quantidade	Unid.	VL. edital
33	54220	Cateter Diagnóstico Tigger (Tig) 5F	100,0000	Pç	110,0000
1ª Rodada					
Fornecedor					
Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.					
Valor lance					
0,0000					
Proposta inicial					
110,0000					
Preço últ. rodada					
110,0000					
Diff(%) Motivo desqualificação					
0,0000					
Micro Qualif.					
N S					
Classificação Final					
Posição Fornecedor					
1 Lifecor Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.					
Valor					
110,0000					
Dt. fechamento					
TERUMO					
Marca					
TERUMO					

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

### I – IDENTIFICAÇÃO

Unidade: (X) Licitação ( ) Outra: .....

Pregão Presencial: 019/2015

Item: 33 – 1 lugar

Cod. Tasy: 54220

### II - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE/IMPORTADOR

Fabricante/Importador: *Terumo Corporation/ Terumo do Brasil*

AFE: (X) regular ( ) irregular

Lic. Sanitária vigente em: *ATIVA*

Credenciamento fabricante-distribuidor:

(X) apresentou ( ) não apresentou ( ) não se aplica:

### III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome Comercial do Produto: *Radiofocus Optitorque Cateter Angiografico*

Modelo/Referência: *TIG – 5TIG110M*

Nº Registro MS: *80012280064*

Vigente: (X) sim ( ) não.

Lote/ Validade: *140201 – 01.2017*

IV - LAUDO: Aprovado [ ]

Reprovado [ ]

Cond. Uso [X]

Qualidade/ Defeito observado.

*Amostra atende aos requisitos mínimos do edital. No entanto, por se tratar de marca não utilizada anteriormente no HUOP, necessita de avaliação em uso para aprovação final.*

As informações prestadas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: *16.06.2015*

*Priscila Bogo/153071*

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico/ Nº registro no conselho



## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

### I – IDENTIFICAÇÃO

Unidade: (X) Licitação ( ) Outra: .....

Pregão Presencial: 019/2015

Item: 18 – 1 lugar

Cod. Tasy: 58248

### II - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE/IMPORTADOR

Fabricante/Importador: *Terumo Corporation/ Terumo do Brasil*

AFE: (X) regular ( ) irregular

Lic. Sanitária vigente em: *ATIVA*

Credenciamento fabricante-distribuidor:

(X) apresentou ( ) não apresentou ( ) não se aplica:

### III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome Comercial do Produto: *Radiofocus Optitorque Cateter Angiografico*

Modelo/Referência: *Simmons 1 – RHBA15110M*

Nº Registro MS: *80012280064*

Vigente: (X) sim ( ) não.

Lote/ Validade: *140318 – 02.2017*

**IV - LAUDO:** Aprovado [ ]

Reprovado [ ]

Cond. Uso [ X ]

Qualidade/ Defeito observado.

***Amostra atende aos requisitos mínimos do edital. No entanto, por se tratar de marca não utilizada anteriormente no HUOP, necessita de avaliação em uso para aprovação final.***

As informações prestadas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: **16.06.2015**

*Priscila Bogo* / 153071

Responsável Técnico/ Nº registro no conselho





**FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**I – IDENTIFICAÇÃO**

Unidade: (X) Licitação ( ) Outra: .....

Pregão Presencial: 019/2015

Item: 1 – 1 lugar

Cod. Tasy: 58287

**II - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE/IMPORTADOR**

Fabricante/Importador: *Terumo Corporation/ Terumo do Brasil*

AFE: (X) regular ( ) irregular

Lic. Sanitária vigente em: *ATIVA*

Credenciamento fabricante-distribuidor:

(X) apresentou ( ) não apresentou ( ) não se aplica:

**III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Nome Comercial do Produto: *Radiofocus Optitorque Cateter Angiografico*

Modelo/Referência: *Simmons 2 – RHBA25110M*

Nº Registro MS: *80012280064*

Vigente: (X) sim ( ) não.

Lote/ Validade: *130221 – 01.2016*

**IV - LAUDO:** Aprovado [ ]

Reprovado [ ]

Cond. Uso [ X ]

Qualidade/ Defeito observado.

*Amostra atende aos requisitos mínimos do edital. No entanto, por se tratar de marca não utilizada anteriormente no HUOP, necessita de avaliação em uso para aprovação final.*

As informações prestadas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: *16.06.2015*

*Priscila Bogo/153071*

Responsável Técnico/ Nº registro no conselho



## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

### I – IDENTIFICAÇÃO

Unidade: ☒ Licitação      ( ) Outra: .....

Pregão Presencial: **019/2015**

Item: **16 – 1 lugar**

Cod. Tasy: **58287**

### II - IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE/IMPORTADOR

Fabricante/Importador: **Terumo Corporation/ Terumo do Brasil**

AFE: ☒ regular ( ) irregular

Lic. Sanitária vigente em: **ATIVA**

Credenciamento fabricante-distribuidor:

☒ apresentou ( ) não apresentou ( ) não se aplica:

### III - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome Comercial do Produto: **Radiofocus Optitorque Cateter Angiografico**

Modelo/Referência: **Headhunther 1 – RHBB15110M**

Nº Registro MS: **80012280064**

Vigente: ☒ sim ( ) não.

Lote/ Validade: **140731 – 06.2016**

**IV - LAUDO:**    Aprovado [ ]

Reprovado [ ]

Cond. Uso [ ☒ ]

Qualidade/ Defeito observado.

***Amostra atende aos requisitos mínimos do edital. No entanto, por se tratar de marca não utilizada anteriormente no HUOP, necessita de avaliação em uso para aprovação final.***

As informações prestadas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: **16.06.2015**

  
**Priscila Bogo/153071**

\_\_\_\_\_  
**Responsável Técnico/ Nº registro no conselho**