

ENC: PE 1807/22 - processo 828/22 - ITEM 7 - ELEVADOR MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Sex, 02/12/2022 12:53

Para: Patrimônio - HUOP <huop.patrimonio@unioeste.br>

Boa tarde Edson,

Recebemos este questionamento a respeito do item 07 (elevador móvel para pacientes) do PE 1807/2022-HUOP, aguardamos vossa manifestação para respondermos a empresa.

Atenciosamente,

Lisdefferson Hamann Andrade
Técnico Administrativo/Pregoeiro

Setor de Licitação

Fones: (45) 3321-5397; 3321-5395; 3321-5485; 3321-5125; 3321-5126

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP

Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.

CEP.: 85.806-470, Cascavel - PR.

De: Luana de Barros <licitacoes@globalmed.com.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 11:42

Para: Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Assunto: PE 1807/22 - processo 828/22 - ITEM 7 - ELEVADOR MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

Você não costuma receber emails de licitacoes@globalmed.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Bom dia,

Segue pedido de esclarecimento PE 1807/22 - ITEM 7 ELEVADOR MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

O EDITAL SOLICITA:

“Estrutura em aço carbono tubular de alta resistência”

O equipamento MAXI500 da ARJO possui as partes metálicas fabricadas em aço com pintura epóxi e partes plásticas em polipropileno. Resistente a deformações e impactos. Esta característica garante estabilidade e segurança para o paciente durante as movimentações.

Gostaríamos de esclarecer se estas condições serão aceitas pela instituição.

“Deve suportar no mínimo pacientes de até 300kg”

O MAXI500 tem carga de trabalho segura máxima de 227kg, gostaríamos de esclarecer se esta característica será aceita no atual processo.

“01 Cesto de transporte confeccionada em malha e nylon, revestida em poliuretano com regulagem de fixação em três pontos, e apoio de cabeça em vinil acolchoado com regulagem”

Os Slings da ARJO utilizados no equipamento MAXI500 são confeccionados em poliéster, tem fixação em 4 pontos para encaixe com o equipamento e garantindo uma maior estabilidade e segurança para o paciente e contam com apoio de cabeça acolchoado para o paciente.

Gostaríamos de entender se esta característica será aceita no atual processo.

Aguardamos retorno,

Atenciosamente,



LUANA DE BARROS

Licitações

☎ 3026-2323 / 3103-6853 📞 (51) 99509-6242

✉ licitacoes@globalmed.com.br

📍 Unidade RS - Av. Carlos Gomes, 111 - 8º andar/801 - Auxiliadora, Porto Alegre - RS

🌐 www.globalmed.com.br 📱 @globalmed.com.br



Parceiros:

GETINGE *

ADO

Aerogen
Pioneering Anesthet Drug Delivery

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

SISNACMED

CNPH