




ATA N.º 036/2013


Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e trezes, às dezesseis horas, na sala de licitação do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (UNIOESTE/HUOP), situada à Rua Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre – Cascavel, Estado do Paraná, reuniu-se a comissão de licitação instituída pela Portaria n.º 2395/2012-GRE, a qual foi designada para a realização da licitação de **PREGÃO ELETRÔNICO, tipo “Menor Preço”, por Lote, visando o Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza e Conservação; Material Hospitalar e Ambulatorial; Nitrogênio e CO2; Material para Manutenção de Bens Móveis; e Suporte para aventais de chumbo para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná.** Pregão Eletrônico n.º 002/2013, Processo n.º 000276/2013. Participaram dessa licitação: Karine Byhain Souza, pregoeira, Michelle Sauer, Carlos Eduardo F. Campos e Leticia Gomes Pasa, equipe de apoio, e ainda, Priscila Bogo designada para realizar as avaliações técnicas. Em seguida, a pregoeira iniciou a sessão com informes: interposição de recursos na ata, entre outros. A pregoeira comunicou a todos que o objetivo da reunião é a análise da equipe técnica do **Lote 19 – Frustrado**, pois a amostra foi desclassificada conforme laudo em anexo. A pregoeira encerrou a sessão às dezesseis horas e dez minutos. Sem mais nada a tratar, foi lavrada a ata que será assinada por mim, Michelle Sauer, e pelos presentes.


Michelle Sauer
Equipe de Apoio


Karine Byhain de Souza
Pregoeira


Leticia Gomes Pasa
Equipe de Apoio


Carlos Eduardo F. Campos
Equipe de Apoio


Priscila Bogo
Equipe Técnica

P.E. 002/2013
Lote 19

FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Nº

I – IDENTIFICAÇÃO

- 1- Hospital Universitário do Paraná
2- Endereço: Av. Tancredo Neves, 3224

3- Unidade: *Intensificação*

4- Técnico Responsável: *Priscila Bogo*

II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 1- Nome Comercial do Produto: *Multicath 2+*
2- Fabricante: *VYGON*
3- Número do Registro no Ministério: *102344.000.69*
4- Lote/ Validade: *040311 EK / 04 2016*
5- Aprovado [] Reprovado [X]

LAUDO: Qualidade/ Defeito Mencionado

*1. Não possui informações que afirmem a
presença de cobertura antimicrobiana e de heparina
2. Não possui menor que a solicitada, 53cm.*

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Enfª Priscila Conde Bogo
Coord. Serv. de Padronização de Material Hospitalar
COREN 153071

Data: *03/5/13*

Responsável Técnico:

Visto do Diretor: