



Cascavel, 09 de novembro de 2023.

Referência: Processo e-protocolo nº 20.685.877-0
Pregão Eletrônico 0547/2023 – UNIOESTE/HUOP

Ementa: Análise de pedido de impugnação em face de exigências editalícias

I - DOS FATOS

Trata-se de pedido de esclarecimento enviado pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA .295.213/0021-11, na licitação cujo objeto é o Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o registro de preço de equipamentos médicos hospitalar (ultrassonografia) para atender a demanda do Centro de Imagens do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Tratando-se de análise técnica, os fatos relatados pela empresa impugnante foram encaminhados para apreciação da Equipe Técnica, cuja é a competência.

Passaremos aos esclarecimentos e manifestações do que compete à análise da Equipe Técnica. Considerando que a pregoeira não detém conhecimento técnico específico para julgar os quesitos técnicos exigidos em Edital, daí a necessidade de segregar as competências no processo licitatório resguardando o fiel cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública.

Neste sentido, o instrumento convocatório aponta que qualquer esclarecimento e informações sobre amostras, catálogos, e ainda especificações técnicas dos produtos são de atribuição da equipe técnica.

Dito isto, segue parecer emitido pela equipe técnica:

Prezados (as);

Considerando a impugnação ao Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o registro de preço de equipamentos médicos hospitalar (ultrassonografia) vimos pelo presente, esclarecer os questionamentos realizados.

Sobre o questionamento:



Onde se lê:

- Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de, pelo menos 5000 quadros ou 180 segundos; Leia-se: 588 86
- Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de, pelo menos 4000 quadros ou 180 segundos;

Resposta:

Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de, pelo menos 5000 quadros ou 180 segundos; (não será alterado)

A Canon atende a partir do Xario 200, Samsung atende a partir do HS40, Mindray atende a partir do DC-40, a Philips atende com Affiniti 70; entre outras empresas.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

Onde se lê:

- Aquecedor de gel incorporado ao painel de comando.

Leia-se:

- Aquecedor de gel.

Resposta:

Sobre Aquecedor de gel incorporado ao painel de comando – (não será alterado), a grande maioria dos equipamentos do mercado vem com aquecedor de gel de fábrica, como não há direcionamento e o aquecedor tem que ser integrado ao equipamento, manteremos o descritivo.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical



Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

A Canon atende a partir do Xario 200, Samsung atende a partir do HS40, Mindray atende a partir do DC-40, a Philips atende com Affiniti 70; entre outras empresas.

Onde se lê:

- Bateria interna para uso do aparelho em modo standby, com autonomia de pelo menos 04 horas ou modo de realização de exames com autonomia de pelo menos 30 minutos.

Leia-se:

- Bateria interna para uso do aparelho em modo standby, com autonomia de pelo menos 80 minutos ou modo de realização de exames com autonomia de pelo menos 30 minutos.

Resposta:

Sobre Bateria interna para uso do aparelho em modo standby, com autonomia de pelo menos 04 horas ou modo de realização de exames com autonomia de pelo menos 30 minutos. - (não será alterado), mais de 03 fabricantes atendem, como Canon, Mindray e GE.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

A Canon atende a partir do Xario 200, Samsung atende a partir do HS40, Mindray atende a partir do DC-40, a Philips atende com Affiniti 70; entre outras empresas.

Onde se lê:

- Dispositivo integrado para gravação de vídeo digital (DVR)

Solicita-se:

EXCLUSÃO



Resposta:

Sobre Dispositivo integrado para gravação de vídeo digital (DVR) - (não será alterado), além da GE, outras fabricantes como Samsung e Mindray.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

A Canon atende a partir do Xario 200, Samsung atende a partir do HS40, Mindray atende a partir do DC-40, a Philips atende com Affiniti 70; entre outras empresas.

Onde se lê:

- Software para cálculo automático da Translucência nugal

Leia-se:

- Software para cálculo automático da Translucência nugal ou da Biometria fetal

Resposta:

- Sobre Software para cálculo automático da Translucência nugal - (não será alterado), software básico atualmente (até a própria PHILIPS tem em alguns equipamentos e se chama (NT Assist), praticamente todas as fabricantes possuem, ou seja, como não há direcionamento e até a própria Philips tem, descritivo será mantido.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- a Canon atende a partir do Xario 200, Samsung atende a partir do HS40, Mindray atende a partir do DC-40, a Philips atende com Affiniti 70; entre outras empresas.

Onde se lê:

Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga:



Leia-se:

Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga com possibilidade de variação de +/- 1 MHz:

Resposta:

Sobre Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga: - (não será alterado) pois não há direcionamento, afinal além da GE, outras fabricantes como Samsung e Mindray conseguem atender.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

A Canon atende a partir do Xario 200, Samsung atende a partir do HS40, Mindray atende a partir do DC-40, a Philips atende com Affiniti 70; entre outras empresas.

ITEM 02, 03, 04 e 05 (PORTATEIS)

Do edital:

Onde se lê:

- Portátil estilo tablet; 591 86

Leia-se:

- Portátil estilo tablet ou notebook;

Resposta:

(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).



Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.

Onde se lê:

- Deve possuir bateria com autonomia de no mínimo 1,5 horas e assim facilitar o exame de beira de leito e/ou urgências médicas;

Leia-se:

- Deve possuir bateria com autonomia de no mínimo 1,5 hora ou duas baterias que totalizem uma autonomia com no mínimo 1,5 hora e assim facilitar o exame de beira de leito e/ou urgências médicas;

Resposta:

Edital solicita: Deve possuir bateria com autonomia de no mínimo 1,5 horas e assim facilitar o exame de beira de leito e/ou urgências médicas;

Grifo (Philips) “O equipamento da Philips acompanha 2 baterias que totalizam uma duração de 1,5 hora conforme solicita o edital”;

Logo: o equipamento ofertado pela Philips atende ao solicitado ao edital: autonomia de no mínimo 1,5 horas.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical



Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.

Onde se lê:

- Monitor Touch Screen estilo Tablet LCD ou LED de alta resolução com no mínimo 15” (quinze polegadas);

Leia-se:

- Monitor LCD ou LED de alta resolução com no mínimo 15” (quinze polegadas);

Resposta:

(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.

Onde se lê:

- Taxa de atualização (frame rate) com no mínimo 2.000 fps (quadros/seg);

Leia-se:

- Taxa de atualização (frame rate) com no mínimo 750 fps (quadros/seg);

Resposta:



(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.

Onde se lê:

- Faixa dinâmica de no mínimo 280dB;

Leia-se:

- Faixa dinâmica de no mínimo 170dB;

Resposta:

(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.



- *Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.*

Onde se lê:

- Software para imagem do tipo estendida ou panorâmica de até 60cm com possibilidade de realizar anotações e medidas nas imagens adquiridas;

Solicita-se:

RETIRAR

Resposta:

(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.

Onde se lê:

- O equipamento deve possuir armazenamento com capacidade não inferior a 128 GB SSD;

Leia-se:



- O equipamento deve possuir armazenamento com capacidade não inferior a 128 GB SSD ou 500 GB HDD;

Resposta:

(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.

Onde se lê:

- Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 36 cm;

Leia-se:

- Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 30 cm;

Resposta:

(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como



proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.

Onde se lê:

o Software utilizado para medir automaticamente o diâmetro interno da veia cava inferior (VCI) e calcular a taxa de alteração na imagem em modo B.

Leia-se:

o Que permita medir o diâmetro interno da veia cava inferior (VCI) e calcular a taxa de alteração na imagem em modo B.

Resposta:

(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.



Onde se lê:

Transdutores mínimos:

Leia-se:

Transdutores mínimos (com possibilidade de variação de +/- 1 MHz):

Resposta:

(não será alterado) As características serão mantidas, pois é uma exigência da equipe clínica e há mais de 03 marcas que atendem ao solicitado. (equipamentos serão utilizados em setores/alas de isolamento onde a assepsia é de extrema importância, portanto, sua blindagem deverá ter resistência a fatores expostos).

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à Philips Medical Systems que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

- Samsung atende a partir do MYSONO U6 e HM70 EVO, Mindray atende a partir do TE7 MAX, a Philips atende com INNOSIGHT; a GE atende com o VENUE FIT; a VINNO- E35; entre outras empresas.

Diante de todo exposto, indeferimos os pedidos impugnados pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Edson Marcos Gonçalves

Setor de Patrimônio do HUOP.

Estes são os fatos apresentados.



Portanto, analisando a alegação da empresa impugnante, o parecer emitido pela equipe técnica e análise dos autos, será mantido o edital e consequentemente a data do certame.

II – CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a presente impugnação, por ser tempestiva, negando-lhe provimento.

Assim, o edital será mantido conforme já publicado.

Atenciosamente,

Aline Pereira do Amaral Camargo
Técnico Administrativo/Pregoeira
Setor de Licitação/HUOP