

RE: Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 041/2023

Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Qui, 09/02/2023 11:21

Para: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>

Bom dia!

Em retorno ao pedido de esclarecimento, transcrevo o parecer da equipe técnica:

"1-Para o eletrocardiógrafo, é requisitado: "Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV". Assim, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem ganho ajustável entre 5, 10 e 20 mm/mV?

R: Será aceito...pois; (edita solicita) "Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s"- ofertou: (ganho ajustável entre 5, 10 e 20 mm/mV?)

2-Para confirmação, serão aceitas tecnologias que possuem pelo menos 1 conexão USB, 1 conexão de rede e sem porta RS232? Uma vez que a tecnologia RS232 é um padrão de protocolos para troca de série de dados binários entre um terminal e um comunicador e esse vem sendo gradualmente suprimido pelo USB para comunicação local, uma vez que o protocolo USB é mais rápido, possui conectores mais simples e tem um melhor suporte por software.

Não serão aceitas...(importante salientar que o equipamento deve dispor de no mínimo duas conexões usb , pois poderá ser usado com leitor de código de barras e conexão com a rede Concomitante)- porta RS232, temos equipamento antigos que são conectados através desta."

Atenciosamente,

Andressa Folchini
Pregoeira**Setor de Licitação**

Fones: (45) 3321-5397; 3321-5395; 3321-5485; 3321-5125; 3321-5126

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP

Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.

CEP.: 85.806-470, Cascavel - PR.

De: Anna Paula L R Martins <amartins@prolife.com.br>**Enviado:** quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 16:01**Para:** Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>**Cc:** Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>; Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>**Assunto:** Esclarecimento, Pregão Eletrônico nº 041/2023Você não costuma receber emails de amartins@prolife.com.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: Pregão Eletrônico nº 041/2023 – Item 03: "ELETROCARDIOGRAFO"

Para o eletrocardiógrafo, é requisitado: "Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV". Assim, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem ganho ajustável entre 5, 10 e 20 mm/mV?

Para confirmação, serão aceitas tecnologias que possuem pelo menos 1 conexão USB, 1 conexão de rede e sem porta RS232? Uma vez que a tecnologia RS232 é um padrão de protocolos para troca de série de dados

binários entre um terminal e um comunicador e esse vem sendo gradualmente suprimido pelo USB para comunicação local, uma vez que o protocolo USB é mais rápido, possui conectores mais simples e tem um melhor suporte por software.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,



Anna Paula Lemos Rojas Martins

Trainee – Especialista de Produtos, Licitações

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.