

**RES: PE 1807/22 -processo 828/22 - ITEM 7 - ELEVADOR MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES**

Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Ter, 06/12/2022 08:55

Para: Licitacoes <licitacoes@globalmed.com.br>

Bom dia,

Segue esclarecimento de nossa equipe técnica:

**O EDITAL SOLICITA:**

**“Estrutura em aço carbono tubular de alta resistência”**

O equipamento MAXI500 da ARJO possui as partes metálicas fabricadas em aço com pintura epóxi e partes plásticas em polipropileno. Resistente a deformações e impactos. Esta característica garante estabilidade e segurança para o paciente durante as movimentações.

Gostaríamos de esclarecer se estas condições serão aceitas pela instituição.

**Resposta: Será aceita.**

**“Deve suportar no mínimo pacientes de até 300kg”**

O MAXI500 tem carga de trabalho segura máxima de 227kg, gostaríamos de esclarecer se esta característica será aceita no atual processo.

**Resposta: Não será aceita.(mínimo 300kg).**

**“01 Cesto de transporte confeccionada em malha e nylon, revestida em poliuretano com regulagem de fixação em três pontos, e apoio de cabeça em vinil acolchoado com regulagem”**

Os Slings da ARJO utilizados no equipamento MAXI500 são confeccionados em poliéster, tem fixação em 4 pontos para encaixe com o equipamento e garantindo uma maior estabilidade e segurança para o paciente e contam com apoio de cabeça acolchoado para o paciente.

**Resposta: Será aceito.**

Atenciosamente,

Lisdefferson Hamann Andrade

Técnico Administrativo/Pregoeiro

Setor de Licitação

Fones: (45) 3321-5397; 3321-5395; 3321-5485; 3321-5125; 3321-5126

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP

Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.

CEP.: 85.806-470, Cascavel - PR.

---

**De:** Patrimônio - HUOP <huop.patrimonio@unioeste.br>

**Enviado:** terça-feira, 6 de dezembro de 2022 07:49

**Para:** Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

**Assunto:** RE: PE 1807/22 -processo 828/22 - ITEM 7 - ELEVADOR MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

Bom dia!

Segue respostas:

**O EDITAL SOLICITA:**

**“Estrutura em aço carbono tubular de alta resistência”**

O equipamento MAXI500 da ARJO possui as partes metálicas fabricadas em aço com pintura epóxi e partes plásticas em polipropileno. Resistente a deformações e impactos. Esta característica garante estabilidade e segurança para o paciente durante as movimentações.

Gostaríamos de esclarecer se estas condições serão aceitas pela instituição.

**Resposta: Será aceita.**

**“Deve suportar no mínimo pacientes de até 300kg”**

O MAXI500 tem carga de trabalho segura máxima de 227kg, gostaríamos de esclarecer se esta característica será aceita no atual processo.

**Resposta: Não será aceita.(mínimo 300kg)**

**“01 Cesto de transporte confeccionada em malha e nylon, revestida em poliuretano com regulagem de fixação em três pontos, e apoio de cabeça em vinil acolchoado com regulagem”**

Os Slings da ARJO utilizados no equipamento MAXI500 são confeccionados em poliéster, tem fixação em 4 pontos para encaixe com o equipamento e garantindo uma maior estabilidade e segurança para o paciente e contam com apoio de cabeça acolchoado para o paciente.

**Resposta: Será aceito.**

att,

 <b>unioeste</b> Universidade Estadual do Oeste do Paraná Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP	 <b>PARANÁ</b> GOVERNO DO ESTADO	<b>Edson Marcos Gonçalves</b> Patrimônio Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP  Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Av. Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre CEP 85.806-470 - Cascavel - PR. CNPJ 78.680.337/0007-70 Inscrição estadual: isento Fone (45) 3321-5348    Cel. (45) 99960-5239
--	--	---

**De:** Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

**Enviado:** sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 12:53

**Para:** Patrimônio - HUOP <huop.patrimonio@unioeste.br>

**Assunto:** ENC: PE 1807/22 -processo 828/22 - ITEM 7 - ELEVADOR MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

Boa tarde Edson,

Recebemos este questionamento a respeito do item 07 (elevador móvel para pacientes) do PE 1807/2022-HUOP, aguardamos vossa manifestação para respondermos a empresa.

Atenciosamente,

Lisdefferson Hamann Andrade  
Técnico Administrativo/Pregoeiro

**Setor de Licitação**

Fones: (45) 3321-5397; 3321-5395; 3321-5485; 3321-5125; 3321-5126

**Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP**

Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.

CEP.: 85.806-470, Cascavel - PR.

**De:** Luana de Barros <licitacoes@globalmed.com.br>

**Enviado:** sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 11:42

**Para:** Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

**Assunto:** PE 1807/22 - processo 828/22 - ITEM 7 - ELEVADOR MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

Você não costuma receber emails de [licitacoes@globalmed.com.br](mailto:licitacoes@globalmed.com.br). [Saiba por que isso é importante](#)

Bom dia,

Segue pedido de esclarecimento PE 1807/22 - ITEM 7 ELEVADOR MÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES

**O EDITAL SOLICITA:**

**“Estrutura em aço carbono tubular de alta resistência”**

O equipamento MAXI500 da ARJO possui as partes metálicas fabricadas em aço com pintura epóxi e partes plásticas em polipropileno. Resistente a deformações e impactos. Esta característica garante estabilidade e segurança para o paciente durante as movimentações.

Gostaríamos de esclarecer se estas condições serão aceitas pela instituição.

**“Deve suportar no mínimo pacientes de até 300kg”**

O MAXI500 tem carga de trabalho segura máxima de 227kg, gostaríamos de esclarecer se esta característica será aceita no atual processo.

**“01 Cesto de transporte confeccionada em malha e nylon, revestida em poliuretano com regulagem de fixação em três pontos, e apoio de cabeça em vinil acolchoado com regulagem”**

Os Slings da ARJO utilizados no equipamento MAXI500 são confeccionados em poliéster, tem fixação em 4 pontos para encaixe com o equipamento e garantindo uma maior estabilidade e segurança para o paciente e contam com apoio de cabeça acolchoado para o paciente.

Gostaríamos de entender se esta característica será aceita no atual processo.

Aguardamos retorno,

Atenciosamente,



 globalmed  
VENKAS

**LUANA DE BARROS**

Licitações

 3026-2323 / 3103-6853

 (51) 99509-6242

 [licitacoes@globalmed.com.br](mailto:licitacoes@globalmed.com.br)

 Unidade RS - Av. Carlos Gomes, 111 - 8º andar/801 - Auxiliadora, Porto Alegre - RS

 [www.globalmed.com.br](http://www.globalmed.com.br)



 @globalmed.com.br



Parceiros:

 GETINGE

 Aerogen  
Pioneering Anesthet Drug Delivery

 SISNACMED

 ARJO

 Fisher & Paykel  
HEALTHCARE

 CNPH