

Esclarecimento PE 127/2024 - Locação de equipamento e aquisição de reagentes para realização de exames TNI, PCT e BNP

Prezados (as),

Quanto aos critérios de aceitabilidade do Item 1 presente no PE 127/2024. A equipe técnica informa que será aceito o item que atender a todas as especificações apresentadas no descritivo do item, bem como as exigências descritas no Termo de Referência. Portanto, desde que o exame seja “Troponina I Ultra-Sensível, utilizando a metodologia de fluorescência ou quimioluminescência”, atenderá ao descritivo do item, independente do limite de detecção.

Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária ou discutir esta solicitação em mais detalhes, caso seja conveniente.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e consideração.

Atenciosamente,

Leonardo Luan Périgo
CRF/PR: 35.442
Laboratório de Análises Clínicas
Hospital Universitário do Oeste do Paraná