

Pedido de Esclarecimento - PE nº 132/2023 - UNIOESTE - TOMOGRAFOS

E Figueiro, Murilo Guido <murilo.figueiro@siemens-healthineers.com>

Qui, 20/07/2023 12:06

Para:Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Cc:Garcia, Fabio <fabio.garcia@siemens-healthineers.com>;Vagetti, Andre Thiago Sturaro <andre.vagetti@siemens-healthineers.com>;Zampieri, Luiz Andre Hoffmann <luiz.zampieri@siemens-healthineers.com>

A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE
PREGÃO ELETRONICO N° - 132/2023

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. inscrita no CNPJ nº. 01.449.930/0006-02, interessada em participar do PREGÃO ELETRONICO N° 132/2023, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1 – QUANTO AO MANUAL TECNICO E SENHAS DE ACESSO

Solicita o edital: “A CONTRATADA deverá garantir a qualquer tempo, sem custo a CONTRATANTE, à disponibilidade de manuais Técnicos de resolução de problemas, manuais de instrução de operação, senhas de acesso, nos níveis em que a CONTRATANTE foi treinada, e demais dados técnicos dos equipamentos ofertados.

De forma a proteger a propriedade intelectual da Siemens Healthineers, serão fornecidas senhas até o nível 3, que permite as seguintes funcionalidades: teste de controle de qualidade básica em modo cliente, relatório com identificação do código de erro, carregar licença (ex: instalação de Trial), relatório de instalação (data de instalação, relatório de instalação e registros, etc.), realizar backup de tabelas de configuração e também restaurar tabela de backup e calibração de monitor.

Já em relação ao Manual, informamos que o Manual registrado junto a ANVISA contempla todas as instruções necessárias para a correta operação do equipamento, indicação das principais partes, bem como suas dimensões, características, condições ideais para instalação, limpeza e desinfecção, informação sobre mensagens de erro do sistema, segurança em trabalhar com Raios x e na operação do equipamento, dicas de proteção contra radiação, inspeções diárias e mensais e resolução de problemas básicos. Caso reste alguma questão técnica não esclarecida, é assegurado ao órgão a abertura de diligência para questionamento, à qual a Siemens Healthineers se compromete a responder prontamente.

Podemos entender que a Siemens atende ao edital através da explicação exposta acima ?

2 – QUANTO AO DESCRITIVO TECNICO – ITEM 1 - TOMOGRAFO DE 64/128 CANAIS

2.1 Solicita o Edital:

13.4 - Fornecimento e instalação dos cabamentos de alimentação elétrica (entre quadro, estabilizador e equipamento) e de dados dentro do site de tomografia, caso necessário (“e de dados

dentro do site de tomografia, caso necessário`);

Esclarecimento: Podemos entender que se trata de cabos para conexão dados do tomógrafo até o console e/ou Workstation?

2.2. Solicita o Edital: 9.16 - Função cardíaca para cálculo de fração de ejeção

Esclarecimento: No console de aquisição, conseguimos realizar todas aquisições e reconstruções de imagens, de todas as fases do ciclo cardíaco, porém, o processamento para cálculo da fração de ejeção será realizado na Workstation.

2.3. Solicita o edital: 9.16 - perfusão completa de multi órgãos

Esclarecimento: No console de aquisição, conseguimos realizar todas aquisições e reconstruções de imagens, porém o processamento de Perfusão de Corpo (multi órgãos) será realizado na Workstation. Podemos entender que atendemos a solicitação destes recursos descritos acima, de acordo com a nossa solução proposta?

2.4. Solicita o Edital: Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; “

Esclarecimento: Podemos entender que a quantidade de horas de treinamento será a que consta na cláusula 10.1.9.4, 40h em loco/presencial? “ 10.1.9.4 - Empresa contemplada, responsável pelo equipamento, deverá realizar treinamento avançado em loco, no mínimo 40h, posterior a instalação do equipamento`

3 – QUANTO AO DESCRITIVO TECNICO – ITEM 2 - TOMOGRAFO DE 16/32

3.1. Solicita o Edital: 9.2 - Programa de segmentação automática das artérias coronárias;

Esclarecimento: Podemos entender a NÃO necessidade de inclusão deste sw / recurso, devido ao mesmo não fazer parte do escopo para um tomógrafo de 16/32 cortes?

3.2. Solicita o Edital: Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; “10.1.9.4 - Empresa contemplada, responsável pelo equipamento, deverá realizar treinamento avançado em loco, no mínimo 40h, posterior a instalação do equipamento`”,

Esclarecimento: Podemos entender que a quantidade de horas de treinamento será a que consta na cláusula 10.1.9.4, 40h em loco/presencial? “ 10.1.9.4 - Empresa contemplada, responsável pelo equipamento, deverá realizar treinamento avançado em loco, no mínimo 40h, posterior a instalação do equipamento`”



Murilo Figueiró | Siemens Healthcare Diagnósticos LTDA.

SHS AM LAM FI DI OTO – PUBLIC SECTOR

📞 011 94261-3457

✉ murilo.figueiro@siemens-healthineers.com

Av Mutinga, 3800 - 5º andar - 05110-902 - São Paulo – SP

www.healthcare.siemens.com.br