

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 089/2013

DEPENDÊNCIA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - (PR)

LICITAÇÃO: (Ano: 2013 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ / Nº
Processo: 011/2013)

Às 09:49:11 horas do dia 17/10/2013 no endereço AVENIDA TANCREDO NEVES 3224, bairro SANTO ONOFRE, da cidade de CASCAVEL - PR, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa Sr(a). KARINE DANIELE BYHAIN DE SOUZA, a respectiva Equipe de Apoio: Leticia Gomes Pasa, Carlos Eduardo Ferreira Campos, Marcos Aquila Insaualde Rocha, e Equipe Técnica: Claudio Barradas Sebastião designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão nº 011/2013 que tem por Objeto Aquisição de conjunto de equipamentos para vídeo cirurgia para uso no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, através do convênio 141/2009 - Ministério da Saúde.

Também estiveram presentes as empresas:

Empresa	Representante
Efative Produtos Medico Hospitalares Ltda.	
Eficiente Atacadista Ltda - Epp	
H Strattnner & Cia Ltda	
Medicalway Equipamentos Medicos Ltda	
Metta Equipamentos Medicos Ltda - Epp	

A pregoeira procedeu com informes sobre a licitacao a ser iniciada, sendo obediência a Lei Complementar nº 123/2006, interposição de recursos na ata, entre outros, passando na sequência a lista de presença a qual foi assinada por todos e segue anexa ao processo, sendo realizado após o credenciamento de todos para este certame, precedimento este que se encerrou-se as 09:49:05, verificando-se que as empresas estão pré-habilitadas. Na sequência foi dado início as lances, obtendo-se a seguinte classificação:

OBSERVAÇÃO:

LOTE: 1

Item (1) - Conjunto de equipamentos para vídeo cirurgia, contendo:

Fonte de luz - lâmpada xênon cim rendimento mínimo de 300 watts, vida útil média da lâmpada de no mínimo 500 horas/uso, com tempedatura de cor de aprximadamente 6000° graus Kelvin (K), tensão 100-220V, 50/60 Hz, com contagem de horas de uso da lâmpada, com dispositivo para conexão em salas inteligentes e remotas com possibilidade de comando de voz.

Insuflador de CO2 - grau médio com 2 microprocessadores para controles de funções, sistema de auto correção de parâmetros de pressão de fluxo, alarmes sonoro e visual, capacidade de aquecimento de gás, variação do fluxo de gás de 0 a 40 litros por minuto, indicador das funções do monitor, limite de pressão até 30 mm/hg, pressão de saída máxima de 55 mm/hg, pressão máxima do gás fornecido de 80 bar/1160 psi, sistema de ventilação com ajuste automático, display da pressão com informação da desejada, display com informação do fluxo de gás desejado, indicador do consumo de gás, indicador do fornecimento de gás, indicador do fluxo de gás e indicador de pressão atual, capacidade de uso em pacientes pediátricos, voltagem de 110/220 volts, 50/60 hz.

Câmera Digital - Alta definição (HD) para procedimentos de videolaparoscopia, com escaneamento progressivo de linhas pares e impares, acima de 1100 linhas verticais, função autoshutter, zomm (digital ou analógico), resulação de 1.920 x 1.080 (HDTV), saídas de video analógicas (video

composto, S-video, RGBHV) e digitais (DVI, DVI-I e fibra ótica), possibilidade de controle de voz, com 9 diferentes configurações pré-determinadas para diferentes procedimentos cirurgicos, cabeça de câmera independente, acoplada através de cabeamento de 2,5 metros, que permite controlardiferentes funções, tais como Zomm, White Balance e captura de imagem (filme e foto), iluminação de captura menor que 3 lux, console com tela LCD para opções e ajustes.

Monitor de tela plana - 26" polegadas de grau médico, padrão 4:3 e 16:9 com resolução de 1920 x 1200 nativa, ângulo de visão de 178° compatível com imagem de alta definição (HD), entradas de vídeo analógico e digitais, tempo de resposta de 12 ms, possibilita controle de contraste, fase, cor, brilho e nitidez, sendo o controle de cores independentes (red, green, blue), interface para sinais de vídeo composto, RGBHV, S-Video, DVI e fibra ótica.

Cabo de Luz - por condução de luz por fibra ótica, diâmetro do feixe de fibras de 4.8 mme comprimento aproximado de 250 cm.

Endoscópio - visão foro oblíquo, 30°, grande angular (120°) com sistema de lentes em forma de bastão, com aumento de 20 vezes, 10 mm de diâmetro e 31 cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, com conexão para cabo de luz do lado inverso a ponta distal do endoscópio, para facilitar manuseio autoclavável.

Armário - para video cirurgia, estrutura rígida e resistente, tubos de aço carbono, laterais e portas (com chaves) de chapa de aço carbono. Quatro rodízios linha hospitalar de no mínimo 100 mm, dois com freio. Prateleiras de chapa de aço, dobrada, com referços. Abertura das portas 270°. Furos laterais internos para variar altura das prateleiras. Pintura eletrostática a pó, cor cinza texturizado.

Dimensões mínimas: Externa - Altura: 1700 mm; Largura: 600 mm; Profundidade: 600 mm. Útil - Largura: 540 mm; Profundidade: 590 mm; Obrigatoriedade de Registro na ANVISA.

. Quantidade: 1; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 190.000,0000.

Posição Fornecedor				Valor Unit.		
1 Medicalway Equipamentos Medicos Ltda				180.000,0000		
Material Descrição	Quantidade	Vi. edital	Vi. unit. final	Vi. total (Unit final x Qtde)	Marca	
63898 Conjunto de equipamentos para video cirurgia	1,0000	190.000,0000	180.000,0000	180.000,0000	Stryker	
2 Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.				190.000,0000		
3 Eficiente Atacadista Ltda - Epp				300.000,0000		


Encerrada a sessão as 09:49:32, nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa declarou encerrados os trabalhos, perguntando a todos se gostariam de mencionar algo em ata, os mesmos manifestaram-se favorável ao exposto.

OBSERVAÇÃO:

No momento do recebimento, a equipe técnica verificará o equipamento para identificar o atendimento das informações constantes na proposta e documentação.

Proponentes

	Habilitado	Motivo inabilitação
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	Sim	
Eficiente Atacadista Ltda - Epp	Sim	
H Strattner & Cia Ltda	Sim	
Medicalway Equipamentos Medicos Ltda	Sim	
Metta Equipamentos Medicos Ltda - Epp	Sim	

Karine Bygum Souza


Letícia Gomes Rosa
 MARENS ALVILA INSAUVALDE FACHA