

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006-2021 PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS, PLACA HEMOSTÁTICA E ADESIVOS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001359/2021 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2021 – HUOP.

1. PREÂMBULO

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP torna público que realizará processo de chamamento público para para **Pré-Qualificação de Fios cirúrgicos, placa hemostática e adesivos cirúrgicos** para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, obedecidos os fundamentos legais constantes dos dispositivos das Leis nº 8.080/90, 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/07, Portaria nº 1.286/93, do Ministério da Saúde, Decreto Estadual nº 4.507/2009, suas alterações e demais legislações e normas que regem a matéria, aplicáveis ao Chamamento Público e ao Processo Administrativo nº 006/2021– HUOP. O processo de pré-qualificação de Fios cirúrgicos, placa hemostática e adesivos cirúrgicos, apresenta vantagens relevantes para Administração, propiciando a otimização dos certames licitatórios, além de proporcionar maior segurança aos usuários e pacientes. Por ser desnecessário promover no âmbito da licitação a avaliação da qualidade mínima dos produtos, propicia ganhos marcantes de tempo, redução e conflitos e contratações muito mais seguras já que há uma margem mais intensa de certeza quanto à qualidade satisfatório do produto.

2. DO OBJETO

2.1. O presente chamamento público tem por objeto a pré-qualificação de produtos do tipo **Fios cirúrgicos, placa hemostática e adesivos cirúrgicos** com a formação de cadastro para futuras aquisições.

2.2. A pré-qualificação do produto não gera direito à contratação futura e nem implica a preclusão da faculdade legal de inabilitação pelo HUOP nas compras futuras.

2.2.1. As aquisições de itens com produtos pré-qualificados serão realizadas conforme as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, mediante licitação com participação restrita às empresas com propostas de produtos aprovados em Chamamento Público para pré-qualificação, conforme prevê o art. 10, § 1º, I, Lei Estadual nº 15.608/07.

2.2.2. Nenhum item constante neste Chamamento, que tenha produtos pré-qualificados, será objeto de análise dentro do respectivo processo licitatório, facultando-se ao interessado a possibilidade de envio de amostras para avaliação no âmbito desta chamada pública para as licitações posteriores que porventura forem realizadas.

2.2.3. Para fins de participação em processo licitatório, somente serão considerados os produtos pré-qualificados aqueles com resultado publicado até a publicação do edital de licitação.

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

3. AQUISIÇÃO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

3.1. O presente edital e demais informações encontram-se à disposição para verificação ou obtenção de copia do processo por parte dos interessados, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP junto ao Setor de Chamamento Público. Situado na Avenida Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre - CEP 85.806-470 Cascavel, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo Fone: (45) 3321-5169, ou ainda na home-page <http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php>

3.2. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou apresentar impugnação a respeito do contido neste Edital, mediante documento escrito e protocolado na Área de Protocolo do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP/UNIOESTE), para a Comissão Especial de Credenciamento instituído pela Portaria 024/2021-DG de 23 de abril de 2021. Endereço: Avenida Tancredo Neves, 3234 – Bairro Santo Onofre - CEP 85.806-470 - Cascavel, Estado do Paraná, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sendo que:

3.3. Todos os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações serão analisados pela Comissão Especial de Credenciamento designada pela Direção do Hospital Universitário do Oeste do Paraná;

3.4. A Comissão Especial de Credenciamento poderá indeferir pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações quando infundados ou meramente protelatórios.

3.5. Caberá à Comissão Especial de Credenciamento decidir sobre eventual impugnação prevista no item 3.2 no prazo de 03 (três) dias úteis. Em sendo acolhida a impugnação ao instrumento convocatório, será designada nova data para a abertura das propostas do credenciamento, após a retificação do Edital.

3.6. A impugnação tempestivamente apresentada não impedirá o interessado de participar do procedimento até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

3.7. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.

3.8. Também poderá haver **Formalização de consultas através do endereço eletrônico:**

Questionamentos quanto ao processo: chamamento.huop@gmail.com

Questionamentos técnicos: huop.padronizacao@unioeste.br

4. DAS CONDIÇÕES PARA CADASTRAMENTO

4.1. Poderá participar qualquer fabricante, distribuidora ou representante comercial que atenda às condições deste Edital e seus Anexos, apresentando os documentos e amostras nele exigidos.

5. DO PROCEDIMENTO

5.1. Solicitação do Cadastramento

5.1.1. A solicitação de cadastramento consiste na apresentação dos seguintes documentos:

- a. **Pedido de Credenciamento preenchida conforme modelo do [Anexo III](#);**

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

- b. **Carta de Credenciamento do Representante preenchida conforme modelo do Anexo IV;**
- c. **Ficha cadastral preenchida conforme modelo do Anexo V;**
- d. **Proposta de Cadastramento - Anexo VI**, que deverá ser preenchido eletronicamente e impresso em papel com identificação da empresa proponente, em 01 (uma) via, redigido em português, devendo este conter a razão social, endereço completo, CEP, telefones, e-mail e número do CNPJ, assinatura do responsável legal da proponente; além de, especificações claras dos materiais a serem cadastrados, observando-se rigorosamente a relação de itens disposta no Anexo I;
- e. **Declaração preenchida conforme modelo do Anexo VII;**
- f. **Certificado de Licença Sanitária** da fabricante ou detentora do registro emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados ou Distrito Federal ou Municípios, aquela que couber, onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular.
 - 5.1.1.f.1. Estando o certificado de licença vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do certificado vencido. Os protocolos de revalidação do certificado deverão estar acompanhados de comprovante da tramitação ou declaração do órgão público concedente da referida licença.
 - 5.1.1.f.2. A comissão poderá diligenciar e ou solicitar documentação complementar que comprove a regularidade sanitária.
- g. **Autorização de Funcionamento de Empresa** da fabricante ou detentora do registro emitida pela ANVISA, onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, regular, perfeitamente legíveis e destacadas. Conforme Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 16, de 1º de abril de 2014 e suas alterações (ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/> . Acessado em: 10 fev. 2021.
- h. **Registro/Cadastro/Notificação do Produto no Ministério da Saúde** conforme Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências e suas alterações, para os itens considerados produtos para a saúde, inclusive para produtos importados. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6360.htm . Acessado em: 10 fev. 2021 e RDC nº 270, de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a migração do regime de cadastro para o regime de notificação dos dispositivos médicos de classe de risco I. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2019/rdc0270_28_02_2019.pdf . Acessado em: 10 fev. 2021.
 - 5.1.1.h.1. Serão aceitos documentos sob a forma de cópia do Diário Oficial ou obtidos através do endereço eletrônico <https://consultas.anvisa.gov.br/#/>, devidamente destacado o trecho pertinente para comprovação;
 - 5.1.1.h.2. Para os produtos para a saúde dispensados de registro e cadastro, as empresas deverão apresentar cópia do respectivo ato formal de

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

dispensa de registro, conforme as Resoluções da diretoria colegiada e alterações (RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001; RDC nº 207, de 17 de novembro de 2006; e RDC nº 40, de 26 de outubro de 2015) . Disponíveis em: <http://> <http://>

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/rdc0185_22_10_2001.pdf ,

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0207_17_11_2006.html e

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0040_26_08_2015.pdf . Acessados em: 10 fev. 2021.

5.1.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia simples acompanhada do respectivo original para autenticação por servidor da UNIOESTE. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

- a. Serão aceitos documentos autenticados por cartório digital - autoridade certificadora licenciada pelo ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), nos termos da Medida Provisória Nº 2.200-2/01-, desde que contenha o carimbo digital no documento, em conjunto da certidão da certificação digital (documento este que pode ser diligenciado durante o certame), onde conste os mesmos dados do carimbo, bem como a data de validade, para que se possa comprovar a legitimidade do mesmo.
- b. Também serão aceitos documentos assinados com assinatura digital por meio de certificado digital.
- c. Os documentos obtidos via internet e apresentados para o credenciamento serão diligenciados pela comissão para fins de conferência e não necessitam de autenticação. Caso estejam com a data de validade expirada, mas que possuam outras emitidas em plena validade, poderá ser realizada esta conferência pela Comissão e o documento vigente será anexado a documentação do credenciamento.

5.2. Da entrega da Solicitação de Cadastramento e Amostras

5.2.1. A entrega dos documentos e amostras de produtos a serem submetidos à análise técnica deverá ser feita mediante protocolo, dentro do prazo de vigência do Edital, em envelope e/ou pacote fechado contendo as informações abaixo. O prazo inicial para encaminhamento de amostras de produtos e documentos inicia-se em **13 de setembro de 2021**. Prazo estipulado na primeira publicação deste edital. O protocolo deve ser realizado junto a Seção Administrativa do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, localizado na Avenida Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre, Cascavel, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 08 horas e 12 horas e 13 horas e 17 horas.

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

Edital nº 006/2021-HUOP – Chamamento Público Processo Administrativo: 001359/2021

Pré-Qualificação de Fios cirúrgicos, placa hemostática e adesivos cirúrgicos!

Proponente:

Endereço:.....

Fone:.....

CNPJ:.....

E-mail:.....

5.2.2. As amostras deverão ser apresentadas sem ônus para a Administração, conforme o estabelecido no Anexo I;

5.2.3. Os produtos, objetos deste chamamento público, necessitarão ser analisados devendo, para tanto, serem entregues amostras conforme quantitativo estabelecido no Anexo I, sob pena de desclassificação da proposta para o referido item;

5.2.4. Todas as amostras encaminhadas deverão estar acondicionadas em embalagem original, resguardada a sua integridade e em perfeitas condições de uso. Deverão ainda estar identificadas com: nº do Chamamento Público, empresa solicitante e nº do item correspondente ao anexo I deste edital.

5.2.5. Qualquer esclarecimento e informações sobre amostras ou catálogos, contatar o Enfermeiro(a) responsável pelo Setor de Padronização do HUOP, através do e-mail: huop.padronizacao@unioeste.br.

5.3. Da Análise Técnica dos Produtos

5.3.1. A análise técnica seguirá o seguinte rito procedimental:

- a. Avaliação documental;
- b. Avaliação técnica-descritiva das amostras;
- c. Avaliação de tecnovigilância;
- d. Avaliação técnica-funcional das amostras.

5.3.2. Será considerado aprovado o produto que atender aos seguintes critérios técnicos:

- a. Conformidade da proposta com as especificações do edital;
- b. Conformidade dos documentos de habilitação do detentor do registro.
 - 5.3.2.b.1. Os dados do detentor apresentados no registro devem coincidir com o disposto na Autorização de Funcionamento de Empresa e Licença Sanitária. São avaliados os itens: razão social, CNPJ, endereço e natureza da atividade para qual a empresa está habilitada.
- c. Conformidade da amostra ou catálogo ou bula com as especificações do edital (embalagem, apresentação, dimensões, material entre outros);
- d. Conformidade da amostra com a documentação técnica apresentada;
- e. Não constar alerta de restrição na ANVISA ou mesmo na tecnovigilância (vigilância de produtos) do HUOP;

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

- f. Conformidade na avaliação técnica prática do produto com atendimento às necessidades assistenciais, de ensino e de segurança dos pacientes e profissionais no HUOP;
- 5.3.3. Somente serão analisados produtos:
- a. Com ausência de alerta de restrição na ANVISA ou mesmo na tecnovigilância (vigilância de produtos) do HUOP.
- 5.3.3.a.1. Exceto, produtos os quais seja comprovado tecnicamente a alteração da formulação/apresentação ou outro quesito que ensejaram na notificação.
- b. Em conformidade com o edital e a documentação apresentada;
- c. Em conformidade com as normas regulamentadoras, quando couber
- 5.3.4. A análise dos produtos será feita por profissionais técnicos da área designados para este fim, através de parecer técnico, considerando-se:
- a. O atendimento ao objetivo de uso sem prejudicar o paciente e o usuário e sem comprometer a técnica;
- b. A observância do atendimento às necessidades assistenciais, de ensino e de segurança do paciente no HUOP;
- 5.3.5. A avaliação dos produtos será orientada pelo instrumento de avaliação estabelecido nos ANEXOS IX e X.
- 5.3.6. A análise do resultado da avaliação técnica será feita pelo Setor de Padronização após apensamento de todos os pareceres recebidos, embasada em critérios quantitativos e qualitativos. Ao realizar a análise do resultado o Setor de Padronização poderá consultar a Comissão de Padronização, caso entenda ser necessário.
- a. A avaliação quantitativa baseia-se no número de aprovações versus reprovações das unidades e/ou comissões e/ou profissionais técnicos;
- b. A avaliação qualitativa de pareceres divergentes para o mesmo produto considera os seguintes critérios:
- 5.3.6.a.1. A resposta analítica do principal usuário, sendo este o maior usuário em quantidade do produto ou aquele cuja técnica de uso é mais específica;
- 5.3.6.a.2. As justificativas dos pontos negativos e/ou positivos, quando emanadas por especialista, sendo consideradas de alta relevância;
- 5.3.6.a.3. As justificativas fundamentadas com base nos critérios de avaliação funcional, elencadas nos anexos IX e X.
- 5.3.7. A análise técnica dos produtos será feita no prazo de até 30 (trinta) dias da entrega das propostas e das amostras, podendo ser suspenso ou prorrogado, se necessário, a critério do HUOP, conforme art. 12 do Decreto Estadual 4507 de 2009.
- a. Caso sejam solicitados esclarecimentos, retificações, complementação da documentação, será acrescido ao prazo de análise o número de dias úteis oferecido ao interessado para cumprimento das exigências;
- b. Caso o prazo para análise não seja suficiente, será solicitado à autoridade máxima do HUOP, com a devida justificativa, um prazo extra de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos para a análise.
- 5.3.8. A comissão poderá solicitar, sempre que julgar necessário, outros documentos, incluindo laudo externo de controle de qualidade do material, a ser expedido por laboratórios - certificadores referendados pelo INMETRO. Nestes casos será formalizada a solicitação através de correio eletrônico e a efetivação do cadastro ficará condicionada ao cumprimento da referida solicitação.
- 5.3.9. A não apresentação das amostras implicará na desclassificação da proposta para o referido item.

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

5.3.10. A apresentação da proposta e/ou amostra com especificação em desacordo com o bem solicitado no anexo I do presente edital será considerada “não conforme”.

5.3.11. Os produtos considerados nas avaliações do HUOP como “não conforme” poderão ser submetidos à nova análise, desde que o interessado comprove tecnicamente haver inconsistência técnica nos pareceres em relação à utilização desejada ou comprove alteração em sua formulação compatível com as causas que ensejaram sua “não conformidade”.

5.3.12. Nos casos de produtos avaliados pelo HUOP como “não conforme”, que trata os itens 5.3.10 e 5.3.11, será oficializado o proponente através de correio eletrônico cadastrado, garantido o direito de defesa da empresa.

5.3.13. As amostras apresentadas não serão devolvidas, sendo utilizadas na avaliação funcional do produto .

5.3.14. Quaisquer situações não previstas neste edital serão analisadas e decididas pela Comissão Especial de Credenciamento.

5.4. Dos Recursos

5.4.1. Nos casos de produtos avaliados pelo HUOP como “Não conforme”, que trata os itens 5.3.10 e 5.3.11, será comunicado o proponente com a justificativa da desclassificação e/ou não conformidade através de correspondência eletrônica.

5.4.2. Das decisões da comissão de avaliação caberá interposição de recurso dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado. Conforme artigo 14 do Decreto Estadual 4507 de 2009.

5.4.3. Os recursos deverão ser encaminhados, mediante documento escrito e protocolado na Área de Protocolo do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP/UNIOESTE), para a Comissão Especial de Credenciamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, remeter os autos à autoridade superior, motivando a manutenção da decisão.

5.4.4. A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da Comissão, proferirá, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo promover a sua respectiva publicação

5.4.5. ção no Diário Oficial do Estado em até 2 (dois) dias úteis.

5.4.6. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

6. DOS PRODUTOS PRÉ-QUALIFICADOS

6.1. Os produtos aprovados serão considerados pré-qualificados por prazo indeterminado e divulgados na página eletrônica do HUOP e em Diário Oficial do Estado, não se excluindo a possibilidade de serem denominados “não conforme” futuramente.

6.1.1. Conforme Art. 15 do Decreto 4507, a qualquer tempo o HUOP poderá convocar por ofício o proponente/detentor do registro para nova análise de documentação e/ou amostras. Nessa ocasião serão exigidos os documentos que comprovem a manutenção das condições apresentadas quando da pré-qualificação do produto, sob pena deste não ser mais considerado pré-qualificado na instituição.

6.2. Ficam pré-qualificados e convalidados os produtos indicados nos itens discriminados no Anexo II em função de já terem sido objeto de análise e aprovação em processos desta natureza anteriormente realizados, não sendo necessário envio de novas propostas e amostras.

6.2.1. As propostas com avaliações em andamento referente ao Chamamento Público 004/2018-HUOP serão finalizadas e os resultados publicados estarão vinculados a este novo edital.

6.3. Será **cancelada a pré-qualificação dos produtos**, respeitando-se a Resolução do COU 180/2013 (disponível em

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

https://www5.unioeste.br/portalunioeste/arquivos/praf/Resolucao_180_2013-Cou.pdf, acessado em: 21 abr. 2021) e assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa quando:

- 6.3.1. O produto em que o proponente ou fabricante/detentor do registro atestar a descontinuidade de produção por prazo indeterminado, ou, quando o HUOP tomar conhecimento dessa descontinuidade. Nesses casos, para nova pré-qualificação, se futuramente solicitada, deverá atender novamente a todas as exigências editalícias.
- 6.3.2. For efetuada a entrega de produtos incompatíveis com as amostras apresentadas.
- 6.3.3. Houver alerta de restrição junto ao Serviço de Tecnovigilância do HUOP e ou ANVISA.
- 6.3.4. O produto estiver em desacordo com as exigências de pré-qualificação;
- 6.3.5. O produto deixar de atender às necessidades assistenciais, de ensino, de segurança do paciente e ocupacional no HUOP.

7. DA VIGÊNCIA DO REGISTRO CADASTRAL E DO EDITAL

7.1. O registro cadastral ficará permanentemente aberto aos interessados, conforme Artigo 4º do Decreto Estadual 4.507/2009 e alterações, amparando o estabelecido no no parágrafo sétimo do Artigo 10º da Lei Estadual 15.608/2007. O Edital terá vigência de 12 meses a contar da data de publicação.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CADASTRADO

- 8.1. Submeter-se ao permanente controle, avaliação e fiscalização do HUOP;
- 8.2. Manter, durante toda a vigência do cadastro, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de qualificação exigidas neste instrumento em conformidade com o disciplinado no artigo 18 do Decreto Estadual 4507 de 2009;
- 8.3. Informar quaisquer alterações que ocorram com o produto cadastrado, tais como mudança de marca, de formulação, mudança no registro, fusões de empresas fabricantes, descontinuidade de produção, etc.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA UNIOESTE-HUOP

- 9.1. Aplicar os princípios de isonomia, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo todos aqueles que se submeterem ao credenciamento;
- 9.2. Divulgar a relação dos produtos pré-qualificados, objeto deste Chamamento Público;
- 9.3. Fiscalizar os produtos pré-qualificados por meio de registro de queixas técnicas e/ou eventos adversos no HUOP e ANVISA e entrega de produtos incompatíveis com as amostras apresentadas.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1. A critério da UNIOESTE o presente Chamamento Público poderá ser:
 - 10.1.1. Adiado, por conveniência exclusiva da Administração;
 - 10.1.2. Revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
 - 10.1.3. Anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

- 10.2. A UNIOESTE poderá, em qualquer fase, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente procedimento.
- 10.3. O cadastrado é responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
- 10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade máxima do órgão ou outro por este designado, que decidirá com base na legislação em vigor.
- 10.5. Outras informações sobre o presente procedimento e quaisquer dados necessários à complementação das especificações poderão ser obtidas junto ao Setor de Chamamento do HUOP, sito a Avenida Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre, CEP 85806-470, Cascavel – PR, Fone/fax: (45) 3321-5169, e-mail chamamento.huop@gmail.com .
- 10.6. Os anexos fazem parte do edital independentemente de transcrição.

Cascavel/Pr, 06 de setembro de 2021.

Rafael Muniz de Oliveira
Diretor Geral
Portaria nº 0109/2020 - GRE
Portaria nº 0167/2020 - GRE

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021**ANEXO I - Lista de Fios cirúrgicos, placa hemostática e adesivos cirúrgicos e quantitativo de amostras**

Item	Código Tasy	Palavra chave	Descrição Completa	Quantidade
1	36011	Adesivo cirúrgico	Adesivo cirúrgico indicado para reforço de anastomoses e coadjuvante em procedimentos vasculares. Produto formulado a partir de compostos adesivos e polimerizantes, apresentação estéril. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 458669.	03 unidades
2	552	Esponja hemostática	Esponja de gelatina absorvível para hemostasia em cirurgias neurológicas, tamanho mínimo de 7 x 5 x 1 cm, estéril. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 417242. Código GMS 6510.45924.	05 unidades
3	63071	Placa hemostática 5,0 x 7,5 cm	Placa hemostática estéril, composta de celulose oxidada regenerada, confeccionado em material absorvível, com pH entre 3,0 a 6,0 que confere ação bactericida, com tamanho mínimo de 5,0 x 7,5 cm. Absorção de 05 a 14 dias, utilizada para hemostasia de vasos em neurocirurgia. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação,	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			<p>procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php. Código BR aproximado: 431232. Código GMS 6510.68573.</p>	
4	1241	Cera para osso	<p>Cera para osso 2,5 g, estéril. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php. Código BR aproximado: 273052. Código GMS 6510.19493.</p>	03 unidades
5	1053	Fita cardíaca	<p>Fita cardíaca de algodão, branco, envelope contendo 1 fita com largura entre 30 a 35 mm e no mínimo 80 cm de comprimento, estéril. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php. Código BR aproximado: 437852. Código GMS 6510.19492.</p>	03 unidades
6	1262	Fio para marcap	<p>Fio para marcapasso multifilamento de aço torcido revestido com polietileno, 2-0, azul, com dimensão total de 60 cm, com agulha de 1/2 círculo cilíndrico de 24 a 26 mm em</p>	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		asso 2-0 com 2 agulhas	uma das extremidades, e em outra, agulha reta triangular cortante de 60 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 278511. Código GMS: 6510.69297.	
7	1242	Fio de aço n. 1 sem agulha	Fio de sutura de aço inoxidável cirúrgico, n. 1, sem agulha, envelope com 3 fios de no mínimo 55 cm de comprimento, estéril. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 284519. Código GMS 6510.67591.	05 unidades
8	1244	Fio de aço n. 5 com agulha	Fio de sutura de aço inoxidável cirúrgico, n. 5, com agulha de 1/2 círculo ponta triangular cortante com 48 a 50 mm, envelope com 4 fios de no mínimo 40 cm, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo do tipo de agulha visível em envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281814. Código GMS 6510.68873.	
9	1345	Fio de algodão 0 sem agulha	Fio de sutura de algodão com poliéster, n. 0, preto ou azul, envelope com 15 fios de 40 a 45 cm de comprimento, sem agulha, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281804. Código GMS 6510.19237.	05 unidades
10	36708	Fio de algodão 0 com agulha	Fio de sutura de algodão com poliéster, n. 0 (gastrointestinal), preto ou azul torcido, envelope com 3 fios de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica de 35 a 37 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281255. Código GMS: 6510.50403.	
11	1348	Fio de algodão 2-0 sem agulha	Fio de sutura de algodão com poliéster, 2-0, azul ou preto torcido, envelope com 15 fios de no mínimo 40 cm de comprimento, sem agulha, estéril. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 288371. Código GMS: 6510.19236.	05 unidades
12	7840	Fio de algodão 2-0 com agulha	Fio de sutura de algodão com poliéster, 2-0 (gastrintestinal), azul ou preto torcido, com fio de no mínimo 40 cm, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 24 a 26 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 299546. Código GMS 6510.19236.	05 unidades
13	1349	Fio de algodão	Fio de sutura de algodão com poliéster, 3-0, azul ou preto torcido, envelope com 15 fios de no mínimo 40 cm de comprimento, sem agulha, estéril. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		3-0 sem agulha	registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 286130. Código GMS: 6510.19242.	
14	36700	Fio catgut simples 0 sem agulha	Fio de sutura catgut simples, n. 0, envelope com fio de no mínimo 1,45 m de comprimento, sem agulha, estéril. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281018. Código GMS 6510.68557.	05 unidades
15	1251	Fio catgut simples 1 com agulha	Fio de sutura catgut simples, n. 1, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo cilíndrica entre 30 a 32 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281042.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			Código GMS 6510.68859.	
16	1249	Fio catgut simples 2-0 com agulha	Fio de sutura catgut simples, 2-0, com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha robusta 1/2 círculo cilíndrica de 40 a 42 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281062. Código GMS 6510.19205.	05 unidades
17	6010	Fio catgut simples 2-0 com agulha	Fio de sutura catgut simples, 2-0, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica de 25 a 27 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281048. Código GMS 6510.19224.	05 unidades
18	1255	Fio catgut simples	Fio de sutura catgut simples, 2-0 (amigbdlectomia), com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha de 3/8 círculo cilíndrica de 17 a 20 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		2-0 com agulha	Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281032. Código GMS: 6510.39816.	
19	1259	Fio catgut simples 3-0 com agulha	Fio de sutura catgut simples, 3-0, com fio de no mínimo 70 cm, com agulha delicada de 3/8 de círculo cilíndrica de 30 a 32 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281044. Código GMS 6510.19209.	05 unidades
20	1260	Fio catgut simples 4-0 com agulha	Fio de sutura catgut simples, 4-0, fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica de 30 a 32 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281054. Código GMS: 6510.19211.	
21	36704	Fio catgut simples 5-0 com agulha	Fio de sutura catgut simples, 5-0, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha delicada de 1/2 círculo de 20 a 22 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281040. Código GMS: 6510.19217.	05 unidades
22	1265	Fio catgut cromado 0 com agulha	Fio de sutura catgut cromado, n. 0, envelope com fio de no mínimo 70 cm, estéril, com agulha delicada 3/8 de círculo cilíndrica de 30 a 32 mm, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 350986. Código GMS 6510.19220.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

23	1266	Fio catgut cromado o 1 com agulha	Fio de sutura catgut cromado, n. 1, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica 40 a 42 mm, estéril, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da agulha visível em envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 288671. Código GMS 6510.19289.	05 unidades
24	1272	Fio catgut cromado o 2 sem agulha	Fio de Sutura catgut cromado, n. 2, envelope com fio de no mínimo 150 cm de comprimento, sem agulha, estéril. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281025.	05 unidades
25	36695	Fio catgut cromado o 2-0 com agulha	Fio de sutura catgut cromado, 2-0, envelope com fio de no mínimo 65 cm de comprimento, com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica de 38 a 40 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 283838. Código GMS: 6510.19224.	
26	4664	Fio catgut cromado 3-0 com agulha	Fio de sutura catgut cromado, 3-0, envelope com fio de no mínimo 65 cm, com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica entre 35 a 37 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281100. Código GMS 6510.19290.	05 unidades
27	36698	Fio catgut cromado 4-0 com agulha	Fio de sutura catgut cromado, 4-0, envelope com fio de no mínimo 65 cm de comprimento, com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica de 20 a 22 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281080. Código GMS 6510.39767.	
28	1277	Fio catgut cromado 4-0 com agulha	Fio de sutura catgut cromado, 4-0, envelope com fio de no mínimo 70 cm, com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica entre 15 a 17 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281077. Código GMS: 6510.69499.	05 unidades
29	1280	Fio catgut cromado 5-0 com agulha	Fio de sutura catgut cromado, 5-0, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo ponta cilíndrica entre 15 a 17 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281078. Código GMS 6510.19217.	05 unidades
30	62944	Fio de glicolida	Fio de sutura monofilamentar a base de copolímero de glicolida e caprolactona, com absorção previsível, 3-0 (cirurgia plástica), incolor, envelope com fio de no mínimo 65	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		e caprolactona 3-0 com agulha	cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo triangular de 17 a 19,5 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 293459. Código GMS: 6510.67622.	
31	34802	Fio de glicolida caprolactona incolor 4-0 c agulha	Fio de sutura monofilamentar a base de copolímero de glicolida e caprolactona, com absorção previsível, 4-0, incolor, envelope com fio de no mínimo 45 cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo triangular de 17 a 20 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 299513. Código GMS 6510.67623.	05 unidades
32	65628	Fio de glicolida caprolactona	Fio de sutura monofilamentar a base de copolímero de glicolida e caprolactona, com absorção previsível, incolor, 5-0, com agulha 3/8 círculo triangular de 13 a 15 mm, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		incolor 5-0 c agulha		
33	68033	Fio de glicolida caprolactona incolor 5-0 c agulha	Fio de sutura monofilamentar a base de copolímero de glicolida e caprolactona, com absorção previsível, 5-0, incolor, envelope com fio de no mínimo 45 cm, com agulha 3/8 ponta cortante 16 a 19,5 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 377380. Código GMS 6510.68874.	05 unidades
34	73774	Fio de glicolida caprolactona incolor 6-0 c agulha	Fio de sutura monofilamentar a base de copolímero de glicolida e caprolactona, com absorção previsível, 6-0, incolor, envelope com fio de no mínimo 45 cm, com agulha 3/8 triangular corte reverso, 11 a 13 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	05 unidades
35	4063	Fio nylon n.	Fio de sutura de nylon, n. 0 (cuticular), preto, envelope com fio de no mínimo 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo triangular cortante de 18 a 20 mm, estéril,	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		0 com agulha	com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281890. Código GMS 6510.68208.	
36	1322	Fio nylon 2-0 preto cuticular com agulha	Fio de sutura de nylon, 2-0 (cuticular), preto, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo triangular cortante de 18 a 20 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281318. Código GMS 6510.68210.	05 unidades
37	1320	Fio nylon 2-0 preto com agulha	Fio de sutura de nylon, 2-0, preto, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo triangular reverso com 27 a 30 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência,	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 332586. Código GMS 6510.19228.	
38	1323	Fio nylon 3-0 com agulha	Fio de sutura de nylon, 3-0, com fio de 40 a 45 cm, com agulha de 3/8 de círculo triangular de 28 a 30 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281322. Código GMS 6510.19231.	05 unidades
39	1326	Fio nylon 3-0 preto com agulha	Fio de sutura de nylon, 3-0, preto, com fio de no mínimo 65 cm, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica entre 35 e 37 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado:281328. Código GMS: 6510.19229.	
40	1324	Fio nylon 4-0 preto com agulha	Fio de sutura de nylon, 4-0, preto, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo triangular cortante entre 15 a 16 mm, estéril, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado:281343. Código GMS 6510.39781.	05 unidades
41	1335	Fio nylon 4-0 com agulha	Fio de sutura de nylon, 4-0, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo triangular de 23 a 25 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 284533. Código GMS: 6510.19291.	05 unidades
42	7930	Fio nylon 4-	Fio de sutura de nylon, 4-0, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 20 a 22 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		0 com agulha	desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado:289463. Código GMS 6510.68880.	
43	1328	Fio nylon 4-0 incolor ou branca com agulha	Fio de sutura de nylon, 4-0, incolor ou branca, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo triangular cortante entre 15 a 17 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281883. Código GMS: 6510.19232.	05 unidades
44	4064	Fio nylon 5-0 com agulha	Fio de sutura de nylon, 5-0, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo triangular de 18 a 20 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado:284593. Código GMS: 6510.69296.	
45	36706	Fio de nylon 6-0 com agulha	Fio de sutura de nylon, 6-0, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo triangular de 18 a 20 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281321. Código GMS: 6510.19234.	05 unidades
46	1340	Fio de nylon 6-0 com agulha	Fio de sutura de nylon, 6-0, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo triangular de 15 a 17 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php .Código BR aproximado: 281324. Código GMS 6510.19234.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

47	15721	Fio de nylon 8-0 com agulha	Fio de sutura de nylon, 8-0 (microcirurgia), envelope com fio de 10 a 13 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo cilíndrica de 6,40 a 6,50 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 284601. Código GMS: 6510.19235.	05 unidades
48	30441	Fio nylon 10-0 preto oftalmologia com agulha	Fio de sutura de nylon, 10-0 (oftalmologia), preto, envelope com fio de 25 a 30 cm de comprimento, com duas agulhas de 3/8 de círculo micro ponta espatulada de 6,5 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281909. Código GMS: 6510.19227.	05 unidades
49	36719	Kit catarata 10-0	Fio de sutura Kit catarata, contendo em envelope único: um fio de nylon, 10-0, preto, 30 cm de comprimento; duas agulhas de 3/8 de círculo micro ponta espatuladas de 6,5 mm; e fio de seda, 4-0, preta trançada, 45 cm de comprimento, com agulha micro ponta	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		com agulha	cortante 3/8 de círculo de 12 a 13 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado:282857. Código GMS: 6510.69301.	
50	64978	Fio polidiox anona 3-0 violeta com agulha	Fio de sutura de polidioxanona, 3-0, violeta, envelope com fio de no mínimo 65 cm, com agulha de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 25 a 27 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado:299536. Código GMS 6510.24979.	05 unidades
51	7847	Fio polidiox anona 4-0 violetac	Fio de sutura de polidioxanona, 4-0, violeta, envelope com fio de no mínimo 65 cm, com agulha de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 25 a 27 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		om agulha	vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado:306436. Código GMS 6510.68568.	
52	36707	Fio polidiox anona 5-0 violeta com agulha	Fio de sutura de polidioxanona, 5-0, violeta, envelope com fio de no mínimo 65 cm, com agulha de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 15 a 17 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281945. Código GMS 6510.67594.	05 unidades
53	42152	Fio polidiox anona 6-0 violeta com agulha	Fio de sutura de polidioxanona, 6-0 (cardio/pediátrica), violeta, envelope com fio de 70 cm a 75 cm, com duas agulhas de 3/8 círculo cilíndricas de 11 a 13 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado:281939. Código GMS: 6510.64016.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

54	36901	Fio de poliéster revestido n. 2 com agulha	Fio de sutura poliéster revestido com polibutilato ou silicone, não absorvível, n. 2, verde, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha robusta de 1/2 círculo triangular reversa de 38 a 40 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281955. Código GMS: 6510.19244.	05 unidades
55	1319	Fio de poliéster revestido n. 5 com agulha	Fio de sutura de poliéster revestido com polibutilato ou silicone, n. 5 (cardiovascular), azul ou verde, envelope com 4 fios de 70 a 75 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo ponta triangular reversa 45 a 48 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282010. Código GMS: 6510.25761.	05 unidades
56	36722	Kit poliéster revestido	Kit contendo: Fio de sutura de poliéster revestido com polibutilato ou silicone, sem almofadas de teflon, 2-0, branco, 7 fios de 75 cm de comprimento, com duas agulhas de ½ círculo cilíndrico de 20 a 22 mm; Fio de sutura de poliéster revestido com	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		o 2-0 sem teflon	polibutilato ou silicone, sem almofada de teflon, 2-0, verde, 8 fios de 75 cm de comprimento, com duas agulhas de ½ círculo cilíndrico de 20 a 22 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 286294. Código GMS 6510.68883.	
57	36720	Kit poliéster revestido 2-0 com teflon	Kit contendo: Fio de sutura de poliéster revestido com polibutilato ou silicone, com almofada de teflon, 2-0, branco, 7 fios de 75 cm de comprimento, com duas agulhas de ½ círculo cilíndrico entre 20 e 22 mm; Fio de sutura de poliéster revestido com polibutilato ou silicone, com almofada de teflon, 2-0, verde, 8 fios de 75 cm de comprimento, com duas agulhas de ½ círculo cilíndrico entre 20 e 22 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 378832. Código GMS 6510.68882.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

58	6680	Fio de poliéster revestido 2-0 com agulha e teflon	Fio de sutura de poliéster revestido com polibutilato ou silicone, com almofada de Teflon, 2-0, verde, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, duas agulhas de ½ círculo cilíndrico de 20 a 22 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 306581. Código GMS 6510.19244.	05 unidades
59	1316	Fio de poliéster revestido 2-0 com agulha e teflon	Fio de sutura poliéster revestido de polibutilato ou silicone, 2-0, verde trançado, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 20 a 22 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281964.	05 unidades
60	1317	Fio de poliéster revestido 2-0	Fio de sutura de poliéster revestido com polibutilato ou silicone, 2-0, verde trançado, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com 2 agulhas de 1/2 círculo cilíndrica de 25 a 27 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		com agulha	permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 306261. Código GMS 6510.68875.	
61	1332	Fio de poliéster 2-0 sem agulha	Fio de sutura de poliéster, não absorvível, 2-0, verde trançado, envelope com 15 fios de no mínimo 45 cm, sem agulha, estéril. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281972. Código GMS 6510.19245.	05 unidades
62	1378	Fio em poliglactina n. 0 com agulha robusta	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, n. 0 (fechamento geral), violeta ou verde, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, agulha robusta 1/2 círculo cilíndrica de 40 a 42 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282651. Código GMS 6510.59894.	
63	1377	Fio em poliglactina n. 0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, n. 0, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo triangular de 35 a 37 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 304723. Código GMS 6510.65675.	05 unidades
64	4649	Fio em poliglactina violeta n. 1 com Agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, n. 1, violeta trançado, envelope com fio de no mínimo 85 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 48 a 50 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 368076. Código GMS 6510.68569.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

65	1379	Fio em poliglactina violeta n.1 com agulha robusta	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, n. 1 (fechamento geral), violeta, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica de 40 a 42 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 284052. Código GMS 6510.19268.	05 unidades
66	36003	Fio em poliglactina violeta n. 1 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, absorvível, n. 1, violeta, com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 35 a 37 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 433563. Código GMS 6510.19268.	05 unidades
67	36712	Fio em poliglact	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 2-0 (fechamento geral), envelope com fio de no mínimo 70 cm de	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		ina 2-0 com agulha robusta	comprimento, com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica de 35 a 37 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282649. Código GMS 6510.68877.	
68	1387	Fio em poliglactina 2-0 com agulha delicada	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 2-0 (gastrointestinal), com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica de 35 a 37 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282649. Código GMS 6510.68876.	05 unidades
69	22992	Fio em poliglactina	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 2-0, violeta, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo triangular de 35 a 37 mm, estéril, com símbolo e tamanho da	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		violeta 2-0 com agulha	agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 304726. Código GMS: 6510.19269.	
70	36713	Fio em poliglactina 2-0 com agulha robusta	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 2-0 (fechamento geral), violeta, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica 40 a 42 mm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 290566. Código GMS: 6510.68877.	05 unidades
71	71223	Fio em poliglactina 3-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910, com absorção previsível, 3-0, incolor tançado, com agulha de 3/8 triangular, corte reverso, de 19 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281720. GMS 6510.24974	
72	64980	Fio em poliglactina 3-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 3-0, com agulha de ½ círculo cilíndrica 24 a 26 mm, envelope com fio de no mínimo 65 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhada em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 336311. Código GMS 6510.19271.	05 unidades
73	36715	Fio em poliglactina 3-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 3-0 (gastrintestinal), com agulha de 3/8 de círculo cilíndrica de 30 a 32 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 367962. Código GMS 6510.29388.	
74	1343	Fio em poliglactina 3-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 3-0 (fechamento geral), violeta, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 40 a 42 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 341369. Código GMS 6510.19275	05 unidades
75	1390	Fio em poliglactina violeta 3-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 3-0, violeta, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 22 a 25 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 336311.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			Código GMS 6510.19271.	
76	52509	Fio em poliglactina incolor 3-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 3-0 (cirurgia plástica), incolor, com agulha de 3/8 triangular com 22 a 24 mm, envelope com fio de no mínimo 40 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282243. Código GMS 6510.19296.	05 unidades
77	36716	Fio em poliglactina 3-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 3-0, violeta ou verde trançado, com agulha de 1/2 círculo triangular de 20 a 22 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281677. Código GMS 6510.19277.	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

78	71225	Fio em poliglactina 4-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910, com absorção previsível, 4-0, incolor trançado, com agulha 1/2 triangular, de corte reverso, de 16 mm, envelope com fio de no mínimo 45 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281667. GMS 6510.19280	05 unidades
79	1389	Fio em poliglactina 4-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 4-0 (urologia), violeta ou verde, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 15 a 17 mm, envelope com fio de no mínimo 65 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282660. Código GMS 6510.19280.	05 unidades
80	6840	Fio em poliglact	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 5-0 (oftalmologia), com duas agulhas de 1/4 de círculo micro-espátuladas de	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		ina 5-0 com agulha	8,0 a 8,5 mm, envelope com fio de 40 a 45 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 305991. Código GMS 6510.68556.	
81	70968	Fio em poliglactina 5-0 incolor com agulha	Fio de sutura a base de poliglactina 910, com absorção previsível, 5-0, incolor trançado, com agulha 1/2 círculo, corte reverso 15 a 17 mm, envelope com fio de no mínimo 45 cm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 376539.	05 unidades
82	72824	Fio em poliglactina 6-0 incolor	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910, com absorção previsível, 6-0, incolor trançado, com agulha 1/2 círculo, corte reverso, de 15 a 17 mm, envelope com fio de no mínimo 45 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS,	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		com agulha	dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR 367970.	
83	1392	Fio em poliglactina 7-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 7-0 (oftalmologia), com duas agulhas de 3/8 de círculo micro-espauladas de 6,3 a 6,5 mm, envelope com fio de 40 a 45 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282658. Código GMS 6510.68878.	05 unidades
84	36717	Fio em poliglactina 8-0 com agulha	Fio de sutura sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, 8-0 (oftalmologia), com duas agulhas de 3/8 de círculo micro-espauladas com 6,3 a 6,5 mm, envelope com fio de 27 a 30 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 299977. Código GMS 6510.68879.	
85	1352	Fio de polipropileno n. 0 com agulha	Fio de sutura de polipropileno, n. 0 (fechamento geral), azul, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica robusta de 35 a 37 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282672. Código GMS: 6510.19248.	05 unidades
86	1353	Fio de polipropileno n. 2 com agulha	Fio de sutura polipropileno, n. 2 (fechamento geral), azul, com agulha de 3/8 de círculo triangular de 75 a 77 mm, envelope com 3 fios de no mínimo 45 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 376562. Código GMS 6510.24954	
87	1356	Fio de polipropileno 2-0 com duas agulhas	Fio de Sutura de polipropileno, 2-0, azul, com duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 20 a 22 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 300301.	05 unidades
88	1360	Fio de polipropileno 3-0 com duas agulhas	Fio de sutura polipropileno, 3-0 (cardiovascular), azul, com duas agulhas delicadas de ½ círculo ponta cilíndrica de 15 a 17 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281608.	05 unidades
89	1359	Fio de polipropileno 3-0	Fio de sutura polipropileno, 3-0 (cardiovascular), azul, com duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndrica entre 30 e 32 mm, envelope com fio de de 85 a 90 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		com duas agulhas	envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281620. Código GMS 6510.19254.	
90	62939	Fio de polipropileno 3-0 com duas agulhas	Fio de Sutura de polipropileno, 3-0, com duas agulhas de 1/2 círculo cilíndricas entre 22,5 a 27 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 282698. Código GMS 6510.19252.	05 unidades
91	1361	Fio de polipropileno 4-0 com duas agulhas	Fio de sutura polipropileno, 4-0 (vascular), com duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 20 a 22 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281615. Código GMS: 6510.19256.	
92	54131	Fio de polipropileno 4-0 com duas agulhas	Fio de Sutura de polipropileno, 4-0, com duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 25 a 27 mm, envelope com fio de no mínimo 70 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 299395. Código GMS 6510.19256.	05 unidades
93	1363	Fio de polipropileno 5-0 com duas agulhas	Fio de sutura polipropileno, 5-0 (cardiovascular), azul, com duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 15 a 17 mm, com fio de 70 a 75 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

			<p>QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php. Código BR aproximado: 282677. Código GMS 6510.19247.</p>	
94	1364	Fio de polipropileno 6-0 com duas agulhas	<p>Fio de sutura de polipropileno, 6-0 (cardiovascular), azul, com duas agulhas de 3/8 círculo ponta cilíndrica de 11 a 13 mm, envelope com fio de 70 a 75 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, e visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php. Código BR aproximado: 281595. Código GMS 6510.19259.</p>	05 unidades
95	1367	Fio de polipropileno 7-0 com duas agulhas	<p>Fio de sutura de polipropileno, 7-0 (cardiovascular), azul, com duas agulhas delicadas de 3/8 de círculo ponta cilíndrica de 9,3 a 10 mm, envelope com fio de 55 a 60 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php. Código BR aproximado: 281600.Código GMS 6510.19261.</p>	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

96	1368	Fio de polipropileno 8-0 com duas agulhas	Fio de sutura em polipropileno, 8-0, azul, com duas agulhas de 3/8 de círculo cilíndrica de 8 a 9 mm, envelope com fio de no mínimo 55 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 338933. Código GMS: 6510.69295.	05 unidades
97	7844	Fio de polipropileno 10-0 com duas agulhas	Fio de sutura polipropileno, 10-0 (oftalmologia), azul, com duas agulhas delicadas de 3/8 de círculo micro ponta espatulada de 6,2 mm a 6,5 mm, envelope com fio de 27 a 30 cm de comprimento, estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 281626.	05 unidades
98	36724	Kit de polipropileno para	kit contendo: Fio de sutura de polipropileno, 6-0, azul, com duas agulhas de 3/8 de círculo cilíndrico de 13 a 15 mm, envelope com 2 fios de 70 a 75 cm de comprimento; e Fio de sutura de polipropileno, 7-0, azul, com duas agulhas de 3/8 de círculo cilíndrico de 93 a 95 mm, envelope com 2 fios de 55 a 60 cm de comprimento, estéril, com símbolo	05 unidades

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

		coronária	e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. PRODUTO COM PRÉ-QUALIFICAÇÃO: para consulta acesse http://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php . Código BR aproximado: 311240. Código GMS: 6510.69302.	
--	--	-----------	---	--

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021**ANEXO II – Fios cirúrgicos, placa hemostática e adesivos cirúrgicos pré-qualificadas para o uso no HUOP**

Código Tasy	Produtos pré-qualificados
552	Spongostan* Esponja Gelatinosa Absorvível--MS0002-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590124
552	Cutanplast - Esponja De Gelatina Hemostatica-Cutanplast Standard (70x50x10 mm)-5170502-Medicaltec Ltda.-80114410001
552	Curaspon®-80x50x10mm-CS-010-Canadá Central de Negócios do Brasil LTDA.-80003890066
1053	Cardiac Tape - Fita Cardíaca De Algodão--FC500-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020060
1053	Fita Cardíaca--FA46T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590023
1053	Biofita - Fitas Cirurgicas--Bfcardio 35 x 80-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020024
1241	Bone Wax - Cera Para Osso--C01000-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020074
1241	Cera Para Osso--W31G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590019
1241	Cera Para Ossos Atramat--CH 2,5-Atramat do Brasil Ltda.-80160840020
1241	Waxbio - Cera Para Osso--Waxbio25B-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020025
1242	Steel - Sutura Não Absorvível De Aço Inóxido De Etilenoidável Monofilamentar Sem Agulha--FA901-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020053
1242	Aciflex Nao Agulhado--BSS25T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145900931
1244	Steel - Sutura Não Absorvível De Aço Inóxido De Etilenoidável Monofilamentar Com Agulha--FA8895E-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020052
1244	Aciflex*--M650G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590029
1244	STEELPOINT--ST14Q42648FE-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530021
1249	Plain Gut - Sutura De Catgut Simples Absorvível Com Agulha--CS27120-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020058
1249	Catgut Simples--PC115X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590031
1251	Catgut Simples--PC107X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590031
1251	Catgut Simples Atramat--RE3028T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840031
1251	Plain Gut - Sutura de catgut simples absorvível com agulha--CS15101-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020058

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

1255	Plain Gut - Sutura De Catgut Simples Absorvível Com Agulha--CSN12120V-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020058
1255	Catgut Simples--PC110X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590031
1259	Plain Gut - Sutura De Catgut Simples Absorvível Com Agulha--CS15130-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020058
1259	Catgut Simples--PC120X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590031
1259	Catgut Simples Atramat--RE3023T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840031
1259	Biogut Simples Com Agulha--CS30CR30G-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020021
1260	Plain Gut - Sutura De Catgut Simples Absorvível Com Agulha--CS25140-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020058
1260	Catgut Simples--PC123X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590031
1262	Flexon - Eletrodo Para Marcapasso Temporário--MPA920-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020070
1262	Fio De Marcapasso--EP15-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590046
1265	Chromic Gut - Sutura De Catgut Cromado Absorvível Com Agulha--CC15210-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020036
1265	Catgut Cromado--G114T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590025
1265	Catgut Cromado Atramat--RE3011T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840030
1265	Catgut cromado agulhado --CC0CR30G-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020007
1265	Catgut cromado agulhado --CC0CR30G-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020007
1266	Chromic Gut - Sutura De Catgut Cromado Absorvível Com Agulha--CC27201-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020036
1266	Catgut Cromado--803T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590025
1266	Catgut cromado agulhado --CC1MR40R-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020007
1272	Catgut Cromado--CC124T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145901189
1277	Chromic Gut - Sutura De Catgut Cromado Absorvível Com Agulha--CC22240-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020036
1277	Catgut Cromado--U203T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590025
1277	Catgut Cromado Atramat--F1714-75T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840030
1277	Catgut cromado agulhado --CC40MR15-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020007
1280	Chromic Gut - Sutura De Catgut Cromado Absorvível Com Agulha--CC22250-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020036
1280	Catgut Cromado--U202T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590025
1280	Catgut Cromado Atramat--F1715-75T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840030

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

1316	Ti-Cron- Sutura De Poliéster Trançado Não Absorvível Com Agulha, Com Revestimento--2PL23720-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020067
1316	Ethibond* Excel--BR763T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590044
1317	Ti-Cron- Sutura De Poliéster Trançado Não Absorvível Com Agulha, Com Revestimento--2PL24720-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020067
1317	Ethibond* Excel--B563T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590044
1317	POLIESTERPOINT AGULHADO--2EG283325C-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530009
1319	Ti-Cron- Sutura De Poliéster Trançado Não Absorvível Com Agulha, Com Revestimento--PL98705-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020067
1319	Ethibond* Excel--MB46G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590044
1319	POLIESTERPOINT AGULHADO--EG14Q82647FE-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530009
1320	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP45320-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
1320	Mononylon* Ethilon*--NM103X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
1320	Fio De Nylon Monofilamentado Agulhado--NL20CT30S3-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020004
1320	Nylpoint Agulhado--NP241330FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
1322	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP43320-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
1322	Mononylon* Ethilon*--NM102X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
1322	FIO DE NYLON MONOFILAMENTADO AGULHADO --NL20CT19S3-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020004
1322	NYLPOINT AGULHADO--NP241320FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
1323	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP45330-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
1323	Mononylon* Ethilon*--NM107X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
1323	Fio De Nylon Monofilamentado Agulhado--NL30CT30S3-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020004
1323	Nylpoint Agulhado--NP341330FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

1324	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP52340-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
1324	FIO DE NYLON MONOFILAMENTADO AGULHADO --NL40MT15S3-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020004
1324	NYLPOINT AGULHADO--NP441415FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
1326	Mononylon* Ethilon*--V4653T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
1326	FIO DE NYLON MONOFILAMENTADO AGULHADO --NL30MR35S3-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020004
1326	NYLPOINT AGULHADO--NP38335GI-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
1328	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NBXF52340-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
1328	Nylon Com Agulha Atramat--P1544-UT-Atramat do Brasil Ltda.-80160840028
1332	Ti-Cron - Sutura De Poliéster Trançado Não Absorvível Sem Agulha, Com Revestimento--PL720-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020068
1332	Mersilene--SMV74T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145901034
1335	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP84340-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
1335	Mononylon* Ethilon*--1129T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
1335	Fio De Nylon Monofilamentado Agulhado--NL40CT24S3-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020004
1335	NYLPOINT AGULHADO--NP441324FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
1340	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP52360-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
1340	Mononylon* Ethilon*--NM115X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
1340	NYLPOINT AGULHADO--NP641415FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
1343	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2780-30-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
1343	Pgla90 Atramat--G40303H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
1345	Cotton - Sutura Não Absorvível De Algodão E Poliéster Trançado Sem Agulha--AA510-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020065
1345	Polycot--SPA45T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145901194

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

1345	Algodão Com Poliester Sem Agulha--AA0SA45-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020017
1345	COTTPPOINT NÃO AGULHADO-Preto-AP04N-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530020
1348	Cotton - Sutura Não Absorvível De Algodão E Poliéster Trançado Sem Agulha--AA520-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020065
1348	Polycot--SPA44T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145901194
1348	Cottpoint Não Agulhado--AP24N-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530020
1348	Algodão com poliéster sem agulha --AA20SA45-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020017
1349	Cotton - Sutura Não Absorvível De Algodão E Poliéster Trançado Sem Agulha--AA530-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020065
1349	Polycot--SPA43T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145901194
1349	ALGODÃO COM POLIESTER SEM AGULHA --AA30SA45-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020017
1349	COTTPPOINT NÃO AGULHADO-Preto-AP34N-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530020
1352	Prolene--PR101X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
1352	Polipropileno Atramat--G3761-75T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840018
1352	POLIPROPYPOINT--PA08735FG-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530017
1352	Fio de polipropileno monofilamentado agulhado --PL0MR35R-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020006
1352	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--PP26610-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1353	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--PP48602-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1353	Prolene--PR103X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
1353	Polipropileno Atramat--CE7569-50x3-Atramat do Brasil Ltda.-80160840018
1356	Polipropileno Atramat--S2062/2-75T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840018
1356	Polipropypoint--2PA283320C-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530017
1356	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--2PP23620-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1359	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--2PP25630-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1359	Prolene--8822T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

1359	Polipropileno Atramat--S3063/2T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840018
1359	Polipropypoint--2PA393330C-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530017
1360	Polipropypoint--2PA383315C-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530017
1360	Fio de polipropileno monofilamentado agulhado --PL302MR17AP-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020006
1360	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--2PPN82630V-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1360	Fio de polipropileno monofilamentado agulhado--PL302MR17AP-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020006
1361	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--2PPN83640V-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1361	Prolene--9521T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
1361	POLIPROPYPOINT--2PA483320C-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530017
1363	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--2PPN82650V-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1363	Prolene--9556T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
1363	Polipropileno Atramat--S1665/2-75T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840018
1364	Prolene--M8706T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
1364	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--2PP82660-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1367	Prolene--M8702T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
1368	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--2PP11680-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
1368	Prolene--8741H-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
1369	Sof silk - Sutura De Seda Trançada Não Absorvível Com Agulha, Com E Sem Revestimento De Cera--SP15420-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020072
1369	Seda--G813T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590027
1369	Seda Atramat--RE3032-70T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840017
1369	FIO DE SEDA TRANÇADA AGULHADO --SD20CR30G-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020001

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

1369	SILKPOINT--SP27230GI-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530012
1376	Sofsilk - Sutura De Seda Trançada Não Absorvível Sem Agulha, Com E Sem Revestimento De Cera--SP401-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020071
1376	Seda Atramat Sem Agulha--SS1538-45T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840021
1376	SEDA-SSP16T--Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590027
1376	SILKPOINT--SP14N-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530012
1377	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--5680-00-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
1377	Pgla90 Atramat--C37301-75H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
1377	Vicpoint--VV071735FG-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530014
1378	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2780-00-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
1378	Vicryl--PG109X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
1378	Vicpoint--VV07740FG-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530014
1378	FIO CIRURGICO DE PGA --ABS0MR40R-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008
1379	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2780-01-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
1379	Vicryl--PG117X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
1379	Pgla90 Atramat--SG40308H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
1379	Fio Cirurgico De Pga--ABS1MR40R-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020008
1379	Vicpoint--VV17740FG-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530014
1387	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--8680-20-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
1387	Pgla90 Atramat--SR35302H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
1387	FIO CIRURGICO DE PGA--ABS20MR35G-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008
1389	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2280-40-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

1389	Vicryl--PG145X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
1389	FIO CIRURGICO DE PGA --ABS40MR15-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008
1390	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--8380-30-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
1390	Vicryl--PG137X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
1390	Fio Cirurgico De Pga--ABS30MR25R-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020008
1392	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--6080-70KD-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
1392	Vicryl--J546G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
4063	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP43310-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
4063	Mononylon* Ethilon*--NM100X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
4063	Fio De Nylon Monofilamentado Agulhado--NL0CT19S3-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020004
4063	Nylpoint Agulhado--NP041320FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
4064	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP43350-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
4064	Mononylon* Ethilon*--NM113X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
4064	Fio De Nylon Monofilamentado Agulhado--NL50CT19S3-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020004
4064	Nylpoint Agulhado--NP541320FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
4649	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2880-01-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
4649	Vicryl--PG118X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
4649	Fio Cirurgico De Pga--ABS1MR48ER-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020008
4664	Chromic Gut - Sutura De Catgut Cromado Absorvível Com Agulha--CC26230-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020036
4664	Catgut Cromado--810T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590025
4664	Catgut Cromado Atramat--G3713-75T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840030
4664	Catgut cromado agulhado --CC30MR35G-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020007

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

6010	Plain Gut - Sutura De Catgut Simples Absorvível Com Agulha--CS24120-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020058
6010	Catgut Simples Atramat--R2622-75T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840031
6680	Ti-Cron- Sutura De Poliéster Trançado Não Absorvível Com Agulha, Com Revestimento--2PL8372E-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020067
6680	Ethibond* Excel--BP93T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590044
6680	POLIESTERPOINT AGULHADO--2EG283320C-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530009
6840	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--6080-50-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
6840	Vicryl--J571G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
7840	Cotton - Sutura Não Absorvível De Algodão E Poliéster Trançado Com Agulha--AA24520-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020047
7840	Polycot*--P22T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590047
7840	Suturas Algodão Com Poliéster Agulhado--AA20MR25EG-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020018
7840	COTTPOINT AGULHADO-Preto-AP24325GI-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530016
7844	POLIPROPYPOINT--2PA10352065O-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530017
7847	Maxsorb - Sutura Absorvível Sintética Monofilamentar De Polidioxido De Etilenoanona--2440-40-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020055
7847	Polidioxanona Pdx Com Agulha Atramat--SR2674T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840026
7847	SUTURAS BIOPDO - POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR --PDO40MR26G-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020016
7847	OXANONAPPOINT--OV47325GI-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530018
7930	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP23340-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
7930	Mononylon* Ethilon*--V4452T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
7930	Nylpoint Agulhado--NP48320GI-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
7930	Fio de nylon monofilamentado agulhado --NL40MR20S3-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020004
15721	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NPM6580-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

15721	Mononylon* Ethilon*--W2808-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
15721	NYLPOINT AGULHADO--NP812065M-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
22992	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--5680-20-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
22992	Vicryl--PG127X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
22992	Vicpoint--VV271735FG-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530014
22992	FIO CIRURGICO DE PGA --ABS20MT35R-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008
30441	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP5510-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
30441	Mononylon* Ethilon*--7718G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
34802	Midsorb - Sutura Absorvível Sintética De Poliglecaprone 25 Monofilamentar--4350-40XF-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020059
34802	Monocryl--Y426G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145900698
34802	Fio De Sutura Absorvível Sintético Monofilamentar Poliglecaprone 25--PGCL40CT19IS3-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020015
34802	MONOSORBPOINT--MN447219P-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530019
36003	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2680-01-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
36003	Vicryl--PG115X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
36003	Pgla90 Atramat--SG35308H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
36003	Vicpoint--VV17735FG-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530014
36003	FIO CIRURGICO DE PGA --ABS1MR37R-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008
36695	Chromic Gut - Sutura De Catgut Cromado Absorvível Com Agulha--CC27220-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020036
36695	Catgut Cromado--CC114X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590025
36695	Catgut Cromado Atramat--G4012T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840030
36698	Chromic Gut - Sutura De Catgut Cromado Absorvível Com Agulha--CC23240-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020036
36698	Catgut Cromado--CC122X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590025

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

36698	Catgut Cromado Atramat--R2014T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840030
36700	Plain Gut - Sutura De Catgut Simples Absorvível Sem Agulha--CS15010E-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020034
36700	Catgut Simples--CS105T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145901246
36704	Plain Gut - Sutura De Catgut Simples Absorvível Com Agulha--CS23150-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020058
36704	Catgut Simples--G320T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590031
36704	Catgut Simples Atramat--R2025T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840031
36706	Monosof - Sutura De Nylon (Poliamida) Não Absorvível Monofilamentar Com Agulha--NP43360-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020064
36706	Mononylon* Ethilon*--NM116X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590062
36706	FIO DE NYLON MONOFILAMENTADO AGULHADO--NL60CT19S3-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020004
36706	NYLPOINT AGULHADO--NP641320FC-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011
36707	Maxsorb - Sutura Absorvível Sintética Monofilamentar De Polidioxido De Etilenoanona--2040-50-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020055
36707	Sutura Cirurgica Absorvível Sintetica De Pds li--Z303H-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590004
36707	Polidioxanona Pdx Com Agulha Atramat--SR1775-Atramat do Brasil Ltda.-80160840026
36707	OXANONAPPOINT--OV57315U-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530018
36708	Cotton - Sutura Não Absorvível De Algodão E Poliéster Trançado Com Agulha--3AA26510-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020047
36708	COTTPOINT AGULHADO --AP0T4335GI-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530016
36708	Suturas algodão com poliéster agulhado --AA0MR35EG-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020018
36712	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2680-20-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
36712	Vicryl--PG128X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
36712	Pgla90 Atramat--SG35302H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
36712	FIO CIRURGICO DE PGA --ABS20MR37R-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

36713	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2780-20-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
36713	Vicryl--PG130X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
36713	Pgla90 Atramat--SG40302H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
36713	Fio Cirurgico De Pga--ABS20MR40R-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020008
36713	Vicpoint--VV27740FG-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530014
36715	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--1580-30-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
36715	Vicryl--PG139X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
36715	Pgla90 Atramat--RE30303H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
36715	Vicpoint--VV37230GI-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530014
36715	FIO CIRURGICO DE PGA --ABS30CR30G-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008
36716	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--5380-30-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
36716	FIO CIRURGICO DE PGA --ABS30MT20S3-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008
36717	Vicryl--J548G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
36717	Dexon - Sutura absorvível sintética de ácido poliglicólico com agulha trançada e revestida--601080-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020054
36719	Fios Para Catarata--KD5510-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020039
36719	SILKPOINT e NYLPOINT AGULHADO--KCA12N10S4O-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530011 - 10155530012
36720	Fios Para Válvula--VMK720ATE-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020040
36720	Ethibond* Excel--KAT15G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590044
36722	Fios Para Válvula--VMK720-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020040
36722	Ethibond* Excel--KV15G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590044
36723	Prolene--MK113G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
36724	Prolene--MK112G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

36901	Ti-Cron- Sutura De Poliéster Trançado Não Absorvível Com Agulha, Com Revestimento--PL27702-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020067
36901	Ethibond* Excel--X520T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590044
42152	Maxsorb - Sutura Absorvível Sintética Monofilamentar De Polidioxido De Etilenoanona--9140-60-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020055
42152	Sutura Cirurgica Absorvível Sintética De Pds li--Z127H-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590004
42152	Suturas Biopdo - Polidioxanona Monofilamentar--PDO602CR13-Bioline Fios Cirúrgicos Ltda - Epp – Brasil-10426020016
42152	OXANONAPPOINT--2OV683213C-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530018
42153	Maxsorb - Sutura Absorvível Sintética Monofilamentar De Polidioxido De Etilenoanona--8140-70-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020055
42153	Sutura Cirurgica Absorvível Sintética De Pds li--Z135H-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590004
52509	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--4490-30XF-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
52509	Vicryl--J183G-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
52509	Pgla90 Atramat--PE24303-45B-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
54131	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha--2PP24640-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
62939	Prolene--8722T-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590033
62939	Polipropileno Atramat--S2563/2-75T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840018
62939	POLIPROPYPOINT--2PA383325C-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530017
62939	Surgipro II - Sutura não absorvível de polipropileno monofilamentar com agulha-Azul-2PP24630-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020066
62944	Midsorb - Sutura Absorvível Sintética De Poliglecaprone 25 Monofilamentar--9350-30XF-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020059
62944	Monocryl--Y427H-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-80145900698

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

62944	MONOSORBPOINT--MN3772195P-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530019
63071	Hemostatico Absorvível Surgicel*--1953-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590056
63469	Sofsilk - Sutura De Seda Trançada Não Absorvível Com Agulha, Com E Sem Revestimento De Cera--SP82440E-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020072
63469	Seda Atramat--C1734T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840017
63469	FIO DE SEDA TRANÇADA AGULHADO--SD40MT17S3-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020001
64978	Maxsorb - Sutura Absorvível Sintética Monofilamentar De Polidioxido De Etilenoanona--2440-30-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020055
64978	Polidioxanona Pdx Com Agulha Atramat--SR2673T-Atramat do Brasil Ltda.-80160840026
64978	SUTURAS BIOPDO - POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR --PDO30MR26G-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020016
64978	OXANONAPPOINT--OV37325GI-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530018
64980	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--2480-30-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
64980	Vicryl--PG138X-Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.-10132590022
64980	Pgla90 Atramat--SR25303H-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
64980	FIO CIRURGICO DE PGA --ABS30MR25R-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020008
68033	Pgc25 Atramat--PE1605-45B-Atramat do Brasil Ltda.-80160840027
68033	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL SINTÉTICO MONOFILAMENTAR POLIGLECAPRONE 25 --PGCL50CT19IS3-Bioline Fios Cirúrgicos LTDA-10426020015
68033	Midsorb - Sutura absorvível sintética de poliglecaprone 25 monofilamentar-Incolor-435050XF-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020059
70968	Polyglactin 910 - Sutura Absorvível Sintética De Poliglactina 910, Com Agulha, Trançada E Revestida--8290-50XF-Polysuture Ind. Com. LTDA.-80052020050
70968	Pgla90 Atramat--P15305-45B-Atramat do Brasil Ltda.-80160840016
70968	VICPOINT--VN547315P-Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos Ltda.-10155530014

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

**ANEXO III - Modelo do pedido de credenciamento
(Em papel timbrado da própria requerente)**

À Comissão Especial de Credenciamento

Ref.: Pedido de Credenciamento - Edital de Chamamento Público nº 006/2021

Prezados Senhores,

A Empresa/ representante comercial _____ (razão social e de fantasia, se houver), _____ (preencher de acordo com a situação da empresa), CNPJ/MF nº _____, com sede em _____, fone _____, fax _____, celular _____ e e-mail _____, após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresenta o pedido de pré-qualificação para o credenciamento, nos termos consignados no citado ato convocatório e seus anexos, com os quais concorda plenamente.

Informa que o pedido ora formulado abrange os produtos discriminados no Edital convocatório.

Compromete-se a fornecer ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP quaisquer informações ou documentos eventualmente solicitados e informar toda e qualquer alteração nas condições de qualificação exigidas neste instrumento.

Está ciente de que a qualquer momento, o HUOP, poderá cancelar o Chamamento Público para pré-qualificação de produtos, não havendo obrigatoriedade de contratação.

Declara ter ciência de que a pré-qualificação dos produtos constantes do Edital, não gera qualquer tipo de obrigatoriedade de compra e/ou vínculo empregatício dos profissionais desta empresa que ministrarão treinamento com o HUOP, razão pela qual, arcará com todas as despesas de natureza previdenciária e trabalhista ou de eventuais demandas trabalhistas relativas aos profissionais selecionados para atendimento do presente credenciamento, inclusive com relação aos demais encargos incidentes sobre a prestação do serviço.

(Local), de _____ de 2021

(Identificação e assinatura do representante legal da empresa)

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

ANEXO IV - Modelo de credenciamento de representante
(documento optativo)

Proponente:.....

Endereço.....

CNPJ:.....Fone:(.....).....

Credenciamos o(a) Sr.(a).....
....., portador(a) da
cédula de identidade sob nº.....e CPF/MF sob nº, a
participar do procedimento de cadastramento de produtos, sob a modalidade de
Chamamento Público nº 006/2021, Processo nº 001359/2021, instaurado pelo Hospital
Universitário do Oeste do Paraná, na qualidade de representante legal da empresa, com
poderes para representar a empresa, elaborar a proposta de cadastramento, assinar
atas, interpor recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.....de.....de 2021.

Nome:

RG/CPF

Cargo:

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

ANEXO V - Ficha cadastral

1. Proponente

Nome: _____

CNPJ: _____ Fone: _____

Endereço _____

:

E-mail: _____

2. Detentor do Registro (preencher as informações para cada detentor de registro)

Nome: _____

CNPJ: _____ Fone: _____

Endereço _____

:

Contato: _____

E-mail: _____

Nome: _____

CNPJ: _____ Fone: _____

Endereço _____

:

Contato: _____

E-mail: _____

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

ANEXO VI - Proposta de cadastramento

Proponente: _____

CNPJ: _____

Fone: _____

Endereço: _____

Detentor do registro: _____

(para cada detentor de registro utilizar uma relação em separado; relacionar os materiais a cadastrar de acordo com a tabela abaixo)

						Para uso do HUOP
Nº do item (Anexo I)	Código do Tasy (Anexo I)	Descrição	Detentor do registro	Marca	Modelo/referência	Amostra

Assinatura e carimbo do representante legal

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

ANEXO VII – Declaração

Localidade:

Data:

Detentor do Registro:

Representante legal:

Responsável técnico:

Declaramos que assumimos civil e criminalmente, inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no cadastro de produtos, bem como informamos que todas as informações que acompanham o(s) produto(s), são suficientes para garantir a segurança e a saúde do usuário, bem como a proteção e defesa do meio ambiente.

Assumimos a responsabilidade de informar quaisquer alterações da produção, sejam elas administrativas ou dos produtos (ex.: alteração da especificação), sendo do nosso conhecimento que estaremos passíveis de descadastramento, caso haja omissão de informações.

Concordamos, nos casos em que o HUOP julgar necessário, com a solicitação de outros documentos, incluindo laudo externo de controle de qualidade, bem como o envio de novas amostras.

Assinatura e carimbo do representante legal

Chamamento Público 006/2021 – Processo Administrativo nº 001359/2021

ANEXO VIII – Check-list

- () Pedido de Credenciamento - [Anexo III](#);
- () Carta de Credenciamento do Representante - [Anexo IV](#);
- () Ficha cadastral preenchida conforme modelo do [Anexo V](#);
- () Proposta de Cadastramento – [Anexo VI](#);
- () Declaração preenchida conforme modelo do [Anexo VII](#);
- () Registro dos produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- () Certificado de Licença Sanitária emitido pela Vigilância Sanitária do detentor do registro dos produtos, regular.
- () Autorização de Funcionamento de Empresa emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do detentor do registro dos produtos, perfeitamente legível e destacada.

ANEXO IX – Instrumento de avaliação técnica de fios cirúrgicos

Avaliação nº		
Chamamento Público:	Item:	Código Tasy:
Dados do Produto		
Nome comercial do produto:		
Modelo/Referência:		
Detentor do Registro:		
Registro na ANVISA:		Lote:
Análise da Amostra		
<p>Embalagem:</p> <ol style="list-style-type: none"> Integra: Possui dados de identificação e procedência: Apresenta claramente o tipo e o diâmetro do fio: Apresenta claramente a forma e o tamanho da agulha: Permite abertura e transferência asséptica do fio: Apresenta método de esterilização: A embalagem externa é adequada: A embalagem interna é adequada: <p>Dimensões:</p> <ol style="list-style-type: none"> O tamanho da agulha atende o solicitado: O tamanho do fio atende o solicitado: Apresenta a curvatura solicitada em edital: <p>Outros Aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> A matéria prima da amostra condiz com o solicitado: 		



Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Av. Tancredo Neves, 3224 – Santo Onofre
Fone: (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470
Cascavel – Paraná



2. A coloração do fio condiz com o solicitado:

Produto adequado para avaliação prática?

Observação:

Avaliadores:

Data da avaliação:

ANEXO X – Instrumento de avaliação de funcional de fios cirúrgicos

Avaliação nº		
<p>Objetivo: possibilitar ao profissional usuário avaliar o produto a ser pré-qualificado para atender a necessidade da instituição. Este formulário deve ser preenchido completamente e devolvido até no SPPS.</p>		
Chamamento Público:	Item:	Código Tasy:
Dados do Produto		
<p>Nome comercial do produto: Modelo/Referência: Detentor do Registro: Registro na ANVISA: Descrição completa do produto na instituição</p>		Lote:
Dados do Procedimento		
Especialidade: _____	Procedimento: _____	
Análise da Amostra		
Embalagem:		
1. Permite abertura e transferência asséptica do fio:		() Satisfatória () Insatisfatória, porque:
Agulha:		
1. Afiação:		() Satisfatória () Insatisfatória, porque: _____
2. Resistência ao dobramento:		() Satisfatória () Insatisfatória, porque: _____

3. Estabilidade no porta agulha: () Satisfatória () Insatisfatória, porque:

4. Encastamento: () Satisfatória () Insatisfatória, porque:

Fio:

1. Passagem através dos tecidos: () Satisfatória () Insatisfatória, porque:

2. Flexibilidade: () Satisfatória () Insatisfatória, porque:

3. Resistência a ruptura: () Satisfatória () Insatisfatória, porque:

4. Corrida do nó: () Satisfatória () Insatisfatória, porque:

5. Fixação do nó: () Satisfatória () Insatisfatória, porque:

Descreva pontos relevantes para avaliação, não contemplados acima:

Produto adequado para uso no HUOP?

() Sim () Não

Avaliadores (assinatura e carimbo):

Data da avaliação:

ANEXO XI – Instrumento de avaliação de placa hemostática e adesivos cirurgicos

Avaliação nº		
<p>Objetivo: possibilitar ao profissional usuário avaliar o produto a ser pré-qualificado para atender a necessidade da instituição. Este formulário deve ser preenchido completamente e devolvido até no SPSS.</p>		
Chamamento Público:	Item:	Código Tasy:
Dados do Produto		
<p>Nome comercial do produto: Modelo/Referência: Detentor do Registro: Registro na ANVISA: Descrição completa do produto na instituição</p>		Lote:
Dados do Procedimento		
Especialidade: _____	Procedimento: _____	
Análise da Amostra		
<p>Embalagem: 2. Permite abertura e transferência asséptica do produto: () Satisfatória () Insatisfatória, porque:</p>		
Avaliação da funcionalidade do produto:		
<p>5. Durante o manuseio com o material, identificou-se irregularidades no produto? Observação: _____</p>		<p>() Sim () Não</p>

6. Durante o procedimento com o material ocorreu algum tipo de efeito indesejável? Observação: _____	() Sim () Não
7. O produto confere segurança a assistência de paciente e profissionais? Observação: _____	() Sim () Não
Descreva pontos relevantes para avaliação, não contemplados acima: _____	

Produto adequado para uso no HUOP?	() Sim () Não
Avaliadores (assinatura e carimbo):	
Data da avaliação:	