


Pregão Eletrônico

## ATA N.º 159/2021 - HUOP

926277.762021 .33573 .4711 .3142262435



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 00076/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 07 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2166/2021 de 16/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 001364, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00076/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o Registro de Preço para a Futura e eventual aquisição de Equipamentos médicos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Aspirador Cirúrgico**Descrição Complementar:** Aspirador Cirúrgico Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Modelo: Elétrico Móvel , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Adicionais: Acionamento Por Pedal , Pressão De Vácuo: Cerca De 650 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Volume: Cerca De 5 L X 5 L ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 18.481,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 e com valor negociado a R\$ 9.840,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

**Item: 2****Descrição:** Equipamento P/ Aquecimento De Soluções**Descrição Complementar:** Equipamento P/ Aquecimento De Soluções Temperatura: Cerca De 5 A 60 °C, Tipo Alarme: C/ Alarme , Capacidade: Cerca De 30 L, Tipo: C/ Circulação Interna De Ar , Características Adicionais: Visor Led C/ Ajuste Digital , Estrutura: Caixa Em Aço C/ Pintura Eletrostática, C/ Tampa ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.090,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., pelo melhor lance de R\$ 3.755,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

**Item: 3****Descrição:** Material Fisioterapia**Descrição Complementar:** Material Fisioterapia Componentes: C/Caneta 650vr,Leitura Digital,Timer,Toposcópio , Aplicação: Laserterapia E Laser-Acupuntura , Tipo: Aparelho Laser , Características Adicionais: Diodo Visível,Dimensões(250x255x110cm/6kg),Óculos ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.363,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, pelo melhor lance de R\$ 6.482,5000 e com valor negociado a R\$ 4.363,3300 e a quantidade de 4 Unidade .

**Item: 4****Descrição:** Material Fisioterapia**Descrição Complementar:** Material Fisioterapia Componentes: C/Caneta 650vr,Leitura Digital,Timer,Toposcópio , Aplicação: Laserterapia E Laser-Acupuntura , Tipo: Aparelho Laser , Características Adicionais: Diodo Visível,Dimensões(250x255x110cm/6kg),Óculos ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.646,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.646,6600 e a quantidade de 4 Unidade .

**Item: 5****Descrição:** Cardiotocógrafo**Descrição Complementar:** Modelo: P/ Feto Gemelar 0, Adicionais: C/ Memória Interna 0, Ajuste: Pannel Controle Digital C/ Tela Gráfica 0, Outros Componentes: C/ Impressora Integrada 0, Componente 1: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco 0, Componente 2: 2 Transdutores Us - Frequência Cardíaca Fetal 0, Componente 3: 1 Marcador Movimento Fetal 0, Componente 4: C/ Cintas 0,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 29.500,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16.300,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Item: 6****Descrição:** Detector Fetal**Descrição Complementar:** Detector Fetal Material: Gabinete Plástico , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Outros Componentes: Entrada Auxiliar , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Ajuste\*: Ajuste Digital E Tela Gráfica , Tipo: Portátil , Fonte Alimentação: À Bateria , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14.850,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Oxímetro**Descrição Complementar:** Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.808,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, pelo melhor lance de R\$ 2.248,8500 e a quantidade de 7 Unidade .**Item: 8****Descrição:** Reprocessadora Automática Endoscópios**Descrição Complementar:** Reprocessadora Automática Endoscópios Composição Básica: Pannel Digital, Alarmes Segurança , Aplicação: Para Dois Endoscópios , Capacidade: 20 L, Tipo De Uso: Microprocessado, Operação Contínua , Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem , Características Adicionais: Ciclos Programáveis, Portátil ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 101.500,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SANEVITA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS, pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 9****Descrição:** Bomba para sucção de leite materno**Descrição Complementar:** Componente: Reservatório De Coleta 0, Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone, Coletor Formato Anatômico 0, Tipo: Elétrica, À Vácuo Tipo Diafragma, Portátil, Bivolt 0,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30.991,4100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA, pelo melhor lance de R\$ 30.991,4100 e com valor negociado a R\$ 30.990,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Aspirador Cirúrgico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872  Marca: MRM Fabricante: MRM	Sim	Sim	10	R\$ 4.990,0000	R\$ 49.900,0000	06/12/2021 15:43:07

**Modelo / Versão:** 300C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Cirúrgico Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Modelo: Elétrico Móvel , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Adicionais: Acionamento Por Pedal , Pressão De Vácuo: Cerca De 650 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Volume: Cerca De 5 L X 5 L ,  
**Porte da empresa:** ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL	Sim	Sim	10	R\$ 18.400,0000	R\$ 184.000,0000	06/12/2021
	ATACADISTA E						15:00:38
	COMERCIO						
	EIRELI						

**Marca:** ASPIRATEX**Fabricante:** ASPIRATEX**Modelo / Versão:** HR-6004-CL2 MOTOR 1/2 60 LITROS POR MINUTOS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR CIRURGICO HR-6004-CL2 INF AD: POSSUI: MOTOR 1/2 60 LITROS POR MINUTOS , PEDAL , BIVOLT , CABO 3 METROS , SUPORTE PARA ENROLAR O FIO , L 02 FILTROS , SENSOR AUTO STOP -Painel com vacuômetro analógico 0-30 pol/Hg (0-76cmHg); controle de vazão manual, válvula tipo agulha com indicador de intensidade; vazão livre de aproximadamente 64 l/min; frequência 50-60hz; -Filtro de entrada de Ar; filtro sinterizado de saída de Ar. -Sistema de segurança constituído de 2 filtros hidrofóbicos; sendo uma unidade externa ao invólucro do motor e uma unidade acoplada entre a saída do motor e o frasco coletor. -Deverá possuir suporte para dois frascos com capacidade individual de 5 litros, trabalhando simultaneamente. -O sistema eletrônico de bóia anti-tranbordamento deverá acionar alarme áudio-visual, servindo de monitoramento para o usuário. - 2 Frascos autoclaváveis a 134 graus, com capacidade individual de cinco litros, transparentes. - 1 Pedal para acionamento da aspiração. - 1 Tubo de aproximadamente 2m. - 2 Filtros hidrofóbicos. - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA 81731749002); - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento.**Porte da empresa:** ME/EPP

06.207.441/0001-45	PROTEC	Não	Não	10	R\$ 18.480,0000	R\$ 184.800,0000	07/12/2021
	EXPORT						07:58:56
	INDUSTRIA,						
	COMERCIO,						
	IMPORTACAO E						
	EXPORTA						

**Marca:** PROTEC**Fabricante:** PROTEC EXPORT**Modelo / Versão:** EV 10.000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** -Aspirador cirúrgico elétrico, para utilização em qualquer atividade que exija vácuo; em baixas ou altas intensidades, de modo contínuo ou intermitente. -Peso aproximado 15 kg. -Estrutura em alumínio, resistente a umidade com pintura eletrostática; base apoiada em quatro rodízios de no mínimo 3" (76 mm); sendo 2 com trava-freio; alça para transporte; ergonômico. -Gabinete do motor e painel construídos em material termoplástico injetado (ABS) ou similar, desde que seja rígido, leve e muito resistente a absorção de impactos. - Alimentação 110-240V (selecionável). -Cabo de alimentação conforme legislação vigente (Norma NBR 14136); extensão de -aproximadamente 2,5m. -Deve possuir suporte para acondicionamento do cabo de alimentação elétrica, quando o mesmo não estiver em uso. -Com alças para sua fixação ao móvel; fusível externo. -Painel com vacuômetro analógico 0-30 pol/Hg (0-76cmHg); controle de vazão manual, válvula tipo agulha com indicador de intensidade; chave liga-desliga, led ou luz indicadora de funcionamento. -Motor de vácuo deverá possuir sistema linear de aspiração, em corpo de alumínio; ruído não superior a 55 db; totalmente isento de óleo ; vazão livre de aproximadamente 64 l/min; frequência 50-60hz; vácuo 50 cm/Hg (20 pol/Hg)± 5%; á 60Hz; expectativa de vida útil 10.000 horas (± 5%) em condições normais de trabalho. -Filtro de entrada de Ar; filtro sinterizado de saída de Ar. - Sistema de segurança constituído de 2 filtros hidrofóbicos; sendo uma unidade externa ao invólucro do motor e uma unidade acoplada entre a saída do motor e o frasco coletor. -Deverá possuir suporte para dois frascos com capacidade individual de 5 litros, trabalhando simultaneamente. -Os frascos coletores devem ser em polisulfona injetada e resistentes a alta temperatura (mínimo de 134 graus Celsius) para desinfecção, deverá ainda, possuir sistema eletrônico de bóia anti-transbordamento, que monitore o limite máximo de aspiração de secreção e desligue automaticamente o motor, protegendo-o contra aspirações de secreção. -O sistema eletrônico de bóia anti-tranbordamento deverá acionar alarme áudio-visual, servindo de monitoramento para o usuário. Dimensões aproximadas: (CxLxA) 500 x 400 x 1000 mm. -Acessórios que devem acompanhar o produto: - 2 Frascos confeccionados em polisulfona, autoclaváveis a 134 graus, com capacidade individual de cinco litros, transparentes. - 1 Pedal para acionamento da aspiração. - 1 Tubo de aproximadamente 2m. - 2 Filtros hidrofóbicos. - Documentação - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento. - Código Br aproximado: 459185. Código GMS: 6515.62621**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

34.055.837/0001-50	CIRURGICAS	Sim	Sim	10	R\$ 18.480,0000	R\$ 184.800,0000	07/12/2021
	MULLET						08:19:16
	IMPORTADORA						
	E						
	EXPORTADORA						
	DE EQUIPAME						

**Marca:** HR HOSPITALAR**Fabricante:** HR HOSPITALAR**Modelo / Versão:** HR6005C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Cirúrgico Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Modelo: Elétrico Móvel , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Adicionais: Acionamento Por Pedal , Pressão De Vácuo: Cerca De 650 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm , Volume: Cerca De 5 L X 5 L ,  
**Porte da empresa:** ME/EPP

37.955.443/0001-46	EDHMED	Sim	Sim	10	R\$ 18.481,0000	R\$ 184.810,0000	25/11/2021
	EQUIPAMENTOS						16:15:35
	MEDICOS E						
	HOSPITALARES						
	LTDA.						

**Marca:** FANEM**Fabricante:** FANEM**Modelo / Versão:** 089.247.900

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FANEM - 089.247.900 - ASPIRADOR CIRÚRGICO MARCA FANEM® MODELO DIA-PUMP® COLIBRI DPM60 - RMS: 10224620077  
**Porte da empresa:** ME/EPP

13.240.906/0001-25	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	Não	Não	10	R\$ 18.481,0000	R\$ 184.810,0000	03/12/2021 16:14:52
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PROTEC

**Fabricante:** PROTEC

**Modelo / Versão:** 5691

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTEC - 5691 - ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 10.000 (PSU) PROTEC - RMS: 80435140030

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	10	R\$ 18.481,6600	R\$ 184.816,6000	06/12/2021 15:22:47
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Nevoni

**Fabricante:** Nevoni

**Modelo / Versão:** -

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador cirúrgico elétrico, para utilização em qualquer atividade que exija vácuo; em baixas ou altas intensidades, de modo contínuo ou intermitente. -Peso aproximado 15 kg. -Estrutura em alumínio, resistente a umidade com pintura eletrostática; base apoiada em quatro rodízios de no mínimo 3" (76 mm); sendo 2 com trava-freio; alça para transporte; ergonômico. -Gabinete do motor e painel construídos em material termoplástico injetado (ABS) ou similar, desde que seja rígido, leve e muito resistente a absorção de impactos. - Alimentação 110-240V (selecionável). -Cabo de alimentação conforme legislação vigente (Norma NBR 14136); extensão de -aproximadamente 2,5m. -Deve possuir suporte para acondicionamento do cabo de alimentação elétrica, quando o mesmo não estiver em uso. -Com alças para sua fixação ao móvel; fusível externo. -Painel com vacuômetro analógico 0-30 pol/Hg (0-76cmHg); controle de vazão manual, válvula tipo agulha com indicador de intensidade; chave liga-desliga, led ou luz indicadora de funcionamento. -Motor de vácuo deverá possuir sistema linear de aspiração, em corpo de alumínio; ruído não superior a 55 db; totalmente isento de óleo ; vazão livre de aproximadamente 64 l/min; frequência 50-60hz; vácuo 50 cm/Hg (20 pol/Hg)± 5%; á 60Hz; expectativa de vida útil 10.000 horas (± 5%) em condições normais de trabalho. -Filtro de entrada de Ar; filtro sinterizado de saída de Ar. - Sistema de segurança constituído de 2 filtros hidrofóbicos; sendo uma unidade externa ao invólucro do motor e uma unidade acoplada entre a saída do motor e o frasco coletor. -Deverá possuir suporte para dois frascos com capacidade individual de 5 litros, trabalhando simultaneamente. -Os frascos coletores devem ser em polisulfona injetada e resistentes a alta temperatura (mínimo de 134 graus Celsius) para desinfecção, deverá ainda, possuir sistema eletrônico de bóia anti-transbordamento, que monitore o limite máximo de aspiração de secreção e desligue automaticamente o motor, protegendo-o contra aspirações de secreção. -O sistema eletrônico de bóia anti-transbordamento deverá acionar alarme áudio-visual, servindo de monitoramento para o usuário. Dimensões aproximadas: (CxLxA) 500 x 400 x 1000 mm. -Acessórios que devem acompanhar o produto: - 2 Frascos confeccionados em polisulfona, autoclaváveis a 134 graus, com capacidade individual de cinco litros, transparentes. - 1 Pedal para acionamento da aspiração. - 1 Tubo de aproximadamente 2m. - 2 Filtros hidrofóbicos. - Documentação - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento. Marca: Nevoni Anvisa: 80112550003 Procedência: Nacional

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

80.246.309/0001-03	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 18.481,6600	R\$ 184.816,6000	06/12/2021 17:56:19
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** Diapump® Colibri

**Fabricante:** FANEM

**Modelo / Versão:** DPM 60 | c/ Frasco de 10L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Registro na Anvisa: 10.224.620.077 Aspirador Cirúrgico Diapump® Colibri - DPM 60 | c/ Frasco de 10L Grupo Aspiradores Cirúrgicos Código 089.247.900 Descritivo Comercial ASPIRADOR CIRÚRGICO MARCA FANEM® MODELO DIA-PUMP® COLIBRI DPM60 Para cada equipamento acompanha: &#61623; 02 Frascos coletores transparentes e graduados, em PC, de 05 litros, com bóia mecânica de segurança e sistema anti-transbordamento. Frasco de PC e mangueira de silicone são autoclaváveis em 121°C. Tampa processável por termodesinfetadora até 75°C.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	Não	Não	10	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	07/12/2021 00:24:14
--------------------	---	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** PROTEC

**Fabricante:** PROTEC

**Modelo / Versão:** PROTEC

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador cirúrgico elétrico, para utilização em qualquer atividade que exija vácuo; em baixas ou altas intensidades, de modo contínuo ou intermitente. -Peso aproximado 15 kg. -Estrutura em alumínio, resistente a umidade com pintura eletrostática; base apoiada em quatro rodízios de no mínimo 3" (76 mm); sendo 2 com trava-freio; alça para transporte; ergonômico. -Gabinete do motor e painel construídos em material termoplástico injetado (ABS) ou similar, desde que seja rígido, leve e muito resistente a absorção de impactos. - Alimentação 110-240V (selecionável). -Cabo de alimentação conforme legislação vigente (Norma NBR 14136); extensão de -aproximadamente 2,5m. -Deve possuir suporte para acondicionamento do cabo de alimentação elétrica, quando o mesmo não estiver em uso. -Com alças para sua fixação ao móvel; fusível externo. -Painel com vacuômetro analógico 0-30 pol/Hg (0-76cmHg); controle de vazão manual, válvula tipo agulha com indicador de intensidade; chave liga-desliga, led ou luz indicadora de funcionamento. -Motor de vácuo deverá possuir sistema linear de

aspiração, em corpo de alumínio; ruído não superior a 55 db; totalmente isento de óleo ; vazão livre de aproximadamente 64 l/min; frequência 50-60hz; vácuo 50 cm/Hg (20 pol/Hg)± 5%; à 60Hz; expectativa de vida útil 10.000 horas (± 5%) em condições normais de trabalho. -Filtro de entrada de Ar; filtro sinterizado de saída de Ar. - Sistema de segurança constituído de 2 filtros hidrofóbicos; sendo uma unidade externa ao invólucro do motor e uma unidade acoplada entre a saída do motor e o frasco coletor. -Deverá possuir suporte para dois frascos com capacidade individual de 5 litros, trabalhando simultaneamente. -Os frascos coletores devem ser em polisulfona injetada e resistentes a alta temperatura (mínimo de 134 graus Celsius) para desinfecção, deverá ainda, possuir sistema eletrônico de bóia anti-transbordamento, que monitore o limite máximo de aspiração de secreção e desligue automaticamente o motor, protegendo-o contra aspirações de secreção. -O sistema eletrônico de bóia anti-transbordamento deverá acionar alarme áudio-visual, servindo de monitoramento para o usuário. Dimensões aproximadas: (CxLxA) 500 x 400 x 1000 mm. -Acessórios que devem acompanhar o produto: - 2 Frascos confeccionados em polisulfona, autoclaváveis a 134 graus, com capacidade individual de cinco litros, transparentes. - 1 Pedal para acionamento da aspiração. - 1 Tubo de aproximadamente 2m. - 2 Filtros hidrofóbicos.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 18.481,6600	78.451.614/0001-87	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 18.481,6600	80.246.309/0001-03	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 18.481,0000	37.955.443/0001-46	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 18.481,0000	13.240.906/0001-25	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 18.480,0000	06.207.441/0001-45	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 18.480,0000	34.055.837/0001-50	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 18.400,0000	24.103.721/0001-95	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 4.990,0000	37.182.085/0001-86	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 13.500,0000	37.955.443/0001-46	07/12/2021 09:03:48:777
R\$ 12.000,0000	13.240.906/0001-25	07/12/2021 09:04:03:057
R\$ 18.000,0000	06.207.441/0001-45	07/12/2021 09:04:48:497
R\$ 17.480,0000	78.451.614/0001-87	07/12/2021 09:09:31:443
R\$ 9.500,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:10:00:057
R\$ 9.025,0000	78.451.614/0001-87	07/12/2021 09:10:23:557
R\$ 13.000,0000	06.207.441/0001-45	07/12/2021 09:10:55:787
R\$ 4.940,1000	24.103.721/0001-95	07/12/2021 09:11:14:180
R\$ 4.010,0000	37.182.085/0001-86	07/12/2021 09:11:49:717
R\$ 5.800,0000	34.055.837/0001-50	07/12/2021 09:11:57:793
R\$ 18.295,0000	80.246.309/0001-03	07/12/2021 09:12:43:597
R\$ 3.969,9000	78.451.614/0001-87	07/12/2021 09:13:18:277
R\$ 16.900,0000	80.246.309/0001-03	07/12/2021 09:15:04:700

#### Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
37.182.085/0001-86	07/12/2021 09:17:05:173	07/12/2021 09:22:05:173	Tempo para envio de lance expirou	-

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:09	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:17:05	Encerrada etapa aberta do item.
Desempate - Início do desempate	07/12/2021 09:17:05	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	07/12/2021 09:22:06	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:22:05 de 07/12/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CPF/CNPJ: 37.182.085/0001-86.
Encerramento	07/12/2021 09:22:06	Item encerrado.
Recusa de proposta	08/12/2021 14:09:45	Recusa da proposta. Fornecedor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 78.451.614/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 3.969,9000. Motivo: O equipamento ofertado não atende ao edital conforme informado no chat.
Recusa de proposta	08/12/2021 14:13:50	Recusa da proposta. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 4.010,0000. Motivo: O equipamento ofertado não atende ao edital conforme informado no chat.
Recusa de proposta	08/12/2021 14:16:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 4.940,1000. Motivo: O equipamento ofertado não atende ao edital conforme informado no chat.
Recusa de proposta	08/12/2021 14:18:09	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLETT IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000. Motivo: O equipamento ofertado não atende ao edital conforme informado no chat.
Abertura do	09/12/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI,

prazo - Convocação anexo	14:29:51	CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 16:44:32	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Recusa de proposta	09/12/2021 16:44:51	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000. Motivo: Não enviou documentação complementar.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 10:51:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 10:56:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:15:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:20:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:45:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:58:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25.
Aceite de proposta	10/12/2021 14:03:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000.
Negociação de valor	10/12/2021 14:04:47	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000 e com valor negociado a R\$ 9.840,0000. Motivo: Empresa reduziu o valor da proposta.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 16:23:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 2 - Equipamento P/ Aquecimento De Soluções

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.955.443/0001-46	EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. <b>Marca:</b> FANEM <b>Fabricante:</b> FANEM <b>Modelo / Versão:</b> 502.020.700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FANEM 502.020.700 CAIXA AQUECEDOR PARA FRASCOS MARCA FANEM® MOD. 1502 - RMS:10224620084 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 4.090,0000	R\$ 40.900,0000	25/11/2021 16:15:35
13.240.906/0001-25	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. <b>Marca:</b> FANEM <b>Fabricante:</b> FANEM <b>Modelo / Versão:</b> 502.020.700 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FANEM - 502.020.700 - CAIXA AQUECEDOR PARA FRASCOS MARCA FANEM® MOD. 1502 - RMS: PRODUTO NAO CORRELATO <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	10	R\$ 4.090,0000	R\$ 40.900,0000	03/12/2021 16:14:52
85.081.446/0001-40	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA LTDA <b>Marca:</b> Raiomedic <b>Fabricante:</b> Raiomedic <b>Modelo / Versão:</b> AQD21 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAIXA AQUECEDORA DE FLUIDOS "Equipamento destinado para	Sim	Sim	10	R\$ 4.090,0500	R\$ 40.900,5000	06/12/2021 16:47:07

aquecimento e manutenção de materiais de uso nos centros de diagnósticos por imagem para aquecimento dos frascos de contraste e outros materiais com substâncias a serem administradas; "Construído internamente e externamente em chapa de aço tratada com pintura em epóxi; 29 "Painel de controle digital com ajuste da temperatura de +5°C ambiente a 60°C, com resolução de 0,1°C; " Precisão termostática de +/- 0,7°C em 37°C; "Temperatura pré ajustada em 37°C, controlada por sensor digital e com circulação interna do ar aquecido gerado pelo ventilador tangencial com capacidade de 150m3/h para garantir melhor uniformidade; " Uniformidade de +/- 1,5+825°C, na temperatura de 37°C; " Resistência de aquecimento do tipo modulares de fácil substituição; "Termostato de segurança eletrônico com chip independente do sistema de controle, interrompendo automaticamente o aquecimento e emitindo um aviso visual no painel; " Tampa em acrílico transparente e puxador incorporado; "Painel de controle com LEDs para indicação visual da temperatura de momento, indicação de aquecimento, teclas para ajuste de acréscimo e decréscimo e tecla para ajuste dos parâmetros; "Sistema de segurança que interrompe o aquecimento quando a temperatura interna ultrapassar a temperatura de segurança em 40°C; "Sistema de alarme digital de alta temperatura totalmente independente do controle de temperatura com indicação sonora e visual; "Interruptor de segurança que interrompe a circulação de ar e o aquecimento quando a tampa estiver aberta e restabelecendo o funcionamento normal quando fechamento da tampa; " Peso líquido: 17KG " Dimensões externas: (LxFxA) 51,5 x 31,0 x 30,5 cm " Dimensões internas (útil): (LxFxA) 45,2 x 20,6 x 30,2cm " Armazenamento interno: 28 litros " Potência elétrica: 350W; " Chave de liga/desliga " Frequência: 50/60Hz. -Alimentação 110V ou bivolt automático; - Documentação - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento. - Código Br aproximado: 470273. Código GMS: 6515.73144. - Marca Raiomedic - Isento de registro

**Porte da empresa:** ME/EPP

80.246.309/0001-03	CAOBIANCO	Sim	Sim	10	R\$ 4.090,0500	R\$ 40.900,5000	06/12/2021
	MATERIAIS						17:56:19
	MEDICOS E						
	HOSPITALARES						
	LTD A						

**Marca:** CAIXA AQUECEDOR**Fabricante:** FANEM**Modelo / Versão:** MODELO 1502

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Código 502.020.700 CAIXA AQUECEDOR PARA FRASCOS MARCA FANEM® MODELO 1502 Nome Caixa Aquecedora 1502 | 127V Voltagem 127V Dimensões (Largura X Profundidade X Altura): 51,5 x 30,5 x 31,0 cm

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.090,0500	85.081.446/0001-40	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 4.090,0500	80.246.309/0001-03	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 4.090,0000	37.955.443/0001-46	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 4.090,0000	13.240.906/0001-25	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 4.000,0000	85.081.446/0001-40	07/12/2021 09:05:17:907
R\$ 3.950,0000	37.955.443/0001-46	07/12/2021 09:10:22:843
R\$ 3.910,0000	85.081.446/0001-40	07/12/2021 09:11:18:257
R\$ 3.850,0000	37.955.443/0001-46	07/12/2021 09:11:49:683
R\$ 3.811,0000	85.081.446/0001-40	07/12/2021 09:12:30:660
R\$ 3.755,0000	37.955.443/0001-46	07/12/2021 09:12:53:713
R\$ 3.717,4500	85.081.446/0001-40	07/12/2021 09:13:15:060
R\$ 3.900,0000	13.240.906/0001-25	07/12/2021 09:13:18:010
R\$ 4.049,1010	80.246.309/0001-03	07/12/2021 09:13:55:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:10	Item aberto.
Encerramento	07/12/2021 09:15:56	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:15:56	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	09/12/2021 14:33:00	Recusa da proposta. Fornecedor: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 85.081.446/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3.717,4500. Motivo: O equipamento ofertado não atende ao edital conforme descrito a seguir: O edital pede: 1- " Armazenamento interno: 28 litros " A licitante ofertou: 21 litros;
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 10:49:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 37.955.443/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:02:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 37.955.443/0001-46.
Aceite de proposta	10/12/2021 16:23:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 37.955.443/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 3.755,0000.

Habilitação de 10/12/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES  
fornecedor 16:23:49 LTDA. - CNPJ/CPF: 37.955.443/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 3 - Material Fisioterapia

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT	Sim	Sim	4	R\$ 6.482,5000	R\$ 25.930,0000	02/12/2021 11:18:06
<b>Marca:</b> MMOPTICS <b>Fabricante:</b> MMOPTICS <b>Modelo / Versão:</b> DUO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "APARELHO DE LASER INFRAVERMELHO O Laser Duo MMO é portátil, leve e prático. Ele contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser vermelho e Laser infra-vermelho. Atualmente a Laserterapia tem atuado nas diferentes especialidades da Odontologia como uma ferramenta tecnológica indispensável. A utilização dessa Terapia Fotônica, associada aos mais diferentes procedimentos odontológicos, proporciona maior conforto aos pacientes e maior confiabilidade no trabalho do cirurgião-dentista. A Laserterapia de baixa intensidade consiste na aplicação da luz vermelha (660nm) e infravermelha (808nm) para promover analgesia, biomodulação, diminuição do processo inflamatório e aceleração do processo de cicatrização. A absorção da luz é feita por meio dos fotorreceptores, que consistem em um grupo especial de moléculas inter-relacionadas (enzimas, moléculas das membranas celulares ou outras moléculas extracelulares) que apresentam capacidade de absorver luz (cromóforos) em um comprimento de onda específico. A ação da luz visível e infravermelha próxima ao tecido biológico gera dois mecanismos: primário (ou direto) e secundário (ou indireto). Estes mecanismos acarretam efeitos bioquímicos, bioelétricos e bioenergéticos, que atuam sobre a microcirculação e sobre o trofismo celular, gerando reações analgésicas, anti-inflamatórias e antiedematosas. Independentemente de onde ocorra a foto recepção da luz, tanto o infravermelho próximo quanto a luz visível (vermelha) resultarão na transdução do sinal e na amplificação do estímulo, gerando aumento de íons Ca++ no citoplasma, bem como a aceleração da duplicação de DNA e da replicação de RNA no núcleo celular. - Características Técnicas Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas Tempo para carga completa: 60 - 120 minutos Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz   Vs: 9V/1,2 A Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP) Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2 Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho) Itens Inclusos Laser Duo MMO Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional) Óculos de segurança bloqueador (Paciente) Protocolos de odontologia (versão digital - CD) Pulseira ILIB Registro Anvisa: 80051420022 " <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.482,5000	25.341.162/0001-14	07/12/2021 09:00:06:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:10	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	07/12/2021 09:13:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	07/12/2021 09:14:25	Reinício da etapa aberta. Justificativa: O valor da proposta do item está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor as propostas serão desc.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:24:26	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	07/12/2021 09:24:26	Item encerrado.
Recusa de proposta	08/12/2021 14:41:24	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 6.482,5000. Motivo: empresa informou através do chat que não consegue propor o valor máximo do edital.
Cancelado no julgamento	08/12/2021 14:41:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: nenhuma proposta válida.
Desfeito cancelamento do item	08/12/2021 14:42:34	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Proposto aceita
Aceite de proposta	08/12/2021 14:43:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 6.482,5000. Motivo: Proposta negociada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 14:54:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14.
Encerramento do prazo -	09/12/2021 16:10:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14.

Convocação  
anexo

Negociação de valor 09/12/2021 16:42:18 Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 6.482,5000 e com valor negociado a R\$ 4.363,3300. Motivo: Empresa reduziu para o valor máximo de edital.

Habilitação de fornecedor 10/12/2021 16:23:49 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT - CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 4 - Material Fisioterapia

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.246.555/0001-77	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.646,6600	R\$ 14.586,6400	06/12/2021 18:55:28
<b>Marca:</b> MMO RECOVER <b>Fabricante:</b> MMO RECOVER <b>Modelo / Versão:</b> MMO RECOVER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Laserterapia para tratamento de feridas Laser Vermelho: - Estímulo a síntese de colágeno, possibilitando o tratamento de marcas de expressão; - Ação anti-inflamatória e bactericida no tratamento de acne; - Estímulo a cicatrização de tecidos moles, nos pós-operatórios cirúrgicos; - Estímulo a cicatrização de queimaduras; - Utilização na técnica ILIB (Intravascular Laser Irradiation of Blood). Laser Infravermelho: - Estímulo à síntese de colágeno, possibilitando tratamento de marcas de expressão; - Ação analgésica e anti-inflamatória; - Bioestimulação na cicatrização de tecidos profundos (osso, cartilagem e tecido nervoso). Tensão de Alimentação: 90 - 240 V~ Peso da peça de mão: 0,18 Kg Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Diâmetro da fibra: 600 um Bateria: Li-íon Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % Acessórios: 01 peça de mão 01 suporte da peça de mão 01 fonte de alimentação 03 espaçadores 01 óculos de proteção profissional 01 óculos de proteção paciente 01 case de transporte 03 pulseiras ILIB Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 303703. Código GMS: 6516.68176. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.646,6600	33.246.555/0001-77	07/12/2021 09:00:06:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:11	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	07/12/2021 09:13:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	07/12/2021 09:14:35	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Reaberto para lances..
Encerramento	07/12/2021 09:24:36	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:24:36	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 15:06:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 17:22:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77.
Aceite de proposta	10/12/2021 10:38:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 3.646,6600.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 16:23:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 5 - Cardiotocógrafa

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.783.630/0002-79	PRO-LIFE	Não	Não	4	R\$ 17.690,0000	R\$ 70.760,0000	06/12/2021

EQUIPAMENTOS  
MEDICOS LTDA

11:44:32

**Marca:** Comen**Fabricante:** Comen**Modelo / Versão:** Star5000**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: Comen FABRICANTE: Comen MODELO: Star5000 RMS: 80047300545 PROCEDÊNCIA: CHINA**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

10.444.624/0001-51	SISNAC	Não	Não	4	R\$ 20.800,0000	R\$ 83.200,0000	07/12/2021
	PRODUTOS						07:48:28
	PARA SAUDE						
	LTDA						

**Marca:** COMEN**Fabricante:** Shenzhen Comen Medical Instruments Co.Ltda.**Modelo / Versão:** STAR5000C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor fetal com FHR TOCO FM AFM Ecg Resp Temp PNI SPO2 Gemelar Tela de LCD 12.1 com resolução de 1024 x 768 pixels Gráfico de tendências e tabela de tendências 120 horas Eventos de alarme 300 eventos de alarme de parâmetro e respectivas formas de onda de parâmetro Visualização de até 2 000 conjuntos de dados de medição de PNI NIBP Forma de onda congelada 240 segundos de forma de onda da mãe 60 horas da forma de onda do feto 0 rpm 6 rpm não definido PNI método oscilométrico Pode operar em modo manual e automático Proteção contra sobrepressão Proteção de segurança dupla Apresentação das medições das pressões sistólica diastólica e média Gabinete com proteção IPX1 contra derramamento de líquidos Tipo de proteção contra choque elétrico Este monitor pertence a parte aplicada de Classe I Tipo CF partes aplicadas de tipo BF com bateria integrada e proteção à prova de desfibrilador A peça de detecção de ECG pertence à parte aplicada de Tipo CF e as outras partes de detecção pertencem às partes aplicadas de tipo BF Normas de segurança atendidas IEC 60601 1 IEC 60601 1 2 IEC 60601 1 6 IEC 60601 1 8 IEC60601 1 9 IEC 60601 2 27 IEC 80601 2 30 IEC 60601 2 37 IEC60601 2 49 IEC 80601 2 56 IEC 80601 2 61 EN 1060 1 EN1060 3 Dimensões 352 mm C x 269 5 mm L x 101 mm A Alimentação elétrica Bivolt CA 110 240 V 50 60Hz Peso 3 5 Kg com bateria e sem acessórios REGISTRO DO PRODUTO N 80047300545**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA	Sim	Sim	4	R\$ 29.500,0000	R\$ 118.000,0000	06/12/2021
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD						16:36:45

**Marca:** MEDPEJ**Fabricante:** MEDPEJ**Modelo / Versão:** MF9200 PLUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR FETAL • Design moderno. • Tela touch screen 12,1". • Sistema operacional: Android. • Tela ajustável em várias posições. • Transdutor FHR impermeável IPX1 de alta sensibilidade. • Marcador de movimento fetal manual e automático. • Impressora térmica integrada de 152mm. • Monitoramento gemelar. • Faixa de medição FHR de 30-240 bpm. • Faixa de medição toco de 0-100. • Frequência dos transdutores 1 Mhz. • Alarmes programáveis. • FHR, TOCO, FM, AFM, NIBP, ECG, SPO2, RESP, PR, TEMP. • Tensão de 100-240 V ~ ±10% 50/60 Hz. • Memória 720 minutos • Bateria de Li-íon 7,4V x 2,2 Ah, recarregável ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 01 – Toco Transmissor. 02 Transdutores de US com 12 cristais. 01 – Manual de instruções. 02 –Frascos de gel contato. 01 – Certifi cado de Garantia. 01 – Marcador de eventos. 01 – Cabo de alimentação de energia elétrica. 03 –Cintas elásticas para fi xação dos transdutores. 03 –Bloco de papel termo sensível de fácil instalação. 01 – Rack (opcional) 01 – software de comunicação PC (opcional) 01 – Conjuntos de eletrodos ECG 01 – Medidor de pressão. 01 – Medidor de temperatura. 01 – Oxímetro de pulso Marca: MEDPEJ MOD. MF9200 PLUS ANVISA: 80127840027**Porte da empresa:** ME/EPP

03.155.958/0001-40	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 29.500,0000	R\$ 118.000,0000	06/12/2021
							17:38:31

**Marca:** Medpej**Fabricante:** Medpej Equipamentos Médicos**Modelo / Versão:** MF9200 Plus**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Fetal Cardiotocógrafo MF-9200 Com Parâmetros Maternos Cardiotocógrafo Computadorizada ANVISA nº 80127840027 Este Monitor fetal faz a captação e monitoração do coração fetal, movimento fetal, e contração uterina em pacientes durante a gestação. A monitoração do coração de dois fetos (gemelar), e pode ser realizada simultaneamente sendo acompanhada através da tela de display do produto, além da monitoração materna. A impressora é térmica e fica embutida no Monitor, possui alta definição, três velocidades de impressão e largura para utilização com papel de 152 mm. Bateria interna com duração média de 4 horas estando o Monitor em uso contínuo. O Monitor fetal é projetado com materiais de alta tecnologia, interface de usuário com design moderno e de fácil interação e Tela Touch Screen de 12.1 . Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames. Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual. Alarmes ajustáveis de monitoração do TOCO e do FHR para Bradicardia e Taquicardia. Alça para transporte do Monitor fetal. As normas de segurança aplicadas ao Monitor fetal são descritas a seguir: MDD 93/42/EEC alterada pela MDD 2007/47/EC, EN ISO13485:2012+AC2012, EN ISO14971: 2012, EN60601-1:2006/A1:2013, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 1041: 2008, EN980:2008, EN ISO 80601-2-56:2009, EN60601-2-27:2006, IEC 60601-2-49:2011, IEC 80601-2-30:2009, EN 1060-1:1995+ A2:2009, EN60601-1-8:2007/AC:2010, EN ISO10993-1:2009, EN 1060-3:1997+A2:2009, EN ISSO 80601-2-61:2011, EN1060-4:2004, EN62304:2006, EN62366:2008, EN60601-1-6:2010, EN60601-2-37:2008, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 80601-2-55:2011. Especificações Técnicas: Alimentação Full-range: 100V - 240V +/- 10% 50-60 Hz, Potência 70VA / 35W; Grau de proteção dos transdutores: IPX1 (À prova de pingos); Dimensão do equipamento: 235 mm (C) X 300 mm (L) X 80 mm (A); Bateria interna de Li-íon: 7.4V X 2.2 Ah (Certificação ROHS); Tempo para carga completa da bateria: 6 horas com o Monitor em funcionamento; Duração média da bateria: 4 horas com o equipamento em uso contínuo; Carregador de bateria: Interno; Impressora térmica interna de alta definição com três velocidades de impressão: 1, 2 e 3 centímetros/minuto; Podem ser impressos em média, 24 exames de 30 minutos cada; Alarme para a falta de papel na impressora; Papel de impressão: 152 mm; Tela Touch Screen: 12.1 Tela do display ajustável; Frequência de trabalho do ultrassom: 1MHz +/- 1%; Frequência cardíaca fetal (FHR): 30 ~ 240 bpm +/- 1%; Transdutor com 12 cristais para dar maior sensibilidade de uso; Alarme ajustável (FHR): 90 ~ 190 bpm +/- 1% (Bradicardia/Taquicardia); Monitoração do TOCO: 0 ~ 100%; Alarme do TOCO: 0 ~ 100%; Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual; Memória interna para armazenamento de 720 minutos de monitoração de exames; Impressão de exames armazenados na memória interna do Monitor; Ficha de cadastro no Monitor fetal para o paciente e hospital; Relógio e calendário internos. Geração de laudo nos métodos: Krebs, Fischer e Acog. FHR, TOCO,

FM, AFM, NIBP, ECG, SPO2, RESP, PR, TEMP.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

34.055.837/0001-50	CIRURGICAS	Sim	Sim	4	R\$ 29.500,0000	R\$ 118.000,0000	07/12/2021
	MULLET						08:19:16
	IMPORTADORA E						
	EXPORTADORA						
	DE EQUIPAME						

**Marca:** COMEN**Fabricante:** COMEN**Modelo / Versão:** C20

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Fetal (Cardiotocógrafo) un 4,0000 29.500,0000 118.000,0000 N/S/N 12" Monitor Fetal com FHR (Frequência Cardíaca Fetal) para gêmeos (FHR1 e FHR2), TOCO, FM, ECG, RESPIRAÇÃO, Oximetria (SPO2), TEMPERATURA, PNI (NIBP) com impressora térmica integrada ao equipamento. É desejável que o monitor possua o estimulador acústico de acordar o feto. O monitor deverá apresentar vídeo interno de cristal líquido sensível ao toque de no mínimo 12 (doze) ± 0,1 polegadas, resolução de 1024 x 768 pixels, não devendo possuir monitor de vídeo separado, exibir no mínimo 4 (quatro) forma de ondas simultâneas na tela.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.619.992/0001-56	PRION	Não	Não	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000	07/12/2021
	TECNOLOGIA EM						00:24:14
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI						

**Marca:** GENERAL MEDTECH**Fabricante:** GENERAL MEDTECH**Modelo / Versão:** GENERAL MEDTECH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Fetal (Cardiotocógrafo) 12" Monitor Fetal com FHR (Frequência Cardíaca Fetal) para gêmeos (FHR1 e FHR2), TOCO, FM, ECG, RESPIRAÇÃO, Oximetria (SPO2), TEMPERATURA, PNI (NIBP) com impressora térmica integrada ao equipamento. É desejável que o monitor possua o estimulador acústico de acordar o feto. O monitor deverá apresentar vídeo interno de cristal líquido sensível ao toque de no mínimo 12 (doze) ± 0,1 polegadas, resolução de 1024 x 768 pixels, não devendo possuir monitor de vídeo separado, exibir no mínimo 4 (quatro) forma de ondas simultâneas na tela. Apresentar no mínimo 5 (cinco) modos de visualização de tela, sendo obrigatória uma tela com fontes grandes, uma de OxyCRG (OxyCardioRespirograma), uma com monitorização da gestante e do feto simultaneamente O monitor deverá ter a funcionalidade de alteração da cor dos traçados. O equipamento deve apresentar um alarme de dois tipos (alarme fisiológico e alarme técnico). Armazenamento de dados: Eventos de alarme: Apresentar no mínimo 300 eventos de alarme de parâmetro e respectivas formas de onda de parâmetro, apresentar no mínimo 120 horas dos gráficos e tabelas das tendências dos parâmetros e o registro de no mínimo 1.500 grupos de dados de medição de PNI (NIBP). Monitorização do feto: Frequência de funcionamento do ultrassom: (1MHz~3MHz) ±2%, Intervalo de medição FHR: 50 bpm a 210 bpm com exatidão de medição FHR de ±1bpm, intervalo de medição TOCO: 0 a 100 com erro de medição TOCO não linear de ±10%. Monitorização temporizada de 10 a 120 minutos ou faixa maior. O equipamento deve ter ECG de 3 e 7 derivações; detecção de QRS. Frequência cardíaca de 15 a 300 bpm para pacientes adulto e de 15 a 350 bpm para paciente pediátrico / recém-nascido, exatidão de: +/- 1% ou ±1bpm, o que for maior, apresentar a medição do segmento ST. RESPIRAÇÃO - Intervalo de medição paciente adulto de 7 a 120 (rpm), intervalo de medição pacientes pediátricos / recém-nascido de 7 a 150 (rpm), exatidão de: +/- 1%. Apresentar a onda da respiração ao lado do seu respectivo número. PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) - Indicação numérica das Pressões Sistólicas, Média e Diastólica, intervalo de medição pacientes adultos da pressão sistólica de 40 a 270 mmHg, da pressão diastólica de 10 a 215 mmHg, intervalo de medição pacientes pediátricos da pressão sistólica de 40 a 200 mmHg, da pressão diastólica de 10 a 150 mmHg, exatidão de +/- 5 mmHg. O monitor deve ter sistema de excesso de pressão para os três tipos de pacientes solicitados. OXIMETRIA DE PULSO (SPO2): Indicação numérica dos valores de saturação e pulso. Apresentação da onda de pletismografia (PLETH). Faixa de Saturação de 1 a 100%, Faixa de medição da FC (PR) pelo SPO2 de 25 a 300 bpm. TEMPERATURA (TEMP) - medição contínua de temperatura. Faixa de medição de temperatura: 4 a 48 °C. O Monitor tem que estar preparado para funcionar com Central de Monitorização sem fio (wireless) ou via cabo. Apresentar botão congelar físico e/ou na tela do monitor. Deve possuir a função de bloqueio da tela sensível ao toque (touch screen). Deve possibilitar a Importação ou exportação de casos de paciente através de USB ou outra porta de conectividade, conector para rede de dados. Deve possuir proteção mínima IPX1 contra infiltração de líquidos. Alimentação elétrica: 110/220V (bivolt) - 50/60Hz.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 29.500,0000	34.055.837/0001-50	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 29.500,0000	10.572.109/0001-57	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 29.500,0000	03.155.958/0001-40	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 20.800,0000	10.444.624/0001-51	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 17.690,0000	66.783.630/0002-79	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 16.800,0000	10.444.624/0001-51	07/12/2021 09:06:02:083
R\$ 15.000,0000	66.783.630/0002-79	07/12/2021 09:06:55:160
R\$ 16.300,0000	10.444.624/0001-51	07/12/2021 09:07:12:020
R\$ 25.000,0000	03.155.958/0001-40	07/12/2021 09:07:17:893
R\$ 14.800,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:10:59:507
R\$ 14.500,0000	66.783.630/0002-79	07/12/2021 09:11:08:130
R\$ 24.500,0000	34.055.837/0001-50	07/12/2021 09:12:23:717
R\$ 24.255,0000	03.155.958/0001-40	07/12/2021 09:12:50:597
R\$ 14.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:12:51:267
R\$ 13.500,0000	66.783.630/0002-79	07/12/2021 09:13:24:120
R\$ 13.300,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:14:21:623
R\$ 12.900,0000	66.783.630/0002-79	07/12/2021 09:14:40:693
R\$ 12.500,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:16:34:233
R\$ 12.250,0000	66.783.630/0002-79	07/12/2021 09:16:48:287

R\$ 12.300,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:16:57:723
R\$ 12.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:17:02:887
R\$ 11.500,0000	66.783.630/0002-79	07/12/2021 09:17:25:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:12	Item aberto.
Encerramento	07/12/2021 09:19:26	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:19:26	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	08/12/2021 14:19:14	Recusa da proposta. Fornecedor: PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 66.783.630/0002-79, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000. Motivo: O modelo ofertado na proposta (Star5000) não atende ao edital conforme descrito a seguir: Não possui: 1- ECG; 2- Respiração; 3- Oximetria; 4- Temperatura; 5- Pressão não invasiva; 6- OxyCardioRespirograma; 7- Faixa de medição da FC (PR).
Recusa de proposta	09/12/2021 16:58:38	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: Não enviou documentação complementar.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 10:47:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 10:55:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Aceite de proposta	10/12/2021 14:05:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 16.300,0000.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 16:23:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 6 - Detector Fetal

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 <b>Marca:</b> MARTEC <b>Fabricante:</b> MARTEC <b>Modelo / Versão:</b> DF400-D <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Detector Fetal Material: Gabinete Plástico , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Outros Componentes: Entrada Auxiliar , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica , Tipo: Portátil , Fonte Alimentação: À Bateria , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 850,0000	R\$ 4.250,0000	06/12/2021 15:43:07
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI <b>Marca:</b> md <b>Fabricante:</b> "Detector fetal portátil para detectar o som do ba <b>Modelo / Versão:</b> "Detector fetal portátil para detectar o som do ba <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Detector fetal portátil para detectar o som do batimento cardíaco fetal, som do fluxo sanguíneo do cordão umbilical e/ou do coração do feto a partir da 9ª semana de gravidez até o parto; - O aparelho deve ser composto de unidade principal, constituído de material anti-chama; - Transdutor Doppler com acoplamento via cabo, à prova d' água; - Memória de no mínimo 150 exames de 10 minutos - A unidade principal deve possuir display de cristal líquido, em forma numérica e gráfica, com Touch Screen; - Parâmetros ajustáveis com toque no painel de display em cristal líquido; - Autofalante que permita observar a frequência cardíaca do feto e som de Doppler a partir da 9ª semana de gestação; - Ser de uso portátil, possibilitando uma observação com posição flexível e confortável para paciente por não ter a limitação de distância entre paciente e aparelho; - Flexibilização de operação do aparelho pelo usuário; - Aparelho leve e compacto para melhor mobilidade; - Visualização facilitada da frequência cardíaca com tamanho maior; - Visualização da evolução de frequência cardíaca com mudança de tela; - Memória interna deverá armazenar no mínimo 100 dados da medição realizada; - Bateria recarregável, com carga para no mínimo 150min de uso; - Saída para fone de ouvido; - Desligamento automático programável. - Frequência Cardíaca do Feto pelo Método Doppler: - Método de geração de onda ultrassônica Onda contínua Frequência de emissão 2.5MHz±10% - Potência de ultrassom Menor que 10mW/cm² - Pico de pressão sonora no ar 21.2kPa - Faixa útil do elemento vibratório de ultrassom 119mm² - Faixa de medição de frequência cardíaca 50-240[bpm] - Acurácia de medição da frequência cardíaca ±3[bpm] Acessórios Mínimos: - 1	Sim	Sim	5	R\$ 14.850,0000	R\$ 74.250,0000	06/12/2021 13:49:00

Suporte de Transdutor/tubo de gel; - 1 Gel de Ultrassom; - 1 Cabo de Força; - 1 Cabo de conexão; Tensões: - Tensão bivolt de Alimentação 100 - 240 V ac; - Frequência da rede 50/60Hz Consumo 30 VA ; - Tempo de operação contínua 160 min; - Tempo de carga 70 min ; - Baterias recarregáveis; - Fusível instalado no aparelho; - Dimensões 200 (W) x 195(H) x 125(D) mm; DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; -ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível; -- Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento." DETECTOR FETAL DE MÃO COM BATERIA RECARREGAVEL TELA LCD - MD - FD200D - BIO-3089 - MD 80070210067

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.619.992/0001-56	PRIOM	Não	Não	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	07/12/2021 00:24:14
--------------------	-------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** MD

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DETECTOR FETAL PORTÁTIL - Detector fetal portátil para detectar o som do batimento cardíaco fetal, som do fluxo sanguíneo do cordão umbilical e/ou do coração do feto a partir da 9ª semana de gravidez até o parto; - O aparelho deve ser composto de unidade principal, constituído de material anti-chama; - Transdutor Doppler com acoplamento via cabo, à prova d'água; - Memória de no mínimo 150 exames de 10 minutos - A unidade principal deve possuir display de cristal líquido, em forma numérica e gráfica, com Touch Screen; - Parâmetros ajustáveis com toque no painel de display em cristal líquido; - Autofalante que permita observar a frequência cardíaca do feto e som de Doppler a partir da 9ª semana de gestação; - Ser de uso portátil, possibilitando uma observação com posição flexível e confortável para paciente por não ter a limitação de distância entre paciente e aparelho; - Flexibilização de operação do aparelho pelo usuário; - Aparelho leve e compacto para melhor mobilidade; - Visualização facilitada da frequência cardíaca com tamanho maior; - Visualização da evolução de frequência cardíaca com mudança de tela; - Memória interna deverá armazenar no mínimo 100 dados da medição realizada; - Bateria recarregável, com carga para no mínimo 150min de uso; - Saída para fone de ouvido; - Desligamento automático programável. - Frequência Cardíaca do Feto pelo Método Doppler: - Método de geração de onda ultrassônica Onda contínua Frequência de emissão 2.5MHz±10% - Potência de ultrassom Menor que 10mW/cm² - Pico de pressão sonora no ar 21.2kPa - Faixa útil do elemento vibratório de ultrassom 119mm² - Faixa de medição de frequência cardíaca 50-240[bpm] - Acurácia de medição da frequência cardíaca ±3[bpm] Acessórios Mínimos: - 1 Suporte de Transdutor/tubo de gel; - 1 Gel de Ultrassom; - 1 Cabo de Força; - 1 Cabo de conexão; Tensões: - Tensão bivolt de Alimentação 100 - 240 V ac; - Frequência da rede 50/60Hz Consumo 30 VA ; - Tempo de operação contínua 160 min; - Tempo de carga 70 min ; - Baterias recarregáveis;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 14.850,0000	03.679.808/0001-35	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 850,0000	37.182.085/0001-86	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 10.500,0000	03.679.808/0001-35	07/12/2021 09:04:08:400
R\$ 1.045,0000	03.679.808/0001-35	07/12/2021 09:04:21:300
R\$ 2.500,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:11:11:173

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:13	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	07/12/2021 09:13:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	07/12/2021 09:14:45	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Reaberto para lances..
Encerramento	07/12/2021 09:24:46	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:24:46	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	09/12/2021 14:39:07	Recusa da proposta. Fornecedor: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: O modelo ofertado na proposta; não atende ao edital conforme descrito a seguir: Edital solicita: 1- Faixa de medição de frequência cardíaca 50-240[bpm] Licitante ofertou: Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, 2- Frequência Cardíaca do Feto pelo Método Doppler: Licitante ofertou: Não possui;
Recusa de proposta	09/12/2021 15:07:28	Recusa da proposta. Fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.045,0000. Motivo: O equipamento ofertado não atende ao edital conforme descrito a seguir: O edital pede: 1- Transdutor Doppler com acoplamento via cabo, à prova d'água; A licitante ofertou: Não possui.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 14:11:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 14:53:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.

Recusa de proposta 10/12/2021 16:21:44 Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: O equipamento ofertado não atende ao edital conforme descrito a seguir: O edital pede: 1- - Transdutor Doppler com acoplamento via cabo, à prova d' água; A licitante ofertou: Não possui.

Cancelado no julgamento 10/12/2021 16:21:56 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida.

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 7 - Oxímetro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 <b>Marca:</b> MOBIL <b>Fabricante:</b> MOBIL <b>Modelo / Versão:</b> 66 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor , <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 2.990,0000	R\$ 20.930,0000	06/12/2021 15:43:07
38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 <b>Marca:</b> General Meditech <b>Fabricante:</b> General Meditech <b>Modelo / Versão:</b> /NeonatoG1B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oxímetro de Pulso Neonato com monitoração de batimentos cardíacos. Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). Tecnologia de Medição Digital. Alarmes de parâmetros programáveis (todos). Medições precisas em perfusões baixas. Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso. Sensor Digital Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte. Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em Standby. Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas. Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória**. Display de LCD colorido com Curva Plestimográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente. Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável. Compatível com Sensor SpO2 para Adulto, Pediátrico e Neonatal. Dimensões: 13,5x6,5x3,0 cm Peso: 118g. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 3.000,0000	R\$ 21.000,0000	07/12/2021 08:24:27
37.955.443/0001-46	EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. <b>Marca:</b> R&D MEDIQ <b>Fabricante:</b> R&D MEDIQ <b>Modelo / Versão:</b> POXI0112 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> R&D MEDIC POXI0112 OXÍMETRO HANDY SAT TCR - OXIMETRO DE PULSO (BATERIA) C/ DOCK STATION RMS: 802099920005 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 3.808,0000	R\$ 26.656,0000	25/11/2021 16:15:35
04.078.043/0003-02	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA <b>Marca:</b> AUTO SUTURE/MEDTRONI <b>Fabricante:</b> COVIDIEN <b>Modelo / Versão:</b> PMB Código: CV-10005941 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O sistema de monitorizacao de SpO2 de cabecera da Nellcor PMB oferece a mais recente tecnologia de processamento de sinais digitais Nellcor permite leituras exatas e confiaveis mesmo durante baixa perfusao e outras formas de interferencia de sinais Fornece aos profissionais clinicos acesso as informacoes mais criticas referentes ao estado respiratorio de seus pacientes Dados de tendencias e gestao de alarme de SatSeconds permitem aos profissionais clinicos podem confiar na capacidade de deteccao precoce de complicacoes respiratorias e intervir mais cedo CARACTERISTICAS GERAIS Funcionamento simples e intuitivo e design compacto Tecnologia de processamento de sinais digitais exclusiva Covidien Som de tonalidade variavel Bateria com duracao de 5 horas ou bateria opcional com duracao de 10 horas Memoria de tendencias de 96 horas registrada a cada quatro segundos Os dados de tendencias do paciente podem ser armazenados em um PC Botao rotativo de facil utilizacao para navegacao simples e controle do visor e das funcoes do sistema de monitorizacao Design compacto portatil leve resistente e facil de transportar com alca incorporada Capaz de apresentar formas de onda pletismograficas amplitude de pulsacao e edicoes atuais de SpO2 e pulsacoes Ecra de visualizacao a cores com um fundo preto que fornece um contraste ideal Alarme sonoro de seguranca DESEMPENHO Intervalo de medida SpO2 1 a 100 Pulsacoes 20 a 250 batimentos por minuto bpm Amplitude de pulsacao 0 03 a 20 PRECISAO Saturacao de SpO2 1 DP Adulto 70 a 100 2 digitos Recem nascido 70 a 100 3 digitos Baixa perfusao 70 a 100 2 digitos Pulsacoes 20 a 250 bpm 3 digitos Baixa perfusao 20 a 250 bpm 3 digitos ALIMENTACAO ELETRICA Requisitos de alimentacao 100 a 240 V CA 50/60 Hz 45 VA BATERIA Tipo Lítio Capacidade da bateria Minimo de 5 horas CARACTERISTICAS FISICAS Peso 1 6 kg Tamanho 82 A x	Não	Não	7	R\$ 3.808,0000	R\$ 26.656,0000	30/11/2021 14:29:17

255 L x 165 C mm ALARMES Alarmes sonoros e visuais para saturacao e pulsacoes Alta s Baixa s Definicoes de gestao de alarme de SatSeconds

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

13.240.906/0001-25	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	Não	Não	7	R\$ 3.808,0000	R\$ 26.656,0000	03/12/2021 16:14:52
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** R&D MEDIQ

**Fabricante:** R&D MEDIQ

**Modelo / Versão:** POXI0112

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** R&D MEDIC - POXI0112 - OXÍMETRO HANDY SAT TCR - OXIMETRO DE PULSO (BATERIA) C/ DOCK STATION - RMS: 802099920005

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	7	R\$ 3.808,0000	R\$ 26.656,0000	06/12/2021 11:54:10
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ALFA MED

**Fabricante:** ALFA MED

**Modelo / Versão:** VITA 200e

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição Monitor de Oximetria VITA 200e Fabricante: ALFA MED  
Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370009 O VITA 200e emprega alta tecnologia de monitoramento e possui um tamanho compacto que o torna extremamente adequado para verificações pontuais e ambulatoriais. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2), Pletismografia, Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso e índice de perfusão; Modo de operação: Contínuo Pacientes: Adulto, Pediátrico e Neonatal; Características: • Display LCD 5.6" 640 x 480 com lâmpada de catodo frio; • Medição não invasiva e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda pletismográfica, índice de perfusão, frequência de pulso e intensidade do sinal de frequência de pulso; • Seleção de tipo de pacientes: Adulto, Pediátrico e Neonatal; • Parâmetros opcionais Pressão não Invasiva e Temperatura; • Apresentação na tela com números grandes, pequenos e tendência; • Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP de 72 horas exibidas no display; • Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros; • Tecla de silenciamento do alarme por 60, 120 ou 180 segundos e inoperante; • Indicação visual e sonora com variação do tom do nível de SpO2; • Tecnologia para baixa perfusão e tremor muscular; • Teclado membrana com tecla de congelamento, menu, liga/desliga, inibição temporária de alarme conforme norma NBR ISO; • Ajuste de velocidade do traçado; • Ajuste automático da linha de base da curva; • Ajuste de volume de alarme e pulso independentes; • Conexão para comunicação com computador e impressora; • Curva de pletismografia com ajuste automático para amplitude; • Sistema de auto teste após equipamento ligado; • Bateria com autonomia para até 8 horas, com carregador interno; • Auto teste após ligar equipamento; • Alça para transporte; • Teclas liga/desliga, Menu para configurações e ajuste no display, inibição temporária de 2 minutos conforme NBR ISO 9919; • Bivolt automático 100 a 240 V - 50/60hz; Indicadores áudio visuais • Sensor desconectado e solto; • Status da bateria e bateria fraca; • Ligado em rede ou bateria; • Sinal fraco; • Exibe a amplitude de pulso; • Memória insuficiente; • Alarme desligado; • Armazenamento de dados; • Identificação do paciente; • Tipo de paciente; SpO2 Faixa de Medida: 0 a 100%; Faixa de alarme: 0 a 100%; Resolução: 1%; Exatidão: 70 a 100%: ±2%. Frequência de Pulso (FP) Faixa de Medida: 25 a 300 bpm; Faixa de alarme: 30 a 300 bpm; Resolução: 1 bpm; Exatidão: ±2 bpm. Acessórios: 01 Sensor de oximetria permanente para pacientes neonatais, conexão DB9; 01 Sensor de oximetria permanente para pacientes adulto, conexão DB9; 01 Bateria interna Recarregável Lithium-Ion; 01 Manual do Usuário em Português; 01 Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT Garantia: 12 meses.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

78.451.614/0001-87	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	7	R\$ 3.808,5500	R\$ 26.659,8500	06/12/2021 15:22:47
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MD

**Fabricante:** MD

**Modelo / Versão:** -

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " Oxímetro de Pulso de Mesa com Curva Pletismográfica Deve conter visor monocromático, apresentar os dados de frequência cardíaca e saturação de oxigênio, portátil e robusto permite seu uso nos mais diversos ambientes. deve possibilitar sua utilização em pacientes neonatais, infantis e adultos. deve conter operação simples e intuitiva por meio de menus e ícones. Atendendo a Norma NBR IEC 60601-1 e Norma UL 544. Deve informar a saturação de oxigênio no sangue e processamento digital de sinais da frequência cardíaca. Apresentar em tela a curva pletismográfica, com armazenamento de até 72 horas, informa a indicação da qualidade do sinal captado, bem como a indicação da pletismografia em dígitos e através de gráfico de ondas gráficas. deve conter alarmes mínimos e máximos, totalmente configuráveis, individuais para pulso e saturação de O2, sinalização sonora e visual, sons diferenciados para ocorrências com o paciente e com o monitor, com controle de volume digital e separado. deve conter detecção de sensor desconectado. deve conter possibilidade de conexão com diversos outros equipamentos (impressoras, monitores etc.) para transferência de dados. deve conter gabinete em ABS com dimensões reduzidas, robusto, livre de problemas de oxidação e permite a utilização em locais de pouco espaço. deve conter relógio interno. Possuir capacidade de impressão de relatórios. Estes relatórios deveram conter valores medidos e ocorrências de alarmes juntamente com o dia, mês, ano, hora e minuto. deve conter fonte de alimentação automática de 110 a 220 VAC (bi-volt automático), bateria interna para até 08 (oito) horas com carregador embutido e automático, com indicação de bateria fraca. Entrada para alimentação externa de 12 a 36 volts. Consumo 25 W, máximo durante a recarga. deve conter visor monocrômico de cristal líquido (LCD), com tamanho de cinco polegadas, de alta visibilidade. O equipamento deve ser resistente a impactos e quedas, Especificações Técnicas Dimensões aproximadas: 250 x 200 x 10 mm Faixa de medição: Saturação 0 a 100% Pulso 30 a 254 BPM Alarme: Saturação 0 a 100% em passo de 1% Pulso 30 a 254 BPM em passo de 5 BPM Acessórios: 01 Sensor de oximetria permanente para pacientes neonatais, conexão DB9; 01 Sensor adulto; conexão DB9; 01 Cabo Força; 01 Manual de Instruções; Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Marca: MD - VS2000e Anvisa: 80070219025 Procedência: Importado"

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 3.808,8500	R\$ 26.661,9500	06/12/2021 13:49:00
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ALFAMED

**Fabricante:** "Oxímetro de Pulso de Mesa com Curva Pletismográfica

**Modelo / Versão:** "Oxímetro de Pulso de Mesa com Curva Pletismográfica

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Oxímetro de Pulso de Mesa com Curva Pletismográfica Deve conter visor monocromático, apresentar os dados de frequência cardíaca e saturação de oxigênio, portátil e robusto permite seu uso nos mais diversos ambientes. deve possibilitar sua utilização em pacientes neonatais, infantis e adultos. deve conter operação simples e intuitiva por meio de menus e ícones. Atendendo a Norma NBR IEC 60601-1 e Norma UL 544. Deve informar a saturação de oxigênio no sangue e processamento digital de sinais da frequência cardíaca. Apresentar em tela a curva pletismográfica, com armazenamento de até 72 horas, informa a indicação da qualidade do sinal captado, bem como a indicação da pletismografia em dígitos e através de gráfico de ondas gráficas. deve conter alarmes mínimos e máximos, totalmente configuráveis, individuais para pulso e saturação de O2, sinalização sonora e visual, sons diferenciados para ocorrências com o paciente e com o monitor, com controle de volume digital e separado. deve conter detecção de sensor desconectado. deve conter possibilidade de conexão com diversos outros equipamentos (impressoras, monitores etc.) para transferência de dados. deve conter gabinete em ABS com dimensões reduzidas, robusto, livre de problemas de oxidação e permite a utilização em locais de pouco espaço. deve conter relógio interno. Possuir capacidade de impressão de relatórios. Estes relatórios deveram conter valores medidos e ocorrências de alarmes juntamente com o dia, mês, ano, hora e minuto. deve conter fonte de alimentação automática de 110 a 220 VAC (bi-volt automático), bateria interna para até 08 (oito) horas com carregador embutido e automático, com indicação de bateria fraca. Entrada para alimentação externa de 12 a 36 volts. Consumo 25 W, máximo durante a recarga. deve conter deve conter visor monocromático de cristal líquido (LCD), com tamanho de cinco polegadas, de alta visibilidade. O equipamento deve ser resistente a impactos e quedas, Especificações Técnicas Dimensões aproximadas: 250 x 200 x 10 mm Faixa de medição: Saturação 0 a 100% Pulso 30 a 254 BPM Alarme: Saturação 0 a 100% em passo de 1% Pulso 30 a 254 BPM em passo de 5 BPM Acessórios: 01 Sensor de oximetria permanente para pacientes neonatais, conexão DB9; 01 Sensor adulto; conexão DB9; 01 Cabo Força; 01 Manual de Instruções; Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 441985. Código GMS: 6511.59939." OXIMETRO DE MESA ALFAMED - VITA 200E (SPO2) - BIO-2003 ALFAMED 80629370009

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.371.330/0001-09	MUNDI	Sim	Sim	7	R\$ 3.808,8500	R\$ 26.661,9500	06/12/2021
	EQUIPAMENTOS						17:24:57
	MEDICOS,						
	ODONTOLOGICOS						
	E VETERINARIO						

**Marca:** GENERAL MEDITECH

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH

**Modelo / Versão:** G1B+SENSOR ADULTO+SENSOR NEO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Oxímetro de Pulso de Mesa com Curva Pletismográfica Deve conter visor monocromático, apresentar os dados de frequência cardíaca e saturação de oxigênio, portátil e robusto permite seu uso nos mais diversos ambientes. deve possibilitar sua utilização em pacientes neonatais, infantis e adultos. deve conter operação simples e intuitiva por meio de menus e ícones. Atendendo a Norma NBR IEC 60601 -1 e Norma UL 544. Deve informar a saturação de oxigênio no sangue e processamento digital de sinais da frequência cardíaca. Apresentar em tela a curva pletismográfica, com armazenamento de até 72 horas, informa a indicação da qualidade do sinal captado, bem como a indicação da pletismografia em dígitos e através de gráfico de ondas gráficas. deve conter alarmes mínimos e máximos, totalmente configuráveis, individuais para pulso e saturação de O2, sinalização sonora e visual, sons diferenciados para ocorrências com o paciente e com o monitor, com controle de volume digital e separado. deve conter detecção de sensor desconectado. deve conter possibilidade de conexão com diversos outros equipamentos (impressoras, monitores etc.) para transferência de dados. deve conter gabinete em ABS com dimensões reduzidas, robusto, livre de problemas de oxidação e permite a utilização em locais de pouco espaço. deve conter relógio interno. Possuir capacidade de impressão de relatórios. Estes relatórios deveram conter valores medidos e ocorrências de alarmes juntamente com o dia, mês, ano, hora e minuto. deve conter fonte de alimentação automática de 110 a 220 VAC (bi-volt automático), bateria interna para até 08 (oito) horas com carregador embutido e automático, com indicação de bateria fraca. Entrada para alimentação externa de 12 a 36 volts. Consumo 25 W, máximo durante a recarga. deve conter deve conter visor monocromático de cristal líquido (LCD), com tamanho de cinco polegadas, de alta visibilidade. O equipamento deve ser resistente a impactos e quedas, Especificações Técnicas Dimensões aproximadas: 250 x 200 x 10 mm Faixa de medição: Saturação 0 a 100% Pulso 30 a 254 BPM Alarme: Saturação 0 a 100% em passo de 1% Pulso 30 a 254 BPM em passo de 5 BPM Acessórios: 01 Sensor de oximetria permanente para pacientes neonatais, conexão DB9; 01 Sensor adulto; conexão DB9; 01 Cabo Força; 01 Manual de Instruções; Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); ABNT NBR IEC 60601 -1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; 34 ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 441985. Código GMS: 6511.59939"

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.619.992/0001-56	PRIOM	Não	Não	7	R\$ 100.000,0000	R\$ 700.000,0000	07/12/2021
	TECNOLOGIA EM						00:24:14
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI						

**Marca:** GENERAL MEDTECH

**Fabricante:** GENERAL MEDTECH

**Modelo / Versão:** GENERAL MEDTECH

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro de Pulso de Mesa com Curva Pletismográfica Deve conter visor monocromático, apresentar os dados de frequência cardíaca e saturação de oxigênio, portátil e robusto permite seu uso nos mais diversos ambientes. deve possibilitar sua utilização em pacientes neonatais, infantis e adultos. deve conter operação simples e intuitiva por meio de menus e ícones. Atendendo a Norma NBR IEC 60601-1 e Norma UL 544. Deve informar a saturação de oxigênio no sangue e processamento digital de sinais da frequência cardíaca. Apresentar em tela a curva pletismográfica, com armazenamento de até 72 horas, informa a indicação da qualidade do sinal captado, bem como a indicação da pletismografia em dígitos e através de gráfico de ondas gráficas. deve conter alarmes mínimos e máximos, totalmente configuráveis, individuais para pulso e saturação de O2, sinalização sonora e visual, sons diferenciados para ocorrências com o paciente e com o monitor, com controle de volume digital e separado. deve conter detecção de sensor desconectado. deve conter possibilidade de conexão com diversos outros equipamentos (impressoras, monitores etc.) para transferência de dados. deve conter gabinete em ABS com dimensões reduzidas, robusto, livre de problemas de oxidação e permite a utilização em locais de pouco espaço. deve conter relógio interno. Possuir capacidade de impressão de relatórios. Estes relatórios deveram conter valores medidos e ocorrências de alarmes juntamente com o dia, mês, ano, hora e minuto. deve conter fonte de alimentação automática de 110 a 220 VAC (bi-volt automático), bateria interna para até 08 (oito) horas com carregador embutido e

automático, com indicação de bateria fraca. Entrada para alimentação externa de 12 a 36 volts. Consumo 25 W, máximo durante a recarga. deve conter visor monocromático de cristal líquido (LCD), com tamanho de cinco polegadas, de alta visibilidade. O equipamento deve ser resistente a impactos e quedas, Especificações Técnicas Dimensões aproximadas: 250 x 200 x 10 mm Faixa de medição: Saturação 0 a 100% Pulso 30 a 254 BPM Alarma: Saturação 0 a 100% em passo de 1% Pulso 30 a 254 BPM Acessórios: 01 Sensor de oximetria permanente para pacientes neonatais, conexão DB9; 01 Sensor adulto; conexão DB9; 01 Cabo Força; 01 Manual de Instruções;

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.808,8500	03.679.808/0001-35	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.808,8500	20.371.330/0001-09	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.808,5500	78.451.614/0001-87	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.808,0000	37.955.443/0001-46	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.808,0000	04.078.043/0003-02	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.808,0000	13.240.906/0001-25	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.808,0000	11.405.384/0001-49	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.000,0000	38.438.581/0001-10	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 2.990,0000	37.182.085/0001-86	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 3.450,0000	37.955.443/0001-46	07/12/2021 09:04:19:300
R\$ 3.500,0000	03.679.808/0001-35	07/12/2021 09:04:26:373
R\$ 3.769,0000	78.451.614/0001-87	07/12/2021 09:04:34:397
R\$ 2.837,0000	04.078.043/0003-02	07/12/2021 09:06:39:103
R\$ 2.800,0000	37.182.085/0001-86	07/12/2021 09:11:10:987
R\$ 2.772,0000	38.438.581/0001-10	07/12/2021 09:11:15:943
R\$ 3.500,0000	13.240.906/0001-25	07/12/2021 09:11:19:143
R\$ 2.700,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:11:28:783
R\$ 2.673,0000	38.438.581/0001-10	07/12/2021 09:11:29:317
R\$ 2.500,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:11:32:387
R\$ 2.248,8500	04.078.043/0003-02	07/12/2021 09:12:33:513
R\$ 2.200,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:12:43:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:14	Item aberto.
Encerramento	07/12/2021 09:14:44	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:14:44	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	09/12/2021 17:03:40	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Não enviou documentação complementar.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 10:52:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 11:14:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Aceite de proposta	10/12/2021 14:09:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, pelo melhor lance de R\$ 2.248,8500.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 16:23:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 8 - Reprocessadora Automática Endoscópios

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.756.359/0001-07	SANDERS DO BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/12/2021 11:06:04
<b>Marca:</b> SANDERS DO BRASIL							
<b>Fabricante:</b> SANDERS DO BRASIL							
<b>Modelo / Versão:</b> EWS-II							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LAVADORA DE ENDOSCÓPIO - EWS II - 2 Cubas confeccionadas em plástico polido capaz de alojar endoscópios flexíveis de maneira enrolada; -Estrutura do equipamento com rodízios para							

facilitar a instalação e a limpeza do local; -Tanque de desinfetante interno para reaproveitamento da solução desinfetante; -Controla o número de vezes que o desinfetante foi utilizado, bem como a data inicial de uso; -Utiliza ácido peracético ou glutaraldeído; -Dosagem de detergente automática; -Gaveta interna para acondicionamento do galão de detergente; -Tampa com acionamento elétrico via pedal, evitando contato com usuário; -Capacidade para 3 programações, onde o usuário pode programar a rotina de acordo com a sua necessidade e executar ciclos complementares de desinfecção, lavagem, enxágue ou secagem; -Detecção de vazamento automática antes do início do ciclo de limpeza, (leaking detection); -Capacidade de programação da temperatura das soluções de limpeza durante o ciclo de lavagem e de desinfecção até 50 °C; -Capacidade de realizar secagem dos canais internos após os ciclos de limpeza e desinfecção; -Teclado de fácil utilização com display LCD; -Impressora para documentação do processo; -Saída USB para documentação do processo de modo eletrônico; -Acompanha software de gerenciamento de registros para PC's, (RegManager); -Compatível com os principais fabricantes de endoscópios, Olympus, Pentax e Fujinon; -Dimensões Externas (L x A x P): 1.160 x 873 x 601 mm; -Alimentação bifásica 220 V; -Potência elétrica: 2000 W (aquecimento); -Peso 58Kg; Alarmes visuais e sonoros: -Falta de desinfetante; -Falta de detergente; -Vazamento; -Fim de reprocessamento; -Falta de água; -Tampa aberta. MARCA: SANDERS DO BRASIL LTDA/ MODELO: EWS II/ REGISTRO: 80273140009/ PROCEDÊNCIA: NACIONAL/ GARANTIA: 1 ANO  
**Porte da empresa:** ME/EPP

21.995.406/0001-21	SANEVITTA	Sim	Sim	1	R\$ 101.500,0000	R\$ 101.500,0000	06/12/2021
	COMERCIO E						16:25:16
	REPRESENTACOES						
	DE PRODUTOS						
	MEDICOS						

**Marca:** ALX1012/DL ENDOCLEAR

**Fabricante:** ALX1012/DL ENDOCLEAR

**Modelo / Versão:** ALX1012/DL ENDOCLEAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reprocessadora para Endoscópio Flexível com 02 (duas) cubas independentes Capaz de reprocessar até 2 endoscópios ao mesmo tempo de forma independente, produzidas em fibra de vidro e revestidas de gel orto com tampa basculante, e com gabinete em perfis de alumínio e corpo em poliestireno. Realiza reprocessamento do tipo físico-químico com imersão total dos tubos flexíveis em detergente diluído e desinfetante de alto nível com a execução das seguintes etapas de forma automatizada: teste de vedação, limpeza, enxágue, secagem pós-lavagem, secagem pré-desinfecção, desinfecção, enxágue, secagem final. Compatível com as principais marcas de endoscópio disponíveis no mercado brasileiro. Permite parametrizar as seguintes características do reprocessamento: diluição do detergente enzimático; tempo de contato da solução de detergente enzimático; número de enxágues da limpeza; tempo de contato do desinfetante de alto nível; número de enxágues da desinfecção; validade do desinfetante de alto nível por data ou ciclo; tempo de neutralização do desinfetante de alto nível; tempo de homogeneização do desinfetante de alto nível. possuir painéis touchscreen, impressora para protocolar, validar e rastrear os processos e registrar dados como paciente, operador, número série endoscópio, e número de prontuário. Compatível com desinfetantes a base de glutaraldeído, ortoftaldeído e ácido peracético compatível com endoscópios das principais marcas do mercado. Executar auto desinfecção. LX1012/DL ENDOCLEAR - REGISTRO ISENT0

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.619.992/0001-56	PRIOM	Não	Não	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	07/12/2021
	TECNOLOGIA EM						00:24:14
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI						

**Marca:** SANDERS

**Fabricante:** SANDERS

**Modelo / Versão:** SANDERS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reprocessadora para Endoscópio Flexível com 02 (duas) cubas independentes Capaz de reprocessar até 2 endoscópios ao mesmo tempo de forma independente, produzidas em fibra de vidro e revestidas de gel orto com tampa basculante, e com gabinete em perfis de alumínio e corpo em poliestireno. Realiza reprocessamento do tipo físico-químico com imersão total dos tubos flexíveis em detergente diluído e desinfetante de alto nível com a execução das seguintes etapas de forma automatizada: teste de vedação, limpeza, enxágue, secagem pós-lavagem, secagem pré-desinfecção, desinfecção, enxágue, secagem final. Compatível com as principais marcas de endoscópio disponíveis no mercado brasileiro. Permite parametrizar as seguintes características do reprocessamento: diluição do detergente enzimático; tempo de contato da solução de detergente enzimático; número de enxágues da limpeza; tempo de contato do desinfetante de alto nível; número de enxágues da desinfecção; validade do desinfetante de alto nível por data ou ciclo; tempo de neutralização do desinfetante de alto nível; tempo de homogeneização do desinfetante de alto nível. possuir painéis touchscreen, impressora para protocolar, validar e rastrear os processos e registrar dados como paciente, operador, número série endoscópio, e número de prontuário. Compatível com desinfetantes a base de glutaraldeído, ortoftaldeído e ácido peracético compatível com endoscópios das principais marcas do mercado. Executar auto desinfecção. Documentação:

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 101.500,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 100.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 99.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:08:57:653
R\$ 98.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:11:42:953
R\$ 97.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:12:03:737
R\$ 96.030,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:12:16:990
R\$ 95.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:12:28:910
R\$ 98.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:12:38:407
R\$ 94.050,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:12:55:640
R\$ 93.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:13:05:830
R\$ 92.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:13:35:430
R\$ 91.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:13:44:473
R\$ 90.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:13:49:513
R\$ 89.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:13:59:210
R\$ 88.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:14:06:463

R\$ 87.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:14:18:097
R\$ 86.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:14:31:237
R\$ 85.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:14:41:660
R\$ 84.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:14:51:700
R\$ 83.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:15:00:200
R\$ 82.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:15:04:567
R\$ 81.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:15:20:850
R\$ 80.000,0000	05.756.359/0001-07	07/12/2021 09:15:26:480
R\$ 79.000,0000	21.995.406/0001-21	07/12/2021 09:15:40:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:14	Item aberto.
Encerramento	07/12/2021 09:17:41	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:17:41	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 15:18:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 21.995.406/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/12/2021 16:22:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 21.995.406/0001-21.
Aceite de proposta	09/12/2021 16:38:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 21.995.406/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 79.000,0000.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 16:23:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS - CNPJ/CPF: 21.995.406/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 9 - Bomba para sucção de leite materno

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.754.622/0001-21	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA <b>Marca:</b> Symphony <b>Fabricante:</b> Medela <b>Modelo / Versão:</b> NA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bomba a vácuo para extração dupla de leite materno, uso hospitalar, portátil, ideal para extrações frequentes e a longo prazo. • Economia de tempo – mais leite em menos tempo. • Nível do vácuo deve variar-50 mmHg a - 250 mmHg • Mantém a produção de leite quando a amamentação direta não é possível. • Confortável e eficiente. • Apoia o início da lactação ao usar o programa INITIATE (iniciação). • Particularmente gentil com tecidos mamários extremamente sensíveis. • Alivia os sintomas de ingurgitamento e ajuda no tratamento da mastite. • Auxilia na inversão de mamilos planos ou invertidos. • Fácil de usar e silenciosa proporcionam extrações mais confortáveis. • Bi Volt 100-240V, duas baterias (tempo de carga 12 horas - tempo de bombeamento com bateria cheia 60 minutos) Os kits de extração devem ser passíveis de esterilização ou autoclavagem (resistentes a temperaturas de até 133° C). - Livre de BPA: todos os frascos, funis e coletores devem ser feitos de Polipropileno , que possam ter contato com alimentos (food-grade material).MARCA/FABRICANTE: SYMPHONY / MEDELA <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 30.991,4100	R\$ 61.982,8200	06/12/2021 17:43:26
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> MEDELA <b>Fabricante:</b> MEDELA <b>Modelo / Versão:</b> MEDELA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Extrator Elétrico Duplo para Extração De Leite Materno. un 2,0000 30.991,4100 61.982,8200 N/S/N " Ideal para extrações realizadas em ambiente hospitalar, deve permitir múltiplas utilizadoras, sem risco de contaminação. " Modelo silencioso, com bateria recarregável. " Fácil manuseio, permitindo extração individual e dupla. " Não apresentar risco de contaminação cruzada entre as usuárias quando seguidas as recomendações de higienização e esterilização; " tecnologia 2-Phase,com , duas fases: estimulação e extração garantindo o conforto e a eficiência da extração " O nível do vácuo poderá ser escolhido pela mãe. " Vácuo aproximado " nível do vácuo deve variar-50 mmHg a - 250 mmHg " Bivolt 10-240V " 2 Baterias 6V (tempo de carga 12 horas - tempo de bombeamento com bateria cheia 60 minutos) ACESSÓRIOS : Os kits de extração devem ser passíveis de esterilização ou autoclavagem (resistentes a temperaturas de até 133° C). - Livre de BPA: todos os frascos, funis e coletores devem ser feitos de Polipropileno , que possam ter contato com alimentos (food-grade material). Itens inclusos: - 1 conector com membrana, com ou sem válvula o 1 frasco de 150 ml o 1 tubo <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	2	R\$ 200.000,0000	R\$ 400.000,0000	07/12/2021 00:24:14

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 30.991,4100	11.754.622/0001-21	07/12/2021 09:00:06:690
R\$ 30.500,0000	11.619.992/0001-56	07/12/2021 09:12:29:373

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:03:15	Item aberto.
Encerramento	07/12/2021 09:14:30	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	07/12/2021 09:14:30	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	09/12/2021 17:04:45	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 30.500,0000. Motivo: Não enviou documentação complementar.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 14:14:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 11.754.622/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 15:01:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 11.754.622/0001-21.
Aceite de proposta	10/12/2021 16:18:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 11.754.622/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 30.991,4100 e com valor negociado a R\$ 30.990,0000. Motivo: Empresa reduziu valor do último lance.
Habilitação de fornecedor	10/12/2021 16:23:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA - CNPJ/CPF: 11.754.622/0001-21

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	07/12/2021 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:09	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:10	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:10	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:11	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:12	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:13	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:14	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:14	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:15	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:03:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:03:10	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:03:10	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:03:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:03:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:03:13	
Sistema	07/12/2021 09:03:14	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:03:14	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:03:15	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:13:11	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/12/2021 09:13:12	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/12/2021 09:13:14	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/12/2021 09:14:25	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: O valor da proposta do item está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor as propostas serão desc. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:14:30	O item 9 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:14:35	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Reaberto para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:14:44	O item 7 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:14:45	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Reaberto para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2021 09:15:56	O item 2 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:17:05	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:17:05	Sr. Fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CPF/CNPJ 37.182.085/0001-86, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:22:05 do dia 07/12/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/12/2021 09:17:41	O item 8 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:19:26	O item 5 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:22:06	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 09:22:05 de 07/12/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CPF/CNPJ 37.182.085/0001-86.
Sistema	07/12/2021 09:22:06	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:24:26	O item 3 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:24:36	O item 4 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:24:46	O item 6 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:40:44	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	07/12/2021 09:42:14	Bom dia!
Pregoeiro	07/12/2021 09:46:54	Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar valor igual ou menor que o máximo do Edital para o item 3 (R\$ 4.363,33).
25.341.162/0001-14	07/12/2021 09:48:41	Bom dia
25.341.162/0001-14	07/12/2021 09:49:35	Consigo chegar no valor solicitado.
Pregoeiro	07/12/2021 09:54:20	Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT - ok! Obrigada
Pregoeiro	07/12/2021 10:09:09	Serão analisadas as propostas e documentações dos primeiros colocados. A sessão será suspensa e retomada no dia 08/12/2021 (quarta-feira) as 14 horas.
Pregoeiro	08/12/2021 14:06:37	Boa tarde! Sessão reaberta.
Pregoeiro	08/12/2021 14:08:40	Para A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - O equipamento ofertado não atende ao edital conforme descrito a seguir: O edital pede: 1-Painel com vacuômetro analógico 0-30 pol/Hg (0-76cmHg); A licitante ofereceu: Possui três regulagens pré-determinadas no painel (10, 15 e 25 Pol./Hg)
Pregoeiro	08/12/2021 14:08:55	Para A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 2- Motor de vácuo deverá possuir sistema linear de aspiração, em corpo de alumínio A licitante ofereceu: Tipo Compressor: Pistão oscilante
Pregoeiro	08/12/2021 14:09:03	Para A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 3- 2 Frascos confeccionados em polissulfona, autoclaváveis a 134 graus, com capacidade individual de

cinco litros, transparentes A licitante ofereceu: 02 frascos leitosos.

Pregoeiro	08/12/2021 14:09:15	Para A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 4-- 1 Pedal para acionamento da aspiração. O equipamento ofertado não apresenta esse recurso.
Pregoeiro	08/12/2021 14:09:40	Para A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Acima foram informados os motivos da proposta para o item 1 ter sido recusada.
Pregoeiro	08/12/2021 14:13:32	Para EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 - Para o item 1 o equipamento ofertado não atende ao edital conforme descrito a seguir: O edital pede: 1- Vazão livre de aproximadamente 64 l/min; A licitante ofertou: Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm;
Pregoeiro	08/12/2021 14:13:45	Para EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 - 2- Os frascos coletores devem ser em polisulfona injetada e resistentes a alta temperatura (mínimo de 134 graus Celsius) A licitante ofertou: Tipo Frasco: 2 Frascos em Plástico
Pregoeiro	08/12/2021 14:16:15	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Para o item 01 - O equipamento ofertado não atende ao edital conforme descrito a seguir:O edital pede: 1- O sistema eletrônico de bóia anti-tranbordamento deverá acionar alarme áudio-visual -A licitante ofertou:
Pregoeiro	08/12/2021 14:16:24	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - Frasco autoclavável, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de boia, tampa com borracha para vedação hermética.
Pregoeiro	08/12/2021 14:16:32	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - 2- Os frascos coletores devem ser em polisulfona injetada e resistentes a alta temperatura (mínimo de 134 graus Celsius) -Tipos de esterilização dos frascos: auclavável em 121°C, 132 °C
Pregoeiro	08/12/2021 14:17:29	Para CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME - Para o item 1 O equipamento ofertado não atende ao edital conforme descrito a seguir: O edital pede:
Pregoeiro	08/12/2021 14:17:43	Para CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME - 1- Frascos confeccionados em polisulfona, autoclaváveis a 134 graus, com capacidade individual de cinco litros, transparentes- A licitante ofertou:
Pregoeiro	08/12/2021 14:17:58	Para CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME - • hr-6005-c - aspirador cirúrgico frasco em policarbonato autoclavável 2- Estrutura em alumínio, resistente a umidade com pintura eletrostática... Ofertou: • com carro suporte(carro pedestal) suporte do aspirador com pintura eletrostática ;
Pregoeiro	08/12/2021 14:36:55	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã (09/12/2021) as 14 horas.
Sistema	08/12/2021 14:41:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento' .
Pregoeiro	09/12/2021 14:02:05	Boa tarde!
Pregoeiro	09/12/2021 14:28:53	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 1, 5, 7 e 9, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	09/12/2021 14:29:02	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	09/12/2021 14:29:12	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - _ Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
Pregoeiro	09/12/2021 14:29:22	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Para os itens 1, 5, 7 e 9: - Complementar a proposta com a descrição completa do equipamento, marca/modelo, valor e número do registro da anvisa; - AFE e licença sanitária do fabricante;
Pregoeiro	09/12/2021 14:29:30	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - _ AFE e licença sanitária do proponente; - Catálogo e manual anvisa;
Pregoeiro	09/12/2021 14:29:41	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 1, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	09/12/2021 14:29:51	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/12/2021 14:53:58	Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 3 caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	09/12/2021 14:54:13	Para MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT - Apresentar AFE e Licença da fabricante do cnpj: 02.466.212/0001-94 Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 3, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	09/12/2021 14:54:31	Senhor fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
25.341.162/0001-14	09/12/2021 15:04:26	Boa tarde
Pregoeiro	09/12/2021 15:05:05	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 4, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:

Pregoeiro	09/12/2021 15:05:30	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	09/12/2021 15:05:40	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias. _ Apresentar AFE e Licença da fabricante do cnpj: 02.466.212/0001-94.
Pregoeiro	09/12/2021 15:05:49	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 4, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	09/12/2021 15:06:00	Senhor fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	09/12/2021 15:17:48	Para SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 8, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	09/12/2021 15:17:58	Para SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS - Apresentar AFE e Licença da fabricante do cnpj: 54.907.449/0001-67 Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 8, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	09/12/2021 15:18:09	Senhor fornecedor SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 21.995.406/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
21.995.406/0001-21	09/12/2021 15:19:53	Boa tarde, infelizmente já ofertamos nosso melhor valor na disputa de preços, sendo assim, não é possível a redução do valor ofertado!
Pregoeiro	09/12/2021 15:26:23	Para SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS - ok! fico no aguardo dos anexos solicitados.
Pregoeiro	09/12/2021 15:30:28	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Para assinatura da ata de registro de preços a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR (nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), conforme determina o Edital. Solicitamos que providencie.
Sistema	09/12/2021 16:10:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT, CNPJ/CPF: 25.341.162/0001-14, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	09/12/2021 16:22:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS, CNPJ/CPF: 21.995.406/0001-21, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	09/12/2021 16:44:32	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/12/2021 17:09:42	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Para não frustrar o item 4, a empresa terá nova oportunidade de regularizar a situação, encaminhando a documentação solicitada:
Pregoeiro	09/12/2021 17:10:23	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 4, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	09/12/2021 17:10:30	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	09/12/2021 17:10:37	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias. _ Apresentar AFE e Licença da fabricante do cnpj: 02.466.212/0001-94.
33.246.555/0001-77	09/12/2021 17:10:59	Boa tarde. Peço desculpas. Vamos anexar.
Pregoeiro	09/12/2021 17:11:01	Para EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 4, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
33.246.555/0001-77	09/12/2021 17:17:27	ok
Sistema	09/12/2021 17:22:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 33.246.555/0001-77, enviou o anexo para o item 4.
33.246.555/0001-77	09/12/2021 17:22:45	Segue. qualquer duvida estamos à disposição.
Pregoeiro	09/12/2021 17:46:10	A sessão esta sendo encerrada com retorno previsto para amanhã (10/12/2021) as 10 horas.
Pregoeiro	10/12/2021 10:26:59	Bom dia!
Pregoeiro	10/12/2021 10:47:19	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 5, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 5, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	10/12/2021 10:47:31	Senhor fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	10/12/2021	Para EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - Solicito a possibilidade


	10:49:21	de mais um lance para o item 2, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	10/12/2021 10:49:30	Para EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - Apresentar AFE e Licença sanitária do cnpj: 61.100.244/0001-30- ( FANEM LTDA) Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 2, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	10/12/2021 10:49:39	Senhor fornecedor EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 37.955.443/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/12/2021 10:51:24	Para AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 1, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	10/12/2021 10:51:40	Para AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - Apresentar AFE e Licença sanitária do fabricante- cnpj: 06.207.441/0001-45 (PROTEC EXPORT INDÚSTRIA). Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 1, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	10/12/2021 10:51:50	Senhor fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/12/2021 10:52:35	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 7, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 7, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	10/12/2021 10:52:46	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	10/12/2021 10:55:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	10/12/2021 10:56:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	10/12/2021 11:02:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 37.955.443/0001-46, enviou o anexo para o item 2.
04.078.043/0003-02	10/12/2021 11:05:49	Bom dia, já registramos nosso menor valor, vamos providenciar o envio da proposta atualizada.
Sistema	10/12/2021 11:14:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	10/12/2021 11:15:01	Senhor fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	10/12/2021 11:20:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	10/12/2021 11:45:41	Senhor fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	10/12/2021 11:58:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 13.240.906/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	10/12/2021 12:06:36	Sessão e prazo para anexo da documentação complementar suspenso com retorno previsto as 14 horas.
Pregoeiro	10/12/2021 14:01:34	Boa tarde! Sessão reaberta
Pregoeiro	10/12/2021 14:10:35	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 6, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	10/12/2021 14:10:58	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame) - apresentada tem data superior a 45 dias.
Pregoeiro	10/12/2021 14:11:08	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - - Complementar a proposta com a descrição completa do equipamento, marca/modelo, valor e número do registro da anvisa; - AFE e licença sanitária do fabricante; _ AFE e licença sanitária do proponente; - Catálogo e manual anvisa;
Pregoeiro	10/12/2021 14:11:15	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 6, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	10/12/2021 14:11:30	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	10/12/2021 14:13:58	Para CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 9, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Apresentar licença sanitária do CNPJ: 11.754.622/0001-21- (Cirúrgica Florianópolis)
Pregoeiro	10/12/2021 14:14:41	Para CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA - Apresentar licença sanitária e AFE do fabricante- CNPJ: 23.371.106/0001-05 (Medela Brasil Produtos Médicos Ltda) Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 9, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.

Sistema	10/12/2021 14:14:53	Senhor fornecedor CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 11.754.622/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
11.754.622/0001-21	10/12/2021 14:50:49	Prezados, Boa tarde, Estaremos atualizando a proposta para um lance unitário de R\$30.990,00 - e junto a ela, enviando os arquivos solicitados! Atenciosamente,
Sistema	10/12/2021 14:53:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	10/12/2021 15:01:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 11.754.622/0001-21, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	10/12/2021 16:24:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/12/2021 às 16:24:00.

**Eventos do Pregão**


Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	26/11/2021 12:17:12	
Abertura da sessão pública	07/12/2021 09:00:08	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	07/12/2021 09:40:44	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/12/2021 14:41:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/12/2021 16:24:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/12/2021 às 16:24:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:55 horas do dia 13 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


  
**ANDRESSA FOLCHINI**  
**Pregoeiro Oficial**

  
**ESTER BORGES ROCHA**  
**Equipe de Apoio**

  
**CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA**  
**Equipe de Apoio**

  
**TALITA CRISTINA MAFFEI DA ROSA**  
**Equipe de Apoio**

  
**Edson Marcos Gonçalves**  
**025312030-GRE**  
**Setor de Patrimônio-HUOP**

 **Imprimir o Relatório**

[Voltar](#)

