

### ▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

#### **RECURSO :**

A Syncrofilm Distribuidora Ltda. baseia o Recurso do Pregão por entender que a divergência entre edital e "COMPRASNET"

causou ambiguidade e dupla interpretação.

No item 13, a descrição do Edital pede um Litotriptor extracorpóreo por ondas de choque, sem especificar a tecnologia, enquanto que no site oficial de compras do "COMPRASNET" pede-se Litotriptor extracorpóreo definindo a tecnologia como sendo Eletromagnética, que é a mesma que nós ofertamos. Portanto, entendemos que o item vencedor não pode ter tecnologia diferente da mencionada.

Desta maneira, pelo exposto acima, pedimos a nulidade do certame e que em todos os documentos oficiais do certame constem o mesmo descritivo.

**Fechar**