


ATA N.º 034/2014

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às 11h, na Sala de Licitações do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (UNIOESTE/HUOP), situada à Rua Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre – Cascavel, Estado do Paraná, reuniu-se a comissão de licitação instituída pela Portaria n.º 4863/2013-GRE, a qual foi designada para a realização da licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o Registro de preços para aquisição de **fios cirúrgicos diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP**, Pregão n.º 004/2014, Processo n.º 001677/2014. Participaram dessa licitação: Karine D. Byhain Souza, pregoeira, Leticia Gomes Pasa, Carlos Eduardo Ferreira Campos, Cristiane Regina dos Santos Silva e Marcos Aquila Insauralde Rocha, membros da equipe de apoio e Priscila Conde Bogo, designada para realizar as avaliações técnicas. A pregoeira informou a todos que o objetivo desta é a informação dos itens que foram aprovados após mais uma remessa de avaliação das amostras submetidas ao Chamamento Público 001/2014, de acordo com Memorando 030/2014, do Serviço de Padronização do HUOP, anexo a ata. Os itens aprovados que serão homologados são 01, 14, 24, 53, 56, 64, 66, e 68, os demais itens constantes no memorando referem-se a empresas segundo colocadas e a empresa inabilitada na licitação. Os itens que foram aprovados serão homologados após parecer jurídico e autorização da Direção Geral. Ainda há itens que estão com as amostras em fase de avaliação, ficando com a aprovação pendente até a finalização das análises das amostras. Encerrou a sessão às 11h40min, perguntado a todos se gostariam de mencionar algo em ata, os mesmos manifestaram-se favorável com o exposto. Sem mais nada a tratar, foi lavrada a ata que será assinada por mim, Leticia Gomes Pasa, e pelos presentes.


Karine D. Byhain Souza

Pregoeira


Leticia Gomes Pasa

Equipe de Apoio



35



Carlos Eduardo Ferreira Campos

36

Equipe de Apoio

37

38



39

Cristiane Regina dos Santos Silva

40

Equipe de Apoio

41

42

43



44

Marcos Aquila Insauralde Rocha

45

Equipe de Apoio

46

47



48

Priscila Conde Bogo

49

Equipe Técnica

50



Memo 030/2014 – C.P. Fios – Resultado parcial II

Cascavel, 23 de maio de 2014.

De: CPPS/SPPS - Priscila Bogo
Para: Chamamento Público – Rivail Oliveira da Silva


Com vistas a pré-qualificação de fios cirúrgicos por meio do Chamamento Público nº 01/2014, após exame da documentação técnica; avaliação técnico-descritiva e técnico-prática dos fios cirúrgicos, o SPPS informa o resultado parcial da avaliação.

FIOS APROVADOS

| Item | Tasy | Proponente | Fabricante | Marca | Resultado |
|------|-------|-------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 01 | 63071 | Polymedical | Curamedical | Curacel | Sim |
| 04 | 62944 | Parcomed | Johnson/Ethicon | Monocryl | Sim |
| 14 | 1343 | BBraun | BBraun | Safil | Sim |
| 16 | 52509 | Parcomed | Johnson/Ethicon | Vicryl | Sim |
| 18 | 36712 | Import | Polysuture | Poligalactina 910 | Sim |
| 22 | 1379 | Parcomed | Johnson/Ethicon | Vicryl | Sim |
| 24 | 1391 | Parcomed | Johnson/Ethicon | Vicryl | Sim |
| 25 | 1378 | Import | Polysuture | Poligalactina 910 | Sim |
| 44 | 7840 | Parcomed | Johnson/Ethicon | Polycot* | Sim |
| 53 | 1340 | Prodiel | Johnson/Qualtrus | Nylon monofilamento Suture | Sim |
| 56 | 1335 | Parcomed | Johnson/Ethicon | Mononylon* | Sim |
| 64 | 4063 | Parcomed | Johnson/Ethicon | Mononylon* | Sim |
| 66 | 1319 | Parcomed | Johnson/Ethicon | Ethibond Excel | Sim |
| 68 | 36901 | BBraun | BBraun | Premicron | Sim |
| 92 | 1241 | Import | Polysuture | Cera para osso | Sim |

FIOS NÃO-APROVADOS

| Item | Tasy | Prponente | Fabricante | Marca | Resultado | Motivo |
|------|------|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| 22 | 1379 | BBraun | Bbraun | Safil | Não | Fio não possui boa estabilidade no porta-agulha; memória elevada dificultando o nó; e resistência a ruptura baixa, rompendo-se. |
| 67 | 1318 | Import | Polysuture | Poliester | Não | Amostra possui agulha com curvatura de 1/6; e não 1/4, como solicitado em |




| | | | | | | |
|----|-------|--------|------------|----------------|-----|--|
| | | | | | | edital. |
| 77 | 36704 | Import | Polysuture | Catgut Simples | Não | Agulha da amostra é menor (15mm) do que o solicitado em edital (20 a 22mm) |
| 86 | 1271 | Import | Polysuture | Catgut cromado | Não | Amostra possui corpo da agulha delicado; e não robusto, como solicitado em edital. |
| 96 | 64979 | Import | Polysuture | Surgycryl | Não | Agulha da amostra é maior (40mm) do que o solicitado em edital (35 a 37mm) |

Sem mais para o momento, atentiosamente.

| |
|--|
| |
| Serviço de Padronização de Produtos para Saúde - SPPS |

