

Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Ter, 21/11/2023 15:20

Para: Luciano <luciano@medicalway.com.br>

Boa tarde,

Em retorno ao pedido de impugnação enviado pela vossa empresa, referente ao Pregão Eletrônico nº 0169/2023, informamos que, tratando-se de análise técnica os fatos relatados pela empresa, encaminhamos para apreciação da equipe técnica, a qual elaborou o termo de referência e cuja é a competência, considerando que a pregoeira não detém conhecimento técnico específico para julgar os quesitos técnicos exigidos em Edital, daí a necessidade de segregar as competências no processo licitatório resguardando o fiel cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública.

Segue retorno da equipe técnica:

"RESPOSTA MEDICALWAY:

(GRIFO MEDICALWAY) Item 1 1 - O edital solicita: "DEFIBRILADOR COM MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, ECG, IMPRESSORA, GRAVADOR E MODO DEA; Solicitamos seja retirada da opção GRAVADOR. 2 - O edital solicita: Deve permitir a possibilidade futura de SPO2, PNI e CO2 mainstream; Solicitamos alterar para CO2 mainstream ou sidestream. 3 - O edital solicita: Comunicação exclusivamente sem fio com computador; Solicitamos seja retirada a exigência. 4 - O edital solicita: Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa perfusão deverá ser comprovada. Padrões: Nellcor, Bluepro, Fast Spo2 ou Masimo SET Solicitamos a inclusão da tecnologia Mindray. Resposta: (não serão retirados/alterados) Foi realizado uma extensa pesquisa no mercado com tecnologias e modelos recentemente lançados, para atender as necessidades do hospital, frente a alta demanda de atendimentos a serem realizados e não há qualquer direcionamento referente aos equipamentos citados relacionados a qualquer marca Modelos de Cardioversores que atendem ao edital: LIFEPAK 15 da MEDITRONIC; EFFICIA INTREPID da PHILIPS; X-SERIES da ZOLL; TEC-5600 da NIHON KOHDEN, entre outras empresas, que atendem tanto as características físicas, técnicas, quanto de segurança. Tendo conhecimento, portanto, que dentro do portfólio de cada marca existe uma quantidade alta de modelos desses equipamentos citados (até mesmo superiores), que podem se encaixar dentro do termo de referência, bem como, da presença em mercado atual de diversas marcas, como citamos. Não há impedimento de participação de diversas marcas ao processo, não infringindo qualquer parâmetro de legalidade. Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à MEDICALWAY que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital.

(GRIFO MEDICALWAY) ITEM – 11 Abaixo seguem sugestões de alterações ou informações que devem ser retiradas:

1 - O edital solicita: "monitor pré configurado ou que acompanhe os módulos para monitorização de ECG, respiração por impedância, SpO2, PNI (pressão não invasiva), Frequência de Pulso, 02 temperaturas, Pressão invasiva, Capnografia Mainstream (alterar para Canografia Mainstream ou sidestream), Débito Cardíaco Contínuo, Débito Cardíaco por Termodiluição, BIS e TNM/TOF" Solicitamos seja alterada para Capnografia Mainstream ou Sidestream. Solicitamos seja alterada para Capnografia Mainstream ou Sidestream.

2 - O edital solicita: "Apresentar monitoração remota de outros monitores (mínimo 20) (alterar para mínimo de 12) integrado à rede para supervisão de outro paciente" Solicitamos alterar apresentação remota mínimo 12. 3 - O edit 2 - O edital solicita: "Apresentar monitoração remota de outros monitores (mínimo 20) (alterar para mínimo de 12) integrado à rede para supervisão de outro paciente" Solicitamos alterar apresentação remota mínimo 12. 3 - O edital solicita: "Oximetria de pulso:

Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor, Bluepro ou Masimo SET (incluir tecnologia Mindray)." Solicitamos a inclusão da tecnologia Mindray. 4 - O edital solicita: "TNM com teclas no dispositivo e em teclas virtuais no monitor; Operar 5 modos de estimulação: Single, TOF (Train Of Four), DBS, TET (retirar), PTC (Post Tetanic Count)" Solicitamos a retirada do modo de estimulação TET. 5 - O edital solicita: "Corrente de estímulo NMT: 0 a 60 mA \pm 30% (no pico); Intervalo selecionável: incrementos de 1 mA (alterar para incrementos de 5mA)" Solicitamos que os incrementos sejam ALTERADOS para 5mA.

Resposta: (não serão retirados/alterados) 6 - O edital solicita: "Deve se conectar à rede do hospital (obrigatoriamente)" Solicitamos a informação de qual sistema utilizam para efetuar a conexão. Resposta: via cabo/wifi; Foi realizado uma extensa pesquisa no mercado com tecnologias e modelos recentemente lançados, para atender as necessidades do hospital, frente a alta demanda de atendimentos a serem realizados e não há qualquer direcionamento referente aos equipamentos citados relacionados a qualquer marca Modelos de monitores Multiparamétrico que atendem ao edital: INFINITY da DRÄGER; LIFESCOPE BSM da NIHON KOHDEN; INTELLIVUE da PHILIPS;

Tendo conhecimento, portanto, que dentro do portfólio de cada marca existe uma quantidade alta de modelos desses equipamentos citados (até mesmo superiores), que podem se encaixar dentro do termo de referência, bem como, da presença em mercado atual de diversas marcas, como citamos. Não há impedimento de participação de diversas marcas ao processo, não infringindo qualquer parâmetro de legalidade.

Esta abordagem visa assegurar que a nossa Instituição adquira um equipamento que esteja em consonância com os padrões de excelência desejados, bem como proporcione uma análise justa das soluções disponíveis no mercado; à MEDICALWAY que, serão aceitos os equipamentos, que no conjunto completo sejam, similares ou superem(superior) ao descrito no edital."

Atenciosamente,

Andressa Folchini
Pregoeira

Setor de Licitação

Fones: (45) 3321-5397; 3321-5125; 3321-5237

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP

Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.

CEP.: 85.806-470, Cascavel - PR.

De: Luciano <luciano@medicalway.com.br>

Enviado: segunda-feira, 20 de novembro de 2023 17:54

Para: Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Cc: Licitacao2 <licitacao2@medicalway.com.br>; Licitacao <licitacao@medicalway.com.br>

Assunto: RES: Impugnação - PE 820/2023 - HUOP - Hospital Universitario do Oeste do Paraná - PR

Boa tarde!

Por favor, considerar esta peça de impugnação, se possível.

AT,



Luciano Vasconcelos

Medicalway Equip. Médicos | Licitação

p: (41) 3313 1665

m: (41) 987179128

e: luciano@medicalway.com.br

Follow us:



Please do not print this email unless it is necessary. Every unprinted email helps the environment.

“O uso das informações contidas neste e-mail está submetido a sigilo profissional. As informações são confidenciais, para uso exclusivo e específico do destinatário, e o conteúdo não reflete necessariamente a opinião da Medicalway. Se você não é o receptor pretendido, fica notificado que não está autorizado a utilizar, divulgar ou encaminhar esta mensagem. Caso tenha recebido equivocadamente, por favor entre em contato com o remetente e descarte a informação aqui contida.”

De: Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Enviada em: segunda-feira, 20 de novembro de 2023 09:18

Para: Luciano <luciano@medicalway.com.br>

Assunto: RE: Impugnação - PE 820/2023 - HUOP - Hospital Universitario do Oeste do Paraná - PR

Bom dia!

Recebido o pedido de impugnação tempestivamente, o qual será encaminhado para a equipe técnica pois trata-se de informações técnicas constantes no Termo de Referência.

Atenciosamente,

Andressa Folchini
Pregoeira

Setor de Licitação

Fones: (45) 3321-5397; 3321-5125; 3321-5237

Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP

Av. Tancredo Neves, 3224- Bairro Santo Onofre.

CEP.: 85.806-470, Cascavel - PR.

De: Luciano <luciano@medicalway.com.br>

Enviado: sexta-feira, 17 de novembro de 2023 17:04

Para: Licitações HUOP <huop.licitacoes@unioeste.br>

Cc: Licitacao <licitacao@medicalway.com.br>; Licitacao2 <licitacao2@medicalway.com.br>; Miguel dos Santos <miguel.santos@medicalway.com.br>; Rodrigo Blaszyk <rodrigo@medicalway.com.br>; João Zago <joao.zago@medicalway.com.br>; Tatiana Capitelli <tatiana.capitelli@medicalway.com.br>; Gabriela Carvalho <gabriela.carvalho@medicalway.com.br>

Assunto: Impugnação - PE 820/2023 - HUOP - Hospital Universitario do Oeste do Paraná - PR

Boa Tarde!

Segue em anexo impugnação para o pregão do assunto em epígrafe.

AT,



Luciano Vasconcelos

Medicalway Equip. Médicos | Licitação

p: [\(41\) 3313 1665](tel:(41)33131665)

m: [\(41\) 987179128](tel:(41)987179128)

e: luciano@medicalway.com.br

Follow us:



Please do not print this email unless it is necessary. Every unprinted email helps the environment.

“O uso das informações contidas neste e-mail está submetido a sigilo profissional. As informações são confidenciais, para uso exclusivo e específico do destinatário, e o conteúdo não reflete necessariamente a opinião da Medicalway. Se você não é o receptor pretendido, fica notificado que não está autorizado a utilizar, divulgar ou encaminhar esta mensagem. Caso tenha recebido equivocadamente, por favor entre em contato com o remetente e descarte a informação aqui contida.”