

Campinas, 06 de novembro de 2023.

A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
UNIOESTE (HUOP)
CASCADEL – PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0547/2023

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalar para atender a demanda do Centro de imagens do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem, solicitar **revisão do edital** das especificações técnicas do **Anexo I – Termo de Referência – LOTE 01 – ITEM 01 – ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA USO GERAL FIXO**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alterações

LOTE 01 - ITEM 01 - ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO PARA USO GERAL (FIXO)

Onde se lê: Possibilidade de transferência de imagem e relatórios diretamente para um PC através de rede de dados física ou wireless.

Sistema que permita transferência direta de imagens para um dispositivo móvel através de aplicativo.

➔ **Alterar para: [RETIRAR]**

➔ **Justificativa:** Recomendamos que o termo acima seja excluído, pois o compartilhamento de dados entre o equipamento e smartphone pode ocasionar a troca de vírus, fazendo com que haja a parada total do aparelho de ultrassom. Além disto, também existe a possibilidade do vírus invasor cair na rede, e dando oportunidade para perda de exames e invasão ao sistema do estabelecimento de saúde. Portanto, é prudente a exclusão do termo acima para garantir absoluta segurança ao hospital.

Onde se lê: Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga:

➔ **Alterar para:** Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga (podendo variar frequência de 01 mhz para cima e para baixo):

➔ **Justificativa:** Da nova forma escrita, possibilita que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho nas aplicações clínicas. E, permite aumentar a participação de fornecedores no processo exercendo maior competitividade e melhor preço de oferta no certame.

Onde se lê: Transdutor convexo Single Crystal que atenda no mínimo a faixa de frequência de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de pelo menos 90 graus e com no mínimo 192 elementos;
Transdutor Setorial adulto Single Crystal com frequências mínimas de 2 a 4 MHz

- **Alterar para:** Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de frequência de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de pelo menos 70 graus e com no mínimo 192 elementos;
Transdutor Setorial adulto com frequências mínimas de 2 a 4 MHz
- **Justificativa:** A alteração também permite que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento, não interferindo no desempenho do mesmo.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração das especificações técnicas acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,



MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

Av. Pierre Simon DE Laplace, 965

Techno Park - CEP 13069-320

CAMPINAS - SP