



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014 - HUOP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001810/2014 - HUOP

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – HUOP torna público que realizará processo de chamamento público para cadastro de marcas de fios cirúrgicos, destinado à pré-qualificação dos mesmos para futuros registros de preços, no âmbito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – HUOP, obedecidos os fundamentos legais constantes dos dispositivos das Leis nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07, suas alterações e demais legislações aplicáveis, Processo Administrativo nº 01810/2014 - HUOP e demais normas que regem a matéria.

1 - DO OBJETO

Cadastramento de marcas de fios cirúrgicos, destinado à pré-qualificação dos mesmos para futuros registros de preços, no âmbito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – HUOP.

2 – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E AMOSTRAS

2.1 - A documentação e amostras, necessárias para participar deste processo de chamamento público deverão ser entregue no período de **14/02/2014 a 10/03/2014**, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre **08h30min às 11h30min e 14h00min as 17h00min.**

2.1.1 – Após o período estabelecido no item 2.1, outras empresas poderão encaminhar a documentação e as amostras necessárias para cadastramento de novas marcas, enquanto perdurar a vigência deste edital.

2.1.2 – Local de Entrega dos documentos e amostras: Hospital Universitário do Oeste do Paraná, **Comissão de Padronização**, na Avenida Tancredo Neves, nº 3224, Bairro Santo Onofre – CEP 85806-470, em Cascavel – Estado do Paraná.

3 – AQUISIÇÃO DO EDITAL

3.1 - O presente edital e demais informações encontram-se à disposição para verificação por parte dos interessados no Hospital Universitário do Oeste do Paraná – (HUOP), na Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre - CEP 85.806-470 Cascavel, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo **Fone/Fax: (45) 3321-5130, 3321-5169,**



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



ou ainda nas *home-pages* www.comprasparana.pr.gov.br ou www.unioeste.br/huop.

4 – DAS CONDIÇÕES PARA CADASTRAMENTO

4.1 – Poderão participar pessoas jurídicas que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, apresentando os documentos e amostras nele exigidos.

4.2 – NÃO PODERÃO PARTICIPAR AS PESSOAS JURÍDICAS:

4.2.1 – Concorratórias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

4.2.2 – Que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

5 – DA DOCUMENTAÇÃO

5.1 - A documentação exigida neste edital deverá ser apresentada em cópia autenticada e acompanhada do Requerimento para o credenciamento, conforme modelo apresentado no Anexo II, assinado pelo responsável técnico da empresa.

5.1.1 - Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório Notarial ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência e autenticação por servidor da UNIOESTE.

5.1.2 - A autenticação da documentação só será feita mediante apresentação das vias **originais** que serão autenticadas. A não apresentação dos originais impossibilitará a autenticação e conseqüentemente impedirá o cadastramento das marcas e/ou produtos apresentadas pela empresa.

5.1.3 - No caso de documentos encaminhados retirados da internet, os mesmos somente terão validade após consulta realizada pela Comissão.

5.1.4 - Os documentos que não especificarem a data de validade, não poderão ser



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



com data de expedição anterior a 60 (sessenta) dias da data de entrega dos mesmos.

5.2 – DA PESSOA JURÍDICA:

5.2.1 – PARA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Comprovação de Alvará da empresa proponente e da empresa detentora do registro do produto;
- b) Contrato Social em vigor e última alteração, devidamente registrado na Junta Comercial da empresa proponente e da empresa detentora do registro do produto;
- c) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- d) **Cópia do Certificado de Licença Sanitária da empresa proponente e da empresa detentora do registro do produto, dentro da validade.**
 - a. Observação: “Independentemente de a concessão da AFE / AE da matriz ser ou não estendida às filiais, cada estabelecimento (matriz e filiais) deve possuir as licenças dos órgãos locais de vigilância sanitária”. Conforme disposto na página eletrônica da ANVISA: http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/transparencia!/ut/p/c4/04/SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hTQwNfRydDRwN_N2cjA08XVzOPUF-PIGdvl_2CbEdFALBfe1Q!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/anvisa+portal/anvisa/trasporencia/assunto+de+interesse/publicacoes+transparencia/faq+-+perguntas+frequentes/afe+-+autorizacao+para+matriz+e+filial.
- e) **Cópia da Autorização de Funcionamento publicada em D.O.** (Diário Oficial) da empresa proponente e da empresa detentora do registro do produto, perfeitamente legível e destacada.
 - a. Observação: “quanto à AFE de produtos para a saúde, a Diretoria Colegiada da ANVISA decidiu, em reunião realizada em 22 / 2 / 2010, que estas empresas devem possuir AFE para cada estabelecimento”. Conforme documento: http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/d464ff8047457b4c880bdc3fbc4c6735/06_22-02-2010.pdf?MOD=AJPERES.
- a) **Cópia dos Registros dos Produtos no Ministério da Saúde (ANVISA)** para os itens considerados produtos para a saúde, utilizados nos processos limpeza, embalagem e esterilização. Inclusive para produtos importados e os representantes legais das empresas.



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



- i. Serão aceitos documentos obtidos através do endereço eletrônico http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlato/consulta_correlato.asp ou cópia do Diário Oficial, devidamente destacado o trecho pertinente para comprovação;
- ii. Os produtos importados devem possuir o registro no Ministério da Saúde (ANVISA), bem como o representante legal registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).
- iii. Para os produtos para a saúde dispensados de registro, as empresas deverão apresentar cópia do respectivo ato formal de dispensa de registro (certificado de cadastramento), se for o caso, emitido pela ANVISA, para os itens dispensados de registro, porém não dispensados de cadastro (Resolução RDC n° 185/01 e Resolução RDC n° 260/02).

f) **Relação dos Materiais** conforme anexo III;

g) **Ficha Cadastral** preenchida conforme modelo do anexo IV;

h) **Declaração preenchida** conforme modelo do anexo V.

6. – DO ENVIO DE AMOSTRAS E/OU CATÁLOGOS:

6.1 – As amostras, de acordo com o estabelecido no Anexo I, deverão ser apresentadas sem ônus para a Administração, conforme as condições abaixo:

6.1.1 – Os produtos, objetos deste chamamento público, necessitarão ser analisados devendo, para tanto, serem solicitadas amostras, sob pena de desclassificação.

6.1.2 – **Os proponentes deverão apresentar as respectivas amostras, na data da entrega da documentação**, para análise dos produtos e posterior laudo de qualificação a ser emitido pela Equipe Técnica avaliadora do HUOP.

6.1.3 - As amostras deverão estar identificadas individualmente com o número do item correspondente ao anexo I deste edital.

6.1.4 - Qualquer esclarecimento e informações sobre amostras ou catálogos, contatar a presidente da comissão de padronização – Enf^a Priscila Conde Bogo. Fone: (45) 3321-5231, das 8:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00.



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



6.1.5 - Serão desqualificadas as opções para fornecimento de produtos não aprovados ou que não condizem com o solicitado pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

6.1.6 – A não apresentação das amostras, ou sua apresentação com especificação em desacordo com o bem solicitado no anexo I do presente edital, implicará na desqualificação da proposta para o referido item.

6.1.8 – Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato, correrão por conta do proponente.

6.1.9 – A comissão poderá solicitar, sempre que julgar necessário, outros documentos, incluindo laudo externo de controle de qualidade do material, a ser expedido por laboratórios - certificadores referendados pelo INMETRO. Nestes casos, será formalizada a solicitação através de correio eletrônico ou fax símile e a efetivação do cadastro ficará condicionada ao cumprimento da referida solicitação.

6.1.10 – O quantitativo de amostras de cada item necessário as avaliações está definido no Anexo I. Amostras em número inferior ao solicitado não serão avaliadas.

6.1.11 – As amostras deverão estar acomodadas em embalagem original, devidamente identificadas com: nº do Chamamento Público, Empresa solicitante e nº do item.

7 – DA SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO

7.1 - A solicitação de cadastramento consiste na apresentação do Anexo III, que deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente **em papel com identificação da empresa proponente**, em 01 (uma) via, redigida em português, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo responsável técnico da proponente, devendo:

7.1.1 – Conter a razão social, endereço completo, CEP, telefones, fax, e-mail e número do CNPJ.

7.1.2 – Especificar no Anexo III de forma clara e detalhada a relação de materiais a serem cadastrados, observando-se rigorosamente a relação de itens disposta no Anexo I;



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



8 – DO PROCESSO DE CADASTRAMENTO

8.1 – O processo de chamamento público para as empresas jurídicas compreenderá os seguintes critérios:

8.1.1 – Os interessados em cadastrar os materiais médico-hospitalares deverão solicitar o cadastramento à comissão de avaliação técnica de materiais médico-hospitalares do HUOP, conforme o anexo III devidamente preenchido pelo fornecedor, bem como toda a documentação e amostras constantes neste edital.

a) Na data de entrega da documentação o fornecedor deverá entregar, também, a amostra do material médico hospitalar na embalagem a ser comercializada contendo em caracteres indeléveis e bem visíveis a descrição do material, o lote de fabricação, a data de validade, o tipo de esterilização, o nome do fabricante – fornecedor, o nº do registro no M.S, e instruções de conservação.

b) No caso de material médico hospitalar importado, além das características do item anterior deverá constar o nome do importador.

c) Nos casos em que se julgar necessário, após avaliação e aprovação da documentação, poderá ser solicitada uma nova amostra para teste de uso. A efetivação da solicitação de cadastramento ficará condicionada ao cumprimento da referida solicitação.

8.1.2 – Após o recebimento de toda a documentação de que trata esse instrumento, o resultado da análise será encaminhado via correio eletrônico no prazo de até 30 (trinta) dias, exceto nos casos previstos nos itens 6.1.9 e 8.1.1- a, se aprovadas, as marcas passarão a constar do cadastro de marcas de fios cirúrgicos do HUOP.

8.1.3 – A relação atualizada dos materiais e marcas cadastradas será publicada no site www.unioeste.br/huop e também nas especificações dos itens constantes no(s) edital(is) da(s) respectiva(s) licitação(ões) ou processo(s) de aquisição(ões).

8.1.4 – Este cadastro estará permanentemente aberto para aceitar novas marcas de materiais médico-hospitalares, desde que atendam às exigências quanto à documentações e amostras.

8.1.5 – As marcas aprovadas ficarão cadastradas por tempo indeterminado, podendo ocorrer a suspensão ou o cancelamento do cadastro (descadastramento) a qualquer tempo, caso o produto apresente algum problema que possa prejudicar a segurança e a saúde do usuário ou quando não for atendida a solicitação de atualização de documentos, nos termos do Art. 10, § 2º da Lei 15.608/2007.



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



8.1.6 – Nos casos de que trata o item anterior, o HUOP oficializará o descadastramento através de correspondência ao fornecedor ou publicação no diário oficial do Estado do Paraná, garantido o direito de defesa ao fornecedor no prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento da correspondência ou da publicação. A defesa, se houver, deverá ser encaminhada ao HUOP via processo administrativo (setor de protocolo geral, rua Tancredo Neves, 3224, Bairro Santo Onofre, Cascavel – Paraná) . Até ser prolatada a decisão pelo HUOP, ratificada pela autoridade superior quando mantido o indeferimento, poderão ficar temporariamente suspensas as compras/contratos, entregas/empenhos pendentes relativas a estes produtos, caso seja do interesse do HUOP. Não havendo o deferimento da defesa prévia, a marca do item será descadastrada, garantido ao fornecedor o prazo recursal e sendo adotadas as medidas editalícias e/ou contratuais previstas nas aquisições. Nestes casos, havendo licitação em julgamento a(s) oferta(s) para esta(s) marcas(s) será (ão) desclassificada(s), tendo em vista o descadastramento ocorrido, por fato(s) superveniente(s), a ser(em) justificado e transcrito(s) pela HUOP para o processo licitatório. Depois de sanados os problemas que ensejaram a suspensão ou o cancelamento do cadastro (descadastramento), o fornecedor poderá solicitar o cadastramento de acordo com as normas aqui estabelecidas e envio da documentação constante neste edital, desde que atenda as exigências preconizadas, comprove um fato novo que demova a justificativa do parecer desfavorável ou comprove que foram sanados os problemas que ensejaram a reprovação.

8.1.7 – Será cancelado o cadastro da marca cujo fabricante/ importador apresentar documento atestando a descontinuidade de produção por prazo indeterminado ou quando o HUOP tomar conhecimento dessa descontinuidade. Durante o julgamento das licitações, será(ão) esta(s) oferta(s) desclassificada(s), por fato(s) superveniente(s) a ser(em) transcrito(s), pelo HUOP, para o processo licitatório, vencidas as etapas descritas no item 8.1.6 (comunicação oficial, defesa-prévia e recurso). Nesses casos, o recadastramento, se futuramente solicitado, deverá atender novamente a todas as exigências de documentação, constituindo um novo cadastro.

8.1.8 – O HUOP reserva o prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da entrega das amostras, para efetivar a avaliação do produto com o objetivo de assegurar-se da qualidade e eficácia do mesmo. Findo o teste de uso, o resultado será encaminhado através de correio eletrônico ou fax símile, justificando a reprovação, se for o caso. Os aprovados terão seu cadastramento efetivado. As amostras requeridas não serão



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



devolvidas quando ocorrer o cadastro do material/equipamento. Nos casos de não aprovação do cadastro, as amostras não utilizadas em testes serão devolvidas desde que retiradas até 15 (quinze) dias após o envio do resultado da solicitação do cadastramento.

8.1.9 – As amostras aprovadas e reprovadas nos credenciamentos anteriores, bem como suas respectivas marcas DEVERÃO solicitar nova avaliação, nos termos deste Edital de Credenciamento, devido às alterações aplicadas nos descritivos dos fios cirúrgicos doravante padronizados no Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

8.1.10 – Quaisquer casos não previstos no presente edital serão analisados e decididos pela comissão de avaliação técnica do HUOP e ratificados pela autoridade superior.

9 – DA VIGÊNCIA DO EDITAL

O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do Artigo 10º da Lei Estadual 15.608/2007.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CADASTRADO

10.1 – Submeter-se ao permanente controle, avaliação e fiscalização do HUOP;

10.2 – Manter, durante toda a vigência do cadastro, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA UNIOESTE-HUOP

11.1 – Divulgar, em amplo acesso, a relação das marcas e produtos objeto deste credenciamento;

11.2 – Fiscalizar as marcas e produtos CADASTRADAS por intermédio de profissional de seu quadro e executar, mediante comunicado prévio, as fiscalizações que serão feitas com a presença da administração do HUOP.



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



12 – DOS RECURSOS

12.1 – Das decisões da comissão de avaliação caberá interposição de recurso, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.

12.2 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13 – ANEXOS DO EDITAL

13.1 – É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.

14 – DA EXCLUSÃO DE MARCAS OU PRODUTOS

14.1 – A exclusão de marcas ou produtos previamente cadastrados ocorrerá mediante processo administrativo, nos termos da Lei 15.608/2007.

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A critério da UNIOESTE o presente chamamento público poderá ser:

15.1.1 – Adiado, por conveniência exclusiva da Administração;

15.1.2 – Revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

15.1.3 – Anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

15.2 – A UNIOESTE poderá, em qualquer fase, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao presente procedimento.



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



15.3 – O CADASTRADO é responsável pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral do HUOP, que decidirá com base na legislação em vigor.

15.5 – Outras informações sobre o presente procedimento e quaisquer dados necessários à complementação das especificações poderão ser obtidas junto à Direção Administrativa do HUOP, sito a Avenida Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre, CEP 85806-470, Cascavel – PR, Fone/fax: (45) 3321-5350 (Henrique).

15.6 - Os anexos fazem parte do edital independentemente de transcrição.

Cascavel, 12 de fevereiro de 2014.

Allan Cezar Faria Araujo

Diretor Geral

Hospital Universitário do Oeste do Paraná



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



ANEXO I

LISTA DE SUTURAS CIRÚRGICAS e QUANTITATIVO DE AMOSTRAS

Item	Código	Material		A/C/B S/S/S	Nº amostras
1	63071	Placa hemostática com tamanho mínimo de 5,0cm x 7,5cm, confeccionado em material absorvível, composto de celulose oxidada regenerada, com pH entre 3,0 a 6,0 que confere ação bactericida. Absorção de 05 a 14 dias utilizada para hemostasia de vasos em cirurgia de neurologia, embalagem individual, esterilizado, contendo data de validade, identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde.	env		5
2	1053	Fita cardíaca de algodão branco, envelope com uma fita entre 0,30x80cm a 0,35x80cm, Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
4	62944	Fio de sutura monofilamentar a base de copolímero de glicolida e caprolactona com absorção previsível incolor, nº3.0 com agulha 3/8 círculo triangular de 17 a 19,5 mm, envelope com 1 fio de 65 a 70 cm de comprimento (para cirurgia plástica). Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
5	36723	Kit contendo: Fio de sutura polipropileno, cardiovascular nº 6-0, azul monofilamento, com duas agulhas de 3/8 de círculo, ponta cilíndrica, de 13 a 15mm, com 03 fios de 70 a 75 cm de comprimento; e Fio de sutura de polipropileno azul nº 7-0, com duas agulhas de 3/8 de círculo, ponta cilíndrica de 9,3 a 10mm, envelope com 03 fios de 55 a 60 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	03
6	36722	Kit contendo Fio de sutura de poliéster branco com duas agulhas de ½ círculo cilíndrico de 20 a 22mm, sem almofadas de teflon, fio de 7x75 cm de comprimento; Fio de sutura de poliéster verde com duas agulhas de ½ círculo cilíndrico de 20 a 22 mm sem almofada de teflon, fio de 8x75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	03
7	36720	Kit contendo: Fio de sutura de poliéster branco nº 2-0 com duas agulhas de ½ círculo cilíndrico entre 20 e 22 mm, com almofada de teflon, e fio de 7x75 cm de comprimento; fio de sutura de poliéster verde com duas agulhas de ½ círculo cilíndrico entre 20 e 22 mm, com almofada de teflon, e fio de 8x75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	03
9	36719	Fio de sutura Kit catarata, contendo em envelope	env	S/N/N	03



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR



Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014

		único: um fio de nylon monofilamento, nº 10-0 preto, com duas agulhas de 3/8 de círculo, microponça espatuladas de 6,5 mm com fio de 30 cm; e fio de seda preta trançada nº 4-0, com agulha micro ponta cortante 3/8 de círculo de 12 a 13 mm com fio de 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.			
10	36717	Fio de sutura sintético multifilamentar a base de poliglactina 910/ácido glicólico com absorção previsível nº 8-0, oftalmologia, com duas agulhas de 3/8 de círculo, micro-espatuladas com 6,3 a 6,5mm, com fio de 27 a 30 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
11	6840	Fio de sutura sintético multifilamentar a base de poliglactina 910/ácido glicólico com absorção previsível nº 5-0, oftalmologia, com duas agulhas de 1/4 de círculo, micro-espatuladas, de 8,0 a 8,5 mm, com fio de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
12	1389	Fio de sutura sintético multifilamentar a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, violeta ou verde, nº 4-0 (urologia), com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 15 a 17mm, envelope com 1 fio de 65 a 70 cm, esterilizado. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
13	36715	Fio de sutura multifilamentar sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico com absorção previsível, nº 3-0 (gastrintestinal), com agulha de 3/8 de círculo cilíndrica de 30 a 32mm, com fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
14	1343	Fio de sutura sintético multifilamentar a base de poliglactina 910/ácido glicólico, violeta com absorção previsível, para fechamento geral nº 3-0, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica de 40 a 42mm, com fio de 70 cm a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
15	1390	Fio de sutura sintético multifilamentar a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, nº 3-0, violeta com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 22 a 25 mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



		desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.			
16	52509	Fio de Sutura multifilamentar sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, incolor com absorção previsível nº 3-0 para cirurgia plástica, com agulha de 3/8, triangular com 22 a 24mm, envelope com fio de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
17	36716	Fio de sutura sintético multifilamentar a base de poliglactina 910/ácido glicólico, violeta, com absorção previsível, nº 3-0, trançado violeta ou verde, com agulha de 1/2 círculo, triangular de 20 a 22mm, envelope com 1 fio de 70 cm a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
18	36712	Fio de sutura sintético com absorção previsível nº 2-0, a base de poliglactina 910 / ácido glicólico para fechamento geral com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica de 35 a 37mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
19	1387	Fio de sutura multifilamentar sintético com absorção previsível, nº 2-0 a base de poliglactina 910(gastrintestinal) com agulha delicada de 1/2 círculo, cilíndrica de 35 a 37mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
20	22992	Fio de sutura multifilamentar sintético, a base de poliglactina 910/ácido glicólico com absorção previsível, nº 2-0, violeta com agulha de 1/2 círculo triangular de 35 a 37 mm, fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
21	4649	Fio de sutura multifilamentar sintético, a base de poliglactina 910/ácido glicólico com absorção previsível, nº 1 violeta trançado, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 48 a 50 mm, envelope com 1 fio de 85 a 90 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
22	1379	Fio de sutura multifilamentar sintético, a base de poliglactina 910/ácido glicólico, nº 1, com absorção previsível (para fechamento geral), violeta, com	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



		agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica de 40 a 42mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.			
23	36003	Fio de sutura multifilamentar sintético, a base de poliglactina 910/ácido glicólico violeta, absorvível, nº 1, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 35 a 37 mm, com fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
24	1391	Fio de sutura multifilamentar sintético, a base de poliglactina 910/ácido glicólico com absorção previsível, nº 1 (para fechamento de parede abdominal), incolor, com agulha 1/2 círculo triangular 48 a 50 mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
25	1378	Fio de sutura multifilamentar sintético, a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, violeta ou verde, nº 0 para fechamento geral, agulha robusta 1/2 círculo cilíndrica de 40 a 42mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
26	1377	Fio de sutura multifilamentar sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, nº 0 com agulha de 1/2 círculo, triangular de 35 a 37mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
27	1374	Fio de sutura de seda preta ou azul trançada nº 8-0 (para oftalmologia, catarata e córnea) com duas agulhas 3/8 círculo, micro-ponto espatulada, de 6,5 a 7,1 mm, envelope com 1 fio entre 30 a 45cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
28	36710	Fio de sutura de seda, trançada ou torcida, a base de fibroína nº 2-0, envelope com 15 fios de 40 a 45 cm esterilizada, envelope interno cartonado. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
29	1376	Fio de Sutura de seda trançada ou torcida a base de fibroína, nº 1, envelope com fio de 15 X 40 a 45 cm de comprimento, esterilizado, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do	env	S/N/N	05



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



		produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.			
30	1368	Fio de sutura monofilamento em polipropileno azul nº 8-0, com 2 agulhas de 3/8 de círculo cilíndrica de 7,7 a 8,0mm, em envelope com 1 fio de 55 a 60 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
31	1367	Fio de sutura de polipropileno azul (cardiovascular) nº 7-0, com duas agulhas delicadas de 3/8 de círculo, ponta cilíndrica, de 9,3 a 10mm, envelope com 1 fio de 55 a 60 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
32	1364	Fio de sutura de polipropileno azul, monofilamento nº6-0 (cardiovascular), com duas agulhas de 3/8 círculo, ponta cilíndrica de 11 a 13mm, envelope com 1 fio de 70 cm a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
33	1363	Fio de sutura polipropileno azul nº 5-0 (cardiovascular) com duas agulhas de 1/2 círculo, ponta cilíndrica de 15 a 17mm, com fio de 70 cm a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
34	1361	Fio de sutura polipropileno 4-0 (vascular) com duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 20 a 22mm, envelope com fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	60
35	54131	Fio de Sutura de polipropileno nº 4-0 com duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndricas de 25 a 27mm, envelope com fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
36	1359	Fio de sutura polipropileno, azul, cardiovascular nº 3-0, monofilamento, com duas agulhas de 1/2 círculo, ponta cilíndrica entre 30 e 32 mm, com fio de 85 a 90cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
37	1356	Fio de Sutura de polipropileno nº 2-0,	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



		monofilamentar não absorvível na cor azul com duas agulhas de 1/2 círculo, ponta cilíndricas de 20 a 22mm, envelope com fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.			
38	1353	Fio de sutura polipropileno azul (para fechamento geral), nº 2 com agulha de 3/8 de círculo triangular de 75 a 77mm, em envelope com 3 fios de 45 a 50 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
39	7844	Fio de sutura polipropileno azul, nº 10-0 (para oftalmologia) com duas agulhas delicadas de 3/8 de círculo, micro ponta espatulada de 6,2 mm a 6,5 mm, envelope com 1 fio de 27 a 30 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
40	1352	Fio de sutura de polipropileno azul, monofilamento (Fechamento Geral) nº 0, com uma agulha de 1/2 círculo cilíndrica robusta, de 35 a 37mm, fio de 70 cm a 75cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
41	36709	Fio de sutura de algodão/poliéster azul ou preto torcido, nº 4-0, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica, de 24 a 26mm, com 1 fio de 40 cm a 45 cm de comprimento, gastrointestinal. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
42	1349	Fio de sutura de algodão/poliéster azul ou preto torcido, nº 3-0, sem agulha, com envelope com 15 fios de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
43	1348	Fio de sutura de algodão/poliéster, azul ou preto torcido nº 2-0, sem agulha, envelope com 15 fios de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
44	7840	Fio de sutura de algodão/poliéster, azul ou preto torcido nº 2-0, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, de 24 a 26mm, com 1 fio de 40 a 45 cm, gastrointestinal. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
45	1345	Fio de sutura de algodão preto ou azul nº 0, sem	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



46	36708	agulha, envelope com 15 fios de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Fio de sutura algodão preto ou azul torcido nº 0 (gastrointestinal), com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica de 35 a 37 mm, envelope com 3 fios de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
47	42153	Fio de sutura monofilamentar de polidioxanona absorvível violeta nº 7-0, com duas agulhas de 3/8 círculo, ponta cilíndricas de 9 a 9,3mm, envelope com 1 fio de 70 a 75cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
48	42152	Fio de sutura sintético com absorção previsível nº 6-0 monofilamentar violeta, com duas agulhas de 3/8, círculo cilíndricas de 11 a 13mm (cardio/pediátrica), envelope com 1 fio de 70 cm a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
49	36707	Fio de sutura, monofilamentar de polidioxanona absorvível violeta, nº 5-0, com agulha de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 15 a 17mm, envelope com 1 fio de 65 a 70 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
50	7835	Fio de sutura violeta ou rajado nº 2 com 62% de polidioxanona absorvível e 38% de polietileno não absorvível (ortopedia), com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 2,6 cm, envelope com 1 fio de 90 cm de comprimento, esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
51	15721	Fio de sutura de nylon monofilamento (para microcirurgia) nº 8-0 com 1 agulha de 3/8 de círculo cilíndrica, de 6,40mm a 6,50mm, envelope com 1 fio de 10 a 13 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
52	36706	Fio de sutura de nylon monofilamento nº 6-0, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, de 18 a 20mm, envelope com 1 fio de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



		interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.			
53	1340	Fio de sutura de nylon monofilamento nº 6-0, com agulha de 1/2 círculo triangular de 15 a 17 mm, envelope com 1 fio de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
54	4064	Fio de sutura de nylon monofilamento nº 5-0 com agulha de 3/8 de círculo, triangular, de 18 a 20 mm, envelope com 1 fio de 40 a 45cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
55	1324	Fio de sutura de nylon monofilamento, preto, nº 4-0, com agulha de 1/2 círculo triangular cortante entre 1,5 cm a 1,6cm, envelope com 1 fio de 40 a 50 cm de comprimento, esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
56	1335	Fio de sutura de nylon monofilamento nº 4-0, com agulha de 3/8 de círculo triangular de 23 a 25mm, envelope com 1 fio de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
57	7930	Fio de sutura de nylon monofilamento nº 4-0, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica de 20 a 22mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
58	1328	Fio de sutura em nylon monofilamento incolor ou branca, nº 4-0, com agulha de 1/2 círculo triangular cortante entre 15 a 17mm, envelope com 1 fio de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
59	1323	Fio de sutura de nylon monofilamento nº 3-0, com agulha de 3/8 de círculo, triangular de 28 a 30mm, com fio de 40 cm a 45 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
60	1326	Fio de sutura de nylon preto monofilamento nº 3-0, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica, entre 35 e 37mm, com fio de 65 cm a 70 cm. Estéril, com	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



61	1322	<p>símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de sutura de nylon monofilamento preto (cuticular) nº 2-0, com agulha de 3/8 de círculo triangular cortante de 18 a 20 mm, envelope com 1 fio de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde..</p>	env	S/N/N	10
62	1320	<p>Fio de sutura de nylon monofilamento preto nº 2-0, com agulha de 3/8 de círculo, triangularreverso com 27 a 30 mm, envelope com 1 fio de 40 a 45 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.</p>	env	S/N/N	10
63	30441	<p>Fio de sutura de nylon monofilamento preto (para oftalmologia) nº 10-0, com duas agulhas de 3/8 de círculo, micro ponta espatulada de 6,5 mm em envelope com 1 fio de 25 a 30 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.</p>	env	S/N/N	10
64	4063	<p>Fio de sutura de nylon monofilamento preto nº 0 com agulha de 3/8 de círculo triangular cortante (cuticular) de 18 a 20 mm, fio com 45 a 50 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.</p>	env	S/N/N	10
65	1332	<p>Fio de sutura de poliéster Verde trançado não absorvível nº 2-0 sem agulha com embalagem contendo 15 fios de 45 cm, estéril, Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.</p>	env	S/N/N	10
66	1319	<p>Fio de sutura de poliéster azul ou verde (cardiovascular) nº 5, revestido com polibutilato ou silicone, com agulha de 1/2 círculo ponta triangular reversa, 45 a 48 mm, envelope com 4 fios de 70 cm a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.</p>	env	S/N/N	03
67	1318	<p>Fio de sutura poliéster verde trançado nº 2-0, fio revestido de polibutilato ou silicone, com uma agulha de 1/4 círculo reta de 24 a 26mm, envelope com 1 fio de 18 a 20 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.</p>	env	S/N/N	03



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



68	36901	Fio de sutura poliéster verde, revestido com polibutilato ou silicone, nº 2, não absorvível com 1 agulha de 1/2 círculo, robusta, triangular reversa de 38 a 40 mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
72	62939	Fio de Sutura de polipropileno nº 3-0 com duas agulhas de 1/2 círculo cilíndricas entre 22,5 a 27mm, envelope com fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
76	62936	Fio de sutura catgut cromado 2-0, para fechamento geral, com agulha robusta, de 1/2 círculo cilíndrica, 35 a 37mm em envelope com 1 fio de 65 cm a 70 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
77	36704	Fio de sutura catgut simples nº 5-0, com agulha delicada de 1/2 círculo, de 20 a 22mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
78	1260	Fio de sutura catgut simples nº 4-0, com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica de 30 a 32mm, fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
79	1259	Fio de sutura catgut simples nº 3-0 com agulha delicada, de 3/8 de círculo cilíndrica de agulha de 30 a 32mm, com fio de 70 cm a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
80	1249	Fio de sutura catgut simples 2-0 com agulha robusta, 1/2 círculo, cilíndrica, de 40 a 42mm, com fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
81	6010	Fio de sutura catgut simples nº 2-0 com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica, de 25 a 27mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



		individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.			
82	1255	Fio de sutura catgut simples nº 2-0 com agulha de 3/8 círculo cilíndrica, de 17 a 20mm, para amigdalectomia, com fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
83	36700	Fio de sutura catgut simples nº 0 sem agulha, envelope com 1 fio de 1,45 a 1,50m de comprimento. Estéril, embalado individualmente, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
84	36698	Fio de sutura catgut cromado nº 4-0, com agulha delicada de 1/2 círculo cilíndrica de 20 a 22 mm, envelope com 1 fio de 65 a 70 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
85	4664	Fio de sutura catgut cromado 3-0 robusta, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica entre 35 a 37mm, envelope com 1 fio de 65 cm a 70 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
86	1271	Fio de sutura catgut cromado 2-0, com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica, 35 a 37mm em envelope com 1 fio de 65 cm a 70 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
87	36695	Fio de sutura catgut cromado 2-0, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica robusta de 38mm, envelope com 1 fio de 65 cm a 70 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
88	1266	Fio de sutura catgut cromado nº 1, com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica 40 a 42mm envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento, esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da agulha visível em envelope interno, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
89	1265	Fio de sutura catgut cromado nº 0 com agulha	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



		delicada 3/8 de círculo cilíndrica de 30 a 32 mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm, esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.			
90	1244	Fio de sutura de aço inoxidável cirúrgico nº 5, com agulha de 1/2 círculo, ponta triangular cortante com 48 a 50 mm, envelope com 4 fios de 40 a 45 cm, esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo do tipo de agulha visível em envelope interno, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	03
91	1242	Fio de sutura de aço inoxidável cirúrgico nº 1, envelope com 3 fios de 55 a 60 cm de comprimento, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
92	1241	Cera para osso 2,5g, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
93	36724	kit contendo: Fio de sutura de polipropileno azul nº 6-0, com duas agulhas de 3/8 de círculo cilíndrico de 13 a 15mm, envelope com fio de 2x70 a 75 cm de comprimento; e Fio de sutura de polipropileno azul nº 7-0, com duas agulhas de 3/8 de círculo cilíndrico de 93 a 95mm, envelope com fio de 2x 55 a 60 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	03
94	1380	Fio de sutura multifilamentar sintético a base de poliglactina 910/ácido glicólico violeta com absorção previsível nº 1, com agulha de 1/2 círculo, triangular de 35 a 37mm, com 1 fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
95	64978	Fio de sutura monofilamentar de polidioxanona absorvível violeta, nº 3-0, com agulha de 1/2 círculo, ponta cilíndrica de 25 a 27 mm, envelope com 1 fio de 65 a 70 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
96	64979	Fio de sutura monofilamentar de polidioxanona absorvível violeta, nº 0, com agulha robusta de 1/2 círculo, ponta cilíndrica de 35 a 37 mm, envelope com 1 fio de 65 a 70 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	10
97	64980	Fio de Sutura multifilamentar sintético incolor, a	env	S/N/N	10



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



base de poliglactina 910 / ácido glicólico, com absorção previsível nº 3-0, com agulha de ½ círculo cilíndrica, 24 a 26 mm, envelope com fio de 65 a 70 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhada em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.

98	25054	Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-0, acondicionado em embalagem individual, e comprimento de no mínimo 1m de fio. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no MS.	env	S/N/N	10
99	25057	Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-2, acondicionado em embalagem individual, e comprimento de no mínimo 1m de fio. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no MS.	env	S/N/N	10
100	36011	Adesivo biológico estéril, para cirurgia da neurologia E ortopedia contendo um frasco solução polimerizante, E um frasco com solução adesiva, com abertura séptica, com data de validade e dados de identificação e procedência, embalagem individual registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	03
101	53149	Fio de sutura de aço inoxidável cirúrgico nº 4, com Agulha de 1/2 círculo, ponta triangular, 48 a 50 mm, em envelope com 4 fios de 40 a 45 cm. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo do tipo de agulha visível em envelope interno, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	03
102	1272	Fio de Sutura catgut cromado nº 2, sem agulha, em envelope com fio 150 cm de comprimento, esterilizado, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	03
103	1277	Fio de sutura catgut cromado 4-0, delicada, absorvível, com agulha de 1/2 círculo cilíndrica entre 15 a 17 mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
104	1280	Fio de sutura catgut cromado 5-0, com agulha de 1/2 círculo, ponta cilíndrica entre 15 a 17 mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
105	1251	Fio de sutura catgut simples nº 1 com agulha de 3/8 de círculo cilíndrica entre 30 a 32 mm envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, estéril, embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	env	S/N/N	05
106	62941	Fio de sutura de seda preta ou azul trançada nº 8-0 (para oftalmologia, catarata e córnea) com duas agulhas 1/4 de círculo, micro-ponto espatulada, de 6,5 a 7,1 mm,	env	S/N/N	05



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



		envelope com 1 fio entre 40 a 45cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalado individualmente, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.		
107	63469	Fio de sutura 4-0, seda trançada ou torcida a base de env fibroína, não absorvível estéril, com agulha ½ círculo, triangular reversa, com 15 a 17mm. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	S/N/N	05
108	1317	Fio de sutura multifilamentar de poliéster verde env trançado nº 2-0, revestido com polibutilato ou silicone com 2 agulhas de 1/2 círculo cilíndrica de 25 a 27mm, envelope com um fio medindo 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	S/N/N	05
109	6680	Fio de sutura de poliéster verde com almofada de env Teflon nº 2-0, fio revestido com com polibutilato ou silicone, duas agulhas de ½ círculo cilíndrico de 20 a 22 mm, envelope com fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	S/N/N	05
110	1316	Fio de sutura poliéster verde trançado nº 2-0, env fio revestido de polibutilato ou silicone, com duas agulhas de 1/2 círculo ponta cilíndrica de 20 a 22mm, envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	S/N/N	05
111	1262	Fio para marcapasso nº2.0 multifilamento de aço env torcido revestido com polietileno azul, agulha de 1/2 círculo cilíndrico de 24 a 26mm em uma das extremidades, e em outra, agulha reta triangular cortante de 60 mm, fio com dimensão total de 60 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	S/N/N	05
112	1360	Fio de sutura polipropileno azul nº 3-0 env (cardiovascular) com duas agulhas delicadas de ½ círculo ponta cilíndrica de 15 a 17mm em envelope com 1 fio de 70 a 75 cm de comprimento. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	S/N/N	05
113	36173	Fio de sutura multifilamentar sintético, a base de env poliglactina 910/ácido glicólico, com absorção previsível, nº 2-0, violeta, para fechamento geral com agulha robusta de 1/2 círculo cilíndrica 40 a 42mm, com fio de 70 a 75 cm. Estéril, com símbolo e tamanho da agulha desenhados em tamanho real, visíveis no envelope interno. Embalagem individual, que permita a abertura asséptica do produto, contendo data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.	S/N/N	05



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



Anexo II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (documento optativo)

PROPONENTE:.....
.....

ENDEREÇO.....
.....

CNPJ:.....FONE/FAX:(0xx.....)

Credenciamos o(a) Sr.(a).....
....., portador(a)
da cédula de identidade sob nº.....e CPF/MF sob nº.....,
a participar do procedimento de cadastramento de marcas e produtos, sob a
modalidade de Chamamento Público nº 001/2014, Processo nº 0001810/2014,
instaurado pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, na qualidade de
representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a
proposta, assinar atas, interpor recurso e praticar todos os demais atos que se
fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.....de.....de 2014.

Nome:
RG/CPF
Cargo:



Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR



Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014

A N E X O III

RELAÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS PARA SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO

Data da Solicitação: ____/____/____

Data e Hora para Agendamento de Visita Técnica: ____/____/____

FABRICANTE / IMPORTADOR: _____

(para cada fabricante/importador utilizar uma relação em separado; relacionar os materiais a cadastrar de acordo com a tabela abaixo)

Nº (Cfm. Anexo I)	Descrição	Marca	Fabricante	Para uso do HUOP			
				Código Tasy	Amostra	APROVAÇÃO S ou N	Descrição ou laudo



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



A N E X O I V

FICHA CADASTRAL

1. FABRICANTE/ IMPORTADOR

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

FONE: _____ FAX SÍMILE: _____

E-MAIL: _____

ENDEREÇO ELETRÔNICO: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

2. REPRESENTANTE

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

FONE: _____ FAX SÍMILE: _____

E-MAIL: _____

ENDEREÇO

ELETRÔNICO: _____

3- OBSERVAÇÕES:



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



ANEXO V DECLARAÇÃO

Localidade: _____ data: _____

Fabricante/importador: _____

Representante legal: _____

Responsável técnico: _____

Declaramos que assumimos civil e criminalmente, inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas no cadastro de marcas ou produtos, bem como informamos que todas as informações que acompanham o(s) produto(s), são suficientes para garantir a segurança e a saúde do usuário, bem como a proteção e defesa do meio ambiente.

Assumimos a responsabilidade de informar quaisquer alterações da produção, sejam elas administrativas ou dos produtos (ex.: alteração da especificação), sendo do nosso conhecimento que estaremos passíveis de descadastramento, caso haja omissão de informações.

Concordamos, nos casos em que o HUOP julgar necessário, com a solicitação de outros documentos, incluindo laudo externo de controle de qualidade, bem como o envio de novas amostras, conforme previsto nos itens 6.1.9 e 8.1.1 - a, do edital que regulamenta este cadastro.

Aprovamos a ocorrência de uma visita técnica à indústria ou a distribuidora, a qualquer tempo e sem ônus para o HUOP, a ser realizada por profissionais indicados pelo HUOP.

Assinatura e carimbo do representante legal



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



AVALIAÇÃO TÉCNICA-DESCRIPTIVA

AVALIAÇÃO Nº	ITEM/CHAMAMENTO:	CÓDIGO TASY:
--------------	------------------	--------------

DADOS DO PRODUTO

NOME GENÉRICO DO PRODUTO:		
NOME COMERCIAL DO PRODUTO:		
FABRICANTE:		EMPRESA REPRESENTANTE:
Nº DE AMOSTRAS:	A MARCA DA AMOSTRA CONDIZ COM A PROPOSTA: () SIM () NÃO	
REGISTRO NA ANVISA:		LOTE:
FABRICAÇÃO:	VALIDADE:	ESTERILIZAÇÃO:

ANÁLISE DA AMOSTRA

EMBALAGEM:

ÍNTEGRA: () SIM () NÃO

POSSUI DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA: () SIM () NÃO

APRESENTA CLARAMENTE O TIPO E O DIÂMETRO DO FIO: () SIM () NÃO

APRESENTA CLARAMENTE A FORMA E O TAMANHO DA AGULHA: () SIM () NÃO

PERMITE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO FIO: () SIM () NÃO PORQUE : _____

APRESENTA MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: () SIM () NÃO

APRESENTA LOTE: () SIM () NÃO

APRESENTA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: () SIM () NÃO

A EMBALAGEM EXTERNA É ADEQUADA: () SIM () NÃO PORQUE : _____

A EMBALAGEM INTERNA É ADEQUADA: () SIM () NÃO PORQUE : _____

DIMENSÕES

O TAMANHO DA AGULHA ATENDE O SOLICITADO: () SIM () NÃO PORQUE : _____

O TAMANHO DO FIO ATENDE O SOLICITADO: () SIM () NÃO PORQUE : _____

APRESENTA A CURVATURA SOLICITADA EM EDITAL: () SIM () NÃO

OUTROS ASPECTOS

A MATÉRIA PRIMA DA AMOSTRA CONDIZ COM O SOLICITADO: () SIM () NÃO PORQUE : _____

A COLORAÇÃO DO FIO CONDIZ COM O SOLICITADO: () SIM () NÃO PORQUE : _____

OBSERVAÇÕES:



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



--

AVALIADORES:

PRODUTO ADEQUADO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA-PRÁTICA? () SIM () NÃO
--



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



AVALIAÇÃO TÉCNICA-PRÁTICA

DATA DE RECEBIMENTO DA AMOSTRA:	DATA LIMITE PARA DEVOLUÇÃO DO PARECER:
--	---

AVALIAÇÃO Nº	ITEM/CHAMAMENTO:	CÓDIGO TASY:
NOME COMERCIAL DO PRODUTO:		

ESPECIALIDADE:	PROCEDIMENTO:
TECIDO SUTURADO:	
TIPO DE PONTO: () CONTÍNUO () PONTO A PONTO ()	
OUTRO:	

AGULHA

APRESENTA A PONTA SOLICITADA EM EDITAL: () SIM () NÃO

AFIAÇÃO: () SATISFATÓRIA () INSATISFATÓRIA PORQUE:

CURVATURA: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

RESISTÊNCIA AO DOBRAMENTO: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHA: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

ENCASTOAMENTO: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

FIO

PASSAGEM ATRAVÉS DOS TECIDOS: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

FLEXIBILIDADE: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

COMPRIMENTO: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

RESISTÊNCIA A RUPTURA: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

CORRIDA DO NÓ: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:

FIXAÇÃO DO NÓ: () ÓTIMO () BOM () REGULAR () RUIM PORQUE:



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre.

Fone/Fax (45) 3321-5151 – CEP 85.806-470 - Cascavel - PR

Chamamento Público 001/2014 – Processo 001810/2014



OBSERVAÇÕES:

AVALIADORES:

MÉDICO:

ENFERMEIRO:

MEMBRO DO GRUPO DE TRABALHO DO CHAMAMENTO DE FIOS CIRURGICOS:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO:

PRODUTO ADEQUADO AO USO NO HUOP? () SIM () NÃO

--

DATA DO PARECER FINAL:

--